



SEGUNDA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, LICITACIONES SIN PARTICIPACIÓN

DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES.

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 14 de noviembre del año 2019, estando debidamente constituidos en las instalaciones del Jefatura de Recursos Materiales del O.P. D "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", ubicado en la calle Ramón Corona número 500, colonia Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 63 del Reglamento de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. El punto correspondiente al envío de cuestionamientos por parte de los licitantes interesados establecido en la Convocatoria de la Licitación Pública sin concurrencia con Bases LSCB 19/2019, referente a la **contratación de los Consumibles para Esterilización en Peróxido de Hidrogeno con equipo en comodato para el ejercicio 2020. Para el Hospital General de Zapopan**

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

De manera presencial ninguno.

De manera electrónica: Medical Parts Mx. Gabriel Delgado Alonso

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos de manera de correo electrónicos.

1.- De la manera más atenta solicitamos a la convocante aclare, si la presentación del evento LSCB19/2019, será el 18 o 19 de noviembre del presente mes?

Respuesta: apertura de propuestas 19 de noviembre a las 13:00 horas

2.- De la manera más atenta solicitamos a la convocante aclare, si es necesario el préstamo de equipo para este evento. Favor de aclarar

Respuesta: el equipo deberá ser en comodato

3.-En caso afirmativo, solicitamos a la convocante las especificaciones del equipo para dar cumplimiento a este punto.



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

**Respuesta 3 y 4:** Ficha técnica y especificaciones:**Sistema de esterilización a baja temperatura**

Basándose en la plataforma del esterilizador, el esterilizador, esteriliza de manera eficiente una amplia variedad de dispositivos médicos, utilizando la tecnología patentada de peróxido de hidrógeno vaporizado

Flexibilidad de un esterilizador montado sobre un carro o sobre un mostrador.

Cámara de 60 L - volumen de cámara más utilizable que otros esterilizadores de gas de peróxido de hidrógeno en la encimera.

Procese endoscopio o broncoscopio quirúrgico flexible con lumen simple o doble.

Compatibilidad de materiales

Ciclo NO lumen, ciclo flexible

Mecanismo automático de bloqueo de puerta

Temperatura de funcionamiento de 50°C (122°F)

Funcionamiento con copa de esterilizante

5.- Solicitamos a la convocante si se genera una segunda junta de aclaraciones.

Respuesta: siendo esta la segunda convocatoria, no se genera una segunda junta de aclaraciones.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 14:00 horas del mismo día que se suscribe.

Los Servidores Públicos en este acto son:



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y 3624 8324

Nombre	Firma
Mtra. Virginia Ortiz Arrona Jefa del Departamento de Enfermería del OPD "SSMZ"	
L.A.E. Roberto Cárabes Quintero Jefe de Recursos Materiales Convocante	
Lic. Emilio Gabriel Vargas Camberos Asesor Jurídico adscrito a la Contraloría Interna	