



Salud
Zapopan

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-055/2024 PARA LA
"ADQUISICIÓN DE DOPPLER PORTATIL CON
PANTALLA LCD PARA EL HOSPITAL GENERAL DE
ZAPOPAN"**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-055/2024 PARA LA "ADQUISICIÓN DE DEOPPLER PORTATIL CON PANTALLA LCD PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN"

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 18 de julio del año 2024, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Los servidores públicos presentes en este acto son:



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No.500
Col. Centro, C.P.45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal, México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Beñenes
C.P.45157
Tel: 33 38816 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P.45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P.45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera Saltillo No.100
Col. Villa de Guadalupe, C.P.45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P.45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colitlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P.45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Virginia Ortiz Arrona	Representante de la Jefatura de Enfermería del OPS SMZ La requirente

NOTA ACLARATORIA: SE HACE MENCIÓN QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL ANEXO 5 APARTADO

DICE: "Descripción de Capacitación"

DEBE DECIR: "Descripción del Bien"

ANEXO 6 Y 7 DICE:

Ren-glón	Descripción del Bien	U.M.	Cant.
1	DOPPLER PORTATIL CON PANTALLA LCD (EDAN SD 3 PRO) Con pantalla LCD FCF, Gráficas, Señal FCF sincrónica, Indicador de batería, indicador de volumen de sonido y alarma FCF, batería recargable (duración de 2 hrs trabajo continuo), pantalla LCD con dos interfaces para el uso conveniente en la noche, apagado automático después de 1 min, función de autodetección y alarma cuando la FCF está fuera del rango normal] o batería agotada, peso: 270g, práctico y portátil, altavoz incorporado y jack para audífonos, para un uso más sencillo, sondas impermeables para partos en el agua, sonda de limpieza fácil para un mejor control de las infecciones Especificaciones técnicas: - Batería 6LF22, 6LR61 - Material ABS Polycarbonato - Tamaño 140 x 74 x 27 - Peso 295 grms - Apagado automático después de 5 minutos Compuesto de: - Transductor obstétrico de 2 mhz - Tubo de gel (crema conductiva) - Batería (pila) - Amplificador de sonido - Display indicador de batería - Con kit cargador de batería (pila recargable).	PZA	15

DEBE DECIR:

Ren-glón	Descripción del Bien	U.M.	Cant.
1	(FETONE) DOPPLER PORTATIL CON PANTALLA LCD RETROILUMINADA, IDENTIFICADOR DE LA SONDA, REPRODUCTOR DE AUDIO Y VOLUMEN AJUSTABLE, INDICADOR DE BATERÍA, BATERÍA RECARGABLE (DURACIÓN DE 8 HRS TRABAJO CONTINUO), SENSIBILIDAD 10 SEMANAS DE GESTACIÓN (3 MHZ), MUESTRA DE AUDIO GRABANDO FRECUENCIA DE 4KHZ, LONGITUD DE GRABACIÓN 240S. PESO: 100G, LUZ DE FONDO BLANCA CON DOS BRILLOS ON/OFF, APAGADO AUTOMÁTICO 1 MINUTO DESPUÉS DE LA AUSENCIA DE SEÑAL U OPERACIÓN, APAGADO AUTOMÁTICO, SONDA INTERCAMBIABLE IMPERMEABLE DE 2 MHZ, ESTUCHE DE TRANSPORTE. - TUBO DE GEL (CREMA CONDUCTIVA) CON KIT CARGADOR DE BATERÍA (PILA RECARGABLE) POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO 1 W. CÓDIGO DE PROTECCIÓN, INGRESO AL AGUA IPX8, INDICA QUE LA SONDA NO SE EMPAPA BAJO EL AGUA EN UN METRO DE PROFUNDIDAD DURANTE CINCO HORAS.	PZA	15





CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES NÚMERO DE LICITACIÓN: LSC-055/2024 PARA LA "ADQUISICIÓN DE DOPPLER PORTATIL CON PANTALLA LCD PARA EL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN"

Acto seguido se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

• **SIN PARTICIPANTES**

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

• **BIOMÉDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.**

Número	Pregunta:
1	Haciendo referencia al anexo 5, sección Características del equipo. Se le solicita a la convocante que acepte un equipo con las siguientes características: <ul style="list-style-type: none"> - Pantalla digital que muestre - Panel táctil - Bluetooth incorporado. - Modo de trabajo a través de onda de pulso. - Transductor de 3 MHz para detectar el latido del corazón fetal. - Rango de medición de Frecuencia Cardíaca Fetal de 50 a 240 bpm. - Salida de audio con potencia de salida de 2W. - Funcionamiento a través de baterías alcalinas. Apagado automático cuando no recibe señal por 2 minutos. RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LAS BASES.

• **IMA MÉDICA, S.A. DE C.V.**

Número	Pregunta:
1	Dice: ANEXO 5 Descripción detallada de los bienes y en donde se refiere al requerimiento del producto el título dice descripción de la capacitación y refiere una descripción como tal, sin embargo, el Anexo 6 menciona propuesta técnica y nos lleva a otra descripción y el anexo 7 propuesta económica la ratifica, por lo que debemos de entender que la descripción correcta a ofertar es la técnica y la económica ¿ES ESTO CORRECTO? RESPUESTA: FAVOR DE HACER REFERENCIA AL RECUADRO "CARACTERISTICAS" DEL ANEXO 5 TANTO PARA EL ANEXO 6 Y 7

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 10:15 horas del 18 de julio del 2024.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
CLAUDIA BERENICE MILLÁN SILVA Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
VIRGINIA ORTIZ ARRONA Representante de la Jefatura de Enfermería del OPS SMZ	



Gobierno de Zapopan
HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
 Ramón Corona No. 500
 Col. Centro, C.P. 45100
 Tel: 33 3633 0929
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Farah No. 550
 Col. Villa de los Belenes
 C.P. 45157
 Tel: 33 38818 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz de Sur No. 3535
 C.P. 45080, Col. Las Águilas
 Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintero No. 750
 Col. Quinta Federalismo
 C.P. 45180
 Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
 Carretera Saltillo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
 Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA
 Av. de la Presa No. 795
 Col. Santa María de los Chorritos
 C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
 33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
 Carretera Coatlán No. 515
 Av. Juan Gil Preciado y C.I.
 C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
 Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
 transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
 www.ssmz.gob.mx

