



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO LSC/058/2024



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON
NÚMERO LSC/058/2024 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE NEBULIZADOR ULTRASONICO
PARA EL O.P.D "SSMZ".

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 18 de julio de 2024, en las instalaciones del Jefatura de Adquisiciones del O.P.D "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", ubicado en la calle Ramón Corona número 500, colonia Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, estando presentes:

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del **Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.**

Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Elvia Socorro Gutiérrez Chávez.	Representante de la Jefatura de Adquisiciones La convocante. 
Dra. Virginia Ortiz Arrona	Jefe de Enfermería Área Requirente 

Se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos a manera de correo electrónico y presencial, siendo los siguientes:

No hubo cuestionamientos de manera presencial.

De manera electrónica:

CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA LOCAL
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO LSC/058/2024

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico del interesado:

BIOMÉDICA TINAJERO S. DE R.L. DE C.V.

DOMINGO SARMIENTO 2822 INT 4.

33 2471 4473 licitaciones@electromedicatinajero.com.mx

II.- Nombre del representante legal, en caso de contar con uno: **JOSE ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ**

III.- Número de registró en el padrón de proveedores del OPD "SSMZ": **08977**

En caso de no estar inscrito en el padrón de proveedores del O.P.D "SSMZ", presentar manifiesto, bajo propuesta decir la verdad, que es caso de resultar adjudicado se compromete a inscribirse como proveedor de este Organismo.


IV. Bajo protesta decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el presente procedimiento.

V. Relación de los cuestionamientos correspondientes:

Número:	Pregunta:	Respuesta
1	Haciendo referencia al anexo 5, descripción del bien, se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar un producto con la longitud de cable de controlador IGUAL o mayor a 1.8 m ¿Se acepta?	Se acepta su propuesta.
2	Haciendo referencia al calendario de eventos, se le solicita amablemente a la convocante nos aclare cuál es la fecha límite de entrega de muestras. Ya que se especifican dos diferentes fechas, en el punto III. Calendario de eventos y otra en las "Etapas del proceso".	Favor de consultar la fe de erratas, ahí encontrará la corrección.
3	Haciendo referencia a descripción de bienes anexo 5 se le solicita amablemente a la convocante nos permita hacer la traducción en español del folleto, ficha técnica o manual, solo en donde estén plasmadas las características solicitadas. ¿Se acepta?	Se solicita la traducción de toda la ficha técnica.
4	Solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar solo las partes del manual de usuario en donde estén plasmadas las características solicitadas, debido a lo extenso de este. ¿Se acepta?	Se solicita la traducción de toda la ficha técnica.

6


27



5	Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si requiere el producto "Nebulizador ultrasónico para nebulización" por si solo o también con sus partes y consumibles, (Adaptadores, microbombas y soporte de montaje). Debido a que en la descripción de no se hace mención de estos productos.	Se solicita cotizar en apego a las bases: Sistema de microbomba de nebulización, funcionamiento con corriente y batería recargable, funcionamiento de mínimo 45 min, medidas 12 cm x 8 cm x 4 cm +/- 2 cm como mínimo peso máximo 250 g, aislamiento de paciente, longitud de cable de controlador mayor a 1.8 m, longitud de cable de carga mayor a 2.0 m.
6	En caso de que la pregunta anterior sea positiva, ¿Podría indicarnos la cantidad?	

Al no haber cuestionamientos se da por concluida la presente Acta de Junta de Aclaraciones, siendo las 13:20 hrs del mismo día que se suscribe.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Elvia Socorro Gutiérrez Chávez Representante de la Jefatura de Adquisiciones	
Dra. Virginia Ortiz Arrona Jefa de Enfermería del O.P.D "SSMZ" Área Requirente	