

Salud
Construcción
de comunidad

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".**

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC 021/2021 REFERENTE A LA
ADQUISICIÓN DE "MATERIAL DE CURCIÓN"**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 15 de diciembre del año 2021, en las instalaciones del Jefatura de Recursos Materiales del O.P. D "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", ubicado en la calle Ramón Corona número 500, colonia Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, estando presentes:


C. IVÁN ENRIQUE LINARES JUÁREZ.
C. CARLOS FELIPE ORTIZ GONZALEZ

De conformidad con el artículo 63 de la **Ley De Compras Gubernamentales, Enajenaciones Y Contratación De Servicios Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios.**

El punto correspondiente a formular cuestionamientos y aclaraciones por parte de los licitantes interesados establecido en las bases de la **Licitación Con Concurrencia LPCC 021/2021**

Se procede a dar contestación a los correos remitidos de manera electrónica siendo los siguientes participantes:

- 1.- ALFEJ MEDICAL ITEMS, S.DE R.L. DE C.V.
- 2.- GRUPO EMEQR.S.A. DE C.V.
- 3.- GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.
- 4.-IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
- 5.-LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.
- 6.- LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUALCABA
- 7.- NACIONAL CURAFARMA, S.A. DE C.V.
- 8.- PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA
- 9.- SALUD RL, S.A. DE C.V.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 3653 0929 y 3673 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Perah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 3615 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3635
C.P. 45050, Col. Las Águilas.
Tel: 3631 9471 y 3134 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinto Federalismo
C.P. 45180
Tel: 3342 4743 y 3342 4751


CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx






Salud
Construcción
de comunidades

ALFEJ MEDICAL ITEMS, S. DE R.L. DE C.V.

CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tels: 3693 0929 y 3693 0852
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Selenes
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3903 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3335
C.P. 45060, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3154 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45159
Tels: 3625 1828

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 798
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324.


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Número:	Pregunta:
1	<p>POR MEDIO DE LA PRESENTE SOLICITO A LA CONVOCANTE NOS ACLARE LO SIGUIENTE: EN EL ANEXO 7 (SIETE) DE LAS PRESENTES BASES SE ESPECIFICA AL FINAL: "ENVIAR SU PROPUESTA ECONOMICA EN EXCEL Y EN PDF ESCANEADA Y DEBIDAMENTE FIRMADA E INCLUIR EN SU SOBRE CORRESPONDIENTE UNA USB QUE CONTENGA ESTE FORMATO EN EXCEL". SOLICITO A LA CONVOCANTE ESPECIFIQUE SI EL ENVIO ES A TRAVEZ DE ALGUN CORREO ELECTRONICO O ALGUN OTRO MEDIO, DE SER AFIRMATIVA ESTA SUPOSICION, SOLICITAMOS SE NOS INDIQUE A QUE CORREO SE ENVIARA.</p> <p>RESPUESTA: SERA EN 2 SOBRES CERRADOS Y ACOMPAÑADA DE LA USB ENTREGAR EN LA PROPUESTA ECONOMICA</p>
2	<p>DE SER NEGATIVA LA RESPUESTA A LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS POR MEDIO DE LA PRESENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI "ENVIAR SU PROPUESTA ECONOMICA EN EXCEL Y EN PDF ESCANEADA Y DEBIDAMENTE FIRMADA E INCLUIR EN SU SOBRE CORRESPONDIENTE UNA USB QUE CONTENGA ESTE FORMATO EN EXCEL" SE REFIERE UNICAMENTE A QUE DEBE PRESENTARSE EL ANEXO 7 (SIETE) DENTRO DEL SOBRE EN FORMATO PDF Y EN USB CON EL ARCHIVO EN EXCEL.</p> <p>RESPUESTA: ENTREGAR TODOS LOS FORMATOS REQUERIDOS EN LAS BASES DEBIDAMENTE LLENADOS SELLADOS, FIRMADOS ACOMPAÑADOS DE LOS DOCUMENTOS AHÍ SOLICITADOS.</p>

GRUPO EMEQUR, S.A. DE C.V.

NÚMERO	PREGUNTA
1	<p>REFERENCIA: DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, VIÑETA 8 "REGISTROS SANITARIOS" (PAG. 3) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ME PERMITA PRESENTAR LOS REGISTROS SANITARIOS POR FAMILIA, IDENTIFICANDO LAS PARTIDAS A LAS QUE CORRESPONDE EL DOCUMENTO, ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
2	<p>REFERENCIA: RELACIÓN PROMEDIO SOBRE LA CANTIDAD DE MATERIAL DE CURACIÓN (PAG. 22) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME QUE EN LA PRESENTE CONVOCATORIA, PODREMOS OFERTAR "BIENES DE IMPORTACION" (ORIGEN EXTRANJERO), ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>



CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
 CON NÚMERO LPCC 021/2021
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
 "MATERIAL DE CURACIÓN".



HOSPITAL GENERAL
 DE ZAPOPAN
 Ramón Corona No. 500.
 Col. Centro, C.P. 45100
 Tels: 3633 0929 y 3633 0352
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Farah No. 550.
 Col. Villa de los Balcones
 C.P. 45157
 Tels: 3618 2200, ext. 3909 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz del Sur No. 3535
 C.P. 45050, Col. Las Águilas.
 Tels: 3631 9471 y 3134 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintero No. 750
 Col. Quinta Federalismo
 C.P. 45180
 Tels: 3642 4743 y 3642 4761

CRUZ VERDE VILLA
 DE GUADALUPE
 Carretera a Saltillo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
 Tels: 3625 1325

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
 Av. de la Presse No. 785
 Col. Santa María de los Chorrillos
 C.P. 45200, Tels: 3624 8323 y
 3624 8324


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
 Carretera a Colotlán No. 515.
 Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
 C.P. 45200, Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
 transparencia.salud@zapopan.gob.mx
 Página web:
 www.ssmz.gob.mx

3	<p>REFERENCIA: RELACIÓN PROMEDIO SOBRE LA CANTIDAD DE MATERIAL DE CURACIÓN (PAG. 22) SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, CONFIRMAR QUE LAS CANTIDADES FRACCIONADAS, EL PUNTO REPRESENTA COMO "MILES" POR EJEMPLO: "CANTIDAD MINIMA 9.6 = 9,600 PZS ; CANTIDAD MAXIMA 14.4 = 14,400 PZS", ¿ES CORRECTA MI APRECIACION? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
5	<p>PARTIDA: 337 DESCRIPCION: SONDA FOLEY #18 C/2 VIAS CIRCUITO CERRADO SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA OFERTAR SONDA PARA DRENAJE URINARIO. DE LÁTEX, CON GLOBO DE AUTORRETENCIÓN DE 30 ML CON VÁLVULA PARA JERINGA. ESTÉRIL Y DESECHABLE. TIPO: FOLEY DE DOS VÍAS. CALIBRE: 18 FR, ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? RESPUESTA:NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
6	<p>PARTIDAS: 165, 168, 174, 175 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI PARA EL USO DE ESTOS INSUMOS, SERAN INDISPENSABLE LAS BOMBAS DE INFUSION EN MODALIDAD DE COMODATO, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
7	<p>PARTIDAS: 165, 168, 174, 175 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, NOS CONFIRME SI PARA EL USO DE ESTOS INSUMOS, SERAN REQUERIDOS ADITAMIENTOS ESPECIALES, COMO PENTAPIES, DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA, FAVOR DE CONFIRMAR RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
8	<p>PARTIDAS: 165, 168, 174, 175 EN CASO DE SER AFRIMATIVA LA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME EL NUMERO DE CANALES, QUE SE REQUERIRAN PARA EL USO DE LOS INSUMOS IDENTIFICADOS, FAVOR DE CONFIRMAR. RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
9	<p>PARTIDA: 175 PARA NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR: "EQUIPO PARA VENOCLISIS OPACO", ELIMINANDO ASI LA PALABRA "INFUSOMAT" YA QUE ESTA ES EQUIVALENTE A UNA MARCA ESPECIFICA EN EL MERCADO, ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS YA EXISTENTE O EN SU DEFECTO ENTREGAR ESTOS EN COMODATO</p>
10	<p>PARTIDA: 203 SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI EN LA REFERENCIA EN LA DESCRIPCION: "GEL DE ULTRASONIDO C/5" EL "C/5" ES INDICATIVO A "5 LITROS", FAVOR DE CONFIRMAR. RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
11	<p>PARTIDA: 293, 294 SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS CONFIRME SI LAS CANTIDADES REQUERIDAS SON POR PAQUETES O POR CAJAS, FAVOR DE CONFIRMAR. REPUESTA: LAS CANTIDADES REQUERIDAS SON POR PIEZA</p>



CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITE
 CON NÚMERO LPCC 021/2021
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
 "MATERIAL DE CURACIÓN".



HOSPITAL GENERAL
 DE ZAPOCAN
 Ramón Corona No. 500.
 Col. Centro, C.P. 45100
 Tels: 3633 0929 y 3633 0962
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Farah No. 550.
 Col. Villa de los Belanes
 C.P. 45167
 Tels: 3616 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz del Sur No. 3535
 C.P. 45060, Col. Las Águilas.
 Tels: 3631 9471 y 3134 4600.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintana No. 750
 Col. Quinta Federalismo
 C.P. 45180
 Tels: 3642 4743 y 3642 4751


CRUZ VERDE VILLA
 DE GUADALUPE
 Carretera a Sanfilo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
 Tels: 3625 1828

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
 Av. de la Presa No. 795
 Col. Santa María de los Chorrillos
 C.P. 45200. Tels: 3624 8923 y
 3624 6524

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
 Carretera a Colotlán No. 515.
 Av. Juan Gil Pradado y calle 1.
 C.P. 45200; Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
 transparencia.salud@zapopan.gob.mx
 Página web:
 www.ssmz.gob.mx


12	<p>PARTIDA: 367 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
13	<p>PARTIDA: 368 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
14	<p>PARTIDA: 369 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
15	<p>PARTIDA: 370 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
16	<p>PARTIDA: 371 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>



Salud
Construcción

CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".

17	<p>PARTIDA: 372 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
18	<p>PARTIDA: 373 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, RECUBIERTA CON AGENTE ANTIMICROBIANO TRICLOSAN, CALIBRE 4-0, LONGITUD DE HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
19	<p>PARTIDA: 376 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE DE POLÍMERO DE ÁCIDO GLICÓLICO Y ÁCIDO LÁCTICO EN MULTIFILAMENTO VIOLETA TRENZADO, CALIBRE 7-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE ESPATULADA 3/8 CIRCULO, DE 6.5 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. CAJA C/1 DOCENA. (AGUJA TG140-8, OFTALMOLOGIA) ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
20	<p>PARTIDA: 381 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CALIBRE 0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
21	<p>PARTIDA: 382 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CALIBRE 0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
22	<p>PARTIDA: 383 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CALIBRE 2-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
23	<p>PARTIDA: 384 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CALIBRE 2-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 3633 0929 y 3633 0662
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 530.
Col. Villa de los Belanes
C.P. 45157
Tel: 3616 2200, ext. 3906 y 3905

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 8555
C.P. 45060, Col. Las Águilas.
Tel: 3631 9471 y 3134 4200.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tel: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Praciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.


Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx





**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".**

24	<p>PARTIDA: 385 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CALIBRE 3-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
25	<p>PARTIDA: 386 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CALIBRE 3-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 36.5 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
26	<p>PARTIDA: 388 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA ABSORBIBLE DE CATGUT CRÓMICO CALIBRE 4-0, HEBRA DE 70 CM, AGUJA AHUSADA DE 1/2 CÍRCULO Y 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
27	<p>PARTIDA: 391 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ARBSOBIBLE EN MONOFILAMENTO NEGRO DE NYLON, CALIBRE 10-0, LONGITUD DE HEBRA DE 30 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE ESPATULADA 3/8 CIRCULO, DE 6.5 MM DE LONGITUD, DE DOBLE ARMADO. CAJA C/1 DOCENA. (AGUJA TG140-6, OFTALMICA) ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</p>
28	<p>PARTIDA: 397 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA SINTETICA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO DE POLIESTER TRENZADO VERDE CON RECUBRIMIENTO DE POLIBUTILATO, CALIBRE 2, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA CON PUNTA CORTANTE 1/2 CIRCULO, DE 40 MM DE LONGITUD. SOBRE C/10 HEBRAS. CAJA C/1 DOCENA. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
29	<p>PARTIDA: 407 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
30	<p>PARTIDA: 408 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 1, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tels: 3633 0939 y 3633 0952
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Parra No. 550.
Col. Villa de los Beisnes
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3533
C.P. 45060, Col. Las Águilas.
Tels: 3634 9471 y 3154 4600.


CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4749 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45159
Tels: 3625 1326


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 9323 y
3624 8924

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Prádo y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 300.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0928 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Parah No. 550.
Col. Villa de los Balanes
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3533
C.P. 45050, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3184 4600,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751


CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45153
Tels: 3625 1928

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Prasa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tels: 3624 8923 y
3624 8924.


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 513.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

31	PARTIDA: 409 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 0, LONGITUD DE HEBRA DE 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA
32	PARTIDA: 411 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO AZUL, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE HEBRA DE 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO DE 24 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. (AGUJA SC-24, CUTICULAR). ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA
33	PARTIDA: 419 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 1, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. (AGUJA SH, GASTRO). ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA
34	PARTIDA: 420 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 1, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA
35	PARTIDA: 420 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA
36	PARTIDA: 423 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA
37	PARTIDA: 425 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABSORBIBLE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".**



**Gobierno de
Zapopan**

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0952
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farán No. 550.
Col. Villa de los Belenés
C.P. 45157
Tel.: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tel.: 3634 9471 y 3454 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel.: 3542 4745 y 3542 4751


CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45159
Tel.: 3625 1828


CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tels: 3624 5923 y
3624 8924

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.


Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

38	<p>PARTIDA: 426 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABROSBILE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 2-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
39	<p>PARTIDA: 428 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABROSBILE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
40	<p>PARTIDA: 429 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABROSBILE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 3-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 36.4 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
41	<p>PARTIDA: 431 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABROSBILE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 4-0, LONGITUD DE LA HEBRA 75 CM, AGUJA AHUSADA 1/2 CIRCULO, DE 26 MM DE LONGITUD. CAJA C/3 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
42	<p>PARTIDA: 433 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR SUTURA NO ABROSBILE EN MULTIFILAMENTO NEGRO DE SEDA NEGRA TRENZADA, CALIBRE 6-0, LONGITUD DE LA HEBRA 45 CM, AGUJA REVERSO CORTANTE 3/8 CIRCULO, DE 16 MM DE LONGITUD. CAJA C/2 DOCENAS. ¿SE ACEPTA LA PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
43	<p>PARTIDA: 165 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: EQUIPO SOLUSET PARA DILUCIÓN DE FÁRMACO, CASSETTE DE DOBLE CANAL PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE INFUSIÓN QUE PERMITA DOS INFUSIONES SIMULTANEAS, CÁMARA CUENTA GOTAS CON FILTRO DE 15 MICRAS, BURETA DE 150 ML. CONECTOR "CLAVE" EN PUERTO SECUNDARIO LIBRE DE AGUJAS QUE PERMITE EL RETIRO DEL AIRE SIN DESCONECTAR AL PACIENTE (RETROPURGADO), DOS PINZAS DESLIZABLES, SITIO EN "Y" CON "CLAVE" LIBRE DE AGUJAS. LIBRE DE DEHP, VOLUMEN APROXIMADO DE PURGADO 19 ML. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXISTENTES O EN SU DEFECTO ENTREGAR ESTOS EN COMODATO</p>





**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".**



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tels: 3633 0329 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belanes
C.P. 45157
Tels: 3615 2200, ext. 2906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3535
C.P. 45060, Col. Las Águilas.
Tels: 3634 9471 y 3134 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45160
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1323

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Comad Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssrnz.gob.mx

44	<p>PARTIDA: 168 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE, CASSETTE DE DOBLE CANAL PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE INFUSIÓN QUE PERMITA DOS INFUSIONES SIMULTANEAS O EL RETIRO DEL AIRE SIN DESCONECTAR AL PACIENTE (RETROPURGADO), CON CÁMARA PARA SANGRE, CONECTOR "CLAVE" EN PUERTO SECUNDARIO. FILTRO ANTIHEMOLÍTICO DE 200 MICRAS, LIBRE DE LATEX Y DEHP, VOLUMEN APROXIMADO DE PURGADO 52 ML. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXSITENTES O EN SU DEFECTO ENTREGA ESTOS EN COMODATO</p>
45	<p>PARTIDA: 174 SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR: EQUIPO PRIMARIO CASSETTE DE DOBLE CANAL PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE INFUSIÓN QUE PERMITA DOS INFUSIONES SIMULTANEAS, CON CÁMARA CUENTA GOTAS CON FILTRO DE 15 MICRAS, CON PUNZÓN, CONECTOR "CLAVE" EN PUERTO SECUNDARIO LIBRE DE AGUJAS (RETROPURGADO) QUE PERMITE EL RETIRO DEL AIRE SIN DESCONECTAR AL PACIENTE Y CONECTOR "CLAVE" EN SITIO "Y" LIBRE DE AGUJAS. LIBRE DE DEHP., VOLUMEN APROXIMADO DE PURGADO 19 ML. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXSITENTES O EN SU DEFECTO ENTREGA ESTOS EN COMODATO</p>
46	<p>PARTIDA: 175 SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE, ME PERMITA OFERTAR: EQUIPO FOTOPROTECTOR, CASSETTE DE DOBLE CANAL PARA SER UTILIZADO EN BOMBA DE INFUSIÓN QUE PERMITA DOS INFUSIONES SIMULTANEAS, CÁMARA CUENTA GOTAS CON FILTRO DE 15 MICRAS, CON PUNZÓN, CONECTOR "CLAVE" EN PUERTO SECUNDARIO LIBRE DE AGUJAS QUE PERMITE EL RETIRO DEL AIRE SIN DESCONECTAR AL PACIENTE (RETROPURGADO) Y CONECTOR "CLAVE" EN SITIO "Y" LIBRE DE AGUJAS. LIBRE DE DEHP., VOLUMEN APROXIMADO DE PURGADO 12 ML. ¿SE ACEPTA MI PROPUESTA? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA, SIEMPRE Y CUANDO SEA COMPATIBLE CON LOS EQUIPOS EXSITENTES O EN SU DEFECTO ENTREGA ESTOS EN COMODATO</p>

GRUPO MORAVI, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>Solicito amablemente a la convocante con respecto a la Relación promedio sobre la cantidad de material de curación: Partida 67: Cal sodada con 19 kg nos acepte cotizar la presentación de 5 kg Respuesta: No se acepta su propuesta</p>
2	<p>Solicito amablemente a la convocante con respecto a la Relación promedio sobre la cantidad de material de curación: Partida 163: ELECTRODO BROCHE PEDIATRICO PARA MONITOREO C si las piezas solicitadas se refiere a sobre y con que cantidad? Respuesta: La cantidad requerida son piezas</p>




CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ
 CON NÚMERO LPCC 021/2021
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
 "MATERIAL DE CURACIÓN".

3	<p>Solicitó amablemente a la convocante con respecto a la Relación promedio sobre la cantidad de material de curación: Partida 164 : ELECTRODOS DESECHABLES C/100 ELECTRODO NEONATAL nos refiera si las 840 piezas marcadas son con sobre de 100 piezas cada una ? Respuesta: La cantidad requerida son piezas</p>
4	<p>Solicito amablemente a la convocante con respecto a la Relación promedio sobre la cantidad de material de curación: Partida 452: tubo corrugado caja con 30.5 metros Hudson, solicito nos acepte la presentación de caja con 30 metros debido a que es la presentación que maneja Hudson. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LAS PRPUUESTAS TECNICA Y ECONOMICA ASI COMO LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS SE PRESENTARAN EN UN SOLO SOBRE CERRADO. RESPUESTA: EN CARPETAS POR SEPARADO EN UN SOLO SOBRE</p>
2	<p>DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA PROPUESTA TECNICO-ECONOMICA, PUNTO DE REFERENCIA 5. ULTIMOS ESTADOS FINANCIEROS. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE FECHA SE SOLICITAN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS RESPUESTA: A NOVIEMBRE 2021</p>
3	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES, PARTIDA 4 AGUA OXIGENADA FCO 500ML, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR FRASCO CON 480 ML, SE ACEPTA ¿ RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
4	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 23: ALCOHOL EN GEL AL 73% FCO DE 1000 ML, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR ALCOGOL EN GEL AL 60-80% ALCOHOL FRASCO 1000 ML, SE ACEPTA? RESPUESTA: NO SE ACEPTA LA PROPUESTA, POR NORMA TIENE QUE SER ARRIBA DE 73%</p>
5	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 24 ALCOHOL PARA USO HOSPITALARIO C/20 LTS, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTE SE REQUIERE AL DESNATURALIZADO AL 70° O 96° RESPUESTA: ES DE 96°</p>



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
 Ramón Corona No. 500.
 Col. Centro, C.P. 45100
 Tels: 3633 0929 y 3633 0652
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Farah No. 550.
 Col. Villa de los Balcones
 C.P. 45137
 Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz del Sur No.3555
 C.P. 45080, Col. Las Águilas.
 Tels: 3634 9471 y 3134 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintero No.750
 Col. Quinta Federalismo
 C.P. 45180
 Tels: 3542 4745 y 3542 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
 Carretera a Sanfillo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45119
 Tels: 3625 1828

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
 Av. de la Presa No. 795
 Col. Santa María de los Chorritos
 C.P. 45200. Tels: 3624 9325 y 3624 9324


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
 Carretera a Colotlán No. 515.
 Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
 C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
 transparencia.salud@zapopan.gob.mx
 Página web:
 www.ssmz.gob.mx



CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".

6	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 29 ANTISEPTICO PARA MANOS 70% ALCOHOL 1 LT, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI ESTA PRESENTACION SE REFIERE A GEL ANTIBACTERIAL AL 70% FRASCO 1 LT</p> <p>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
7	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 33 APOSITO HIDROCOLOIDE 10X10CM, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ME PERMITA OFERTAR APOSITO HIDROCOLOIDE 13.9X13.9 CM, SE ACEPTA?</p> <p>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
8	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 86 CATETER INTRAVENOSO # 18 (VERDE), SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO.</p> <p>RESPUESTA: ES RADIOPACO</p>
9	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 87 CATETER INTRAVENOSO #17 (ROJO), SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO.</p> <p>REPUESTA: RADIOPACO</p>
10	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 88 CATETER INTRAVENOSO # 20 (ROSA) SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO.</p> <p>RESPUESTA: RADIOPACO</p>
11	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 89 CATETER INTRAVENOSO # 22 (AZUL). SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO.</p> <p>RESPUESTA: RADIOPACO</p>
12	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 90 CATETER INTRAVENOSO # 24. SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO.</p> <p>RESPUESTA: RADIOPACO</p>
13	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 92 CATETER INTRAVENOSO #14 (NARANJA). SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO.</p> <p>RESPUESTA: RADIOPACO</p>
14	<p>ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 93 CATETER INTRAVENOSO #16 (GRIS). SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO.</p> <p>RESPUESTA: RADIOPACO</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tels: 3633 0323 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE MORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Balenas
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3335
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4300.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45157
Tels: 3625 1339

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Prasa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 9323 y
3624 9324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx




CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITE
 CON NÚMERO LPCC 021/2021
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
 "MATERIAL DE CURACIÓN".

15	ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 94 CATETER INTRAVENOSO #24 (AMARILLO). SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI SOLICITAN PRESENTACION NO RADIOPACO O RADIOPACO. REPUESTA: RADIOPACO
16	ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 197 GASA 10X10 MEDIANA NO ESTERIL 12 CAPAS PAQ. 600PZAS, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI LA CANTIDAD SOLICITADA ES PO UNIDAD DE MEDIDA ES DECIR PIEZA O PAQUETE CON 200 PIEZAS) FAVOR DE ACLARAR. RESPUESTA: PAQUETE CON 200 PIEZAS
17	ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 217 ¿GUANTE DESECHABLE SIN ESTERILIZAR CON 100 CHICO, SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MATERIAL SOLICITADO ES LATEX? FAVOR DE ACLARAR. RESPUESTA: EL MATERIAL SERIA LATEX
18	ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 218 ¿GUANTE DESECHABLE SIN ESTERILIZAR CON 100 MEDIANO, ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MATERIAL SOLICITADO ES LATEX? FAVOR DE ACLARAR. RESPUESTA: EL MATERIAL SERIA LATEX
19	ANEXO 5: DESCRIPCION DETALLADA DE LOS BIENES PARTIDA 219 GUANTE DESECHABLE SIN ESTERILIZAR CON 100 GRANDE, ¿SOLICITO AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS ACLARE SI EL MATERIAL SOLICITADO ES LATEX? FAVOR DE ACLARAR. RESPUESTA: EL MATERIAL SERIA LATEX

LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	ANEXO 5. REQUERIMIENTO DE ENTREGA. Deberá ofertar una CADUCIDAD no menor a un año a la fecha de la entrega del bien, y deberá realizar cambio de medicamento próximo a caducar. Solicito amablemente a la convocante permita a mi representada entregar productos con caducidad mínima de 12 meses y menores a esta entregar con carta canje. Respuesta: Todo el Material de Curación deberá llevar carta de canje como se especifica en el anexo.
2	ANEXO 5. DESCRIPCIÓN DETALLADA En este anexo se detallan las especificaciones y descripción detallada de los bienes y/o servicios, cantidades, condiciones de entrega, documentos y requisitos solicitados por el área requirente para que sean considerados en su propuesta técnica (anexo 6)..



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tels: 3685 0929 y 3685 0352
Cajeceras Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farián No. 550.
Col. Villa de los Balcones
C.P. 45157
Tels: 3613 2200, ext. 3509 y 3505

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45050, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4500,


CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45130
Tels: 3642 4745 y 3642 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1326

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Press No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 6923 y
3624 6924


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITE
 CON NÚMERO LPCC 021/2021
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
 "MATERIAL DE CURACIÓN".

	<p>Solicito amablemente aclare a mi representada si en caso de resultar adjudicado el contrato será considerando el alcance a las cantidades máximas detalladas en anexo 5, o si el contrato será en función al alcance al monto total adjudicado en base a cantidades máximas o la cantidad indicada en la propuesta económica Anexo 7.</p> <p>Respuesta: Seria Alcance al monto total como lo indica el anexo 7 de la propuesta económica.</p>
3	<p>ANEXO 8. FORMATO DEL ESCRITO DE CARTA DE APOYO.EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO COMO DISTRIBUIDOR POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O SU FILIAL EN MÉXICO Y/O IMPORTADOR PRIMARIO DE LAS MARCAS OFERTADAS EN COPIA SIMPLE POR CADA ÁREA OFERTADA. SI RESULTA ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.</p> <p>Solicito amablemente a la convocante que en caso de ser fabricante y/o titular del registro sanitario, bastará con presentar una carta bajo protesta de decir verdad que somos fabricantes y/ titulares del registro sanitario, sustituyendo el Anexo 8. Sin ser limitante para los demás.</p> <p>Respuesta: Se acepta su Propuesta</p>
4	<p>Anexo 8. FORMATO DEL ESCRITO DE CARTA DE APOYO.EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO COMO DISTRIBUIDOR POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O SU FILIAL EN MÉXICO Y/O IMPORTADOR PRIMARIO DE LAS MARCAS OFERTADAS EN COPIA SIMPLE POR CADA ÁREA OFERTADA. SI RESULTA ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.</p> <p>Solicito amablemente a la convocante aclare a mi representada si la carta de apoyo podrá ser emitida por el titular del registro y/o distribuidor primario?</p> <p>Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
5	<p>ANEXO 8. FORMATO DEL ESCRITO DE CARTA DE APOYO.EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO COMO DISTRIBUIDOR POR PARTE DEL FABRICANTE Y/O SU FILIAL EN MÉXICO Y/O IMPORTADOR PRIMARIO DE LAS MARCAS OFERTADAS EN COPIA SIMPLE POR CADA ÁREA OFERTADA. SI RESULTA ADJUDICADO, DEBERÁ PRESENTAR CARTA DE APOYO EN ORIGINAL ANTES DE LA FIRMA DEL CONTRATO.</p> <p>Solicito amablemente a la convocante aclare si en dicho formato se podrán detallar las claves sobre las que se está brindando el apoyo con libertad de columnas.</p> <p>Respuesta: Si se acepta su propuesta</p>
6	<p>CONDICIONES DE PAGO. Solicito amablemente a la convocante que en caso de resultar adjudicados, se estipule en el Pedido/Contrato que una vez recibida la facturación susceptible de pago y transcurridos los 30 días hábiles establecidos para pago sin que este se verifique, podrá interrumpirse la prestación del servicio previa notificación por parte del proveedor.</p> <p>Respuesta: Deberá apegarse a la Bases</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
 DE ZAPOPAN
 Ramón Corona No. 500.
 Col. Centro, C.P. 45100
 Tels: 3633 0929 y 3633 0852
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Farah No. 550.
 Col. Villa de los Belanes
 C.P. 45157
 Tels: 3618 2200, ext: 3606 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz del Sur No.3333
 C.P. 45060, Col. Las Águilas.
 Tels: 3639 9471 y 3194 4800.


CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintero No.750
 Col. Quinto Federalismo
 C.P. 45180
 Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
 DE GUADALUPE
 Carretera a Saltillo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
 Tels: 3625 1928

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
 Av. de la Presa No. 795
 Col. Santa María de los Chorrillos
 C.P. 45100, Tels: 3624 8323 y
 3624 8314

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
 Carretera a Colotlán No. 515.
 Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
 C.P. 45209, Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
 transparencia.esalud@zapopan.gob.mx
 Página web:
 www.ssmz.gob.mx



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".**


7	<p>CONDICIONES DE PAGO. Solicito amablemente a la convocante se estipule en el contrato la forma en que será exigible el pago de los bienes entregados, en caso de la falta de pago puntual de los bienes suministrados.</p> <p>Respuesta: No se acepta su propuesta</p>
8	<p>Solicitamos atentamente a la Convocante aclare en el contrato a formalizar que el licitante adjudicado no será objeto de penas convencionales por atraso en la entrega de los bienes materia del contrato si por causas imputables a la dependencia o entidad no se realiza el pago puntual de los bienes suministrados y el licitante adjudicado deja de proveer los bienes por dicha causa.</p> <p>Respuesta: No se acepta su propuesta, deberá apegarse a las bases.</p>

LEOPOLDO RAFAEL URIBE RUVALCABA

Número:	Pregunta:
1	<p>Anexo5 Partida44 Solicito a la convocante nos indique si la Bata para adulto se requiere con manga corta o manga larga?</p> <p>Respuesta: Sin manga</p>
2	<p>Anexo5 Partida45 Solicito a la convocante nos indique la medida que se requiere en la Bata pediátrica</p> <p>Respuesta: Escolar</p>
3	<p>Anexo5 Partida68 Solicito amablemente si nos pudiera por favor ampliar un poco más la descripción del campo doble</p> <p>Respuesta: Campo Desechable Doble Capa 45x45 cm. O de 90x90 cm.</p>
4	<p>Solicito a la convocante nos aclara si podemos incluir una sola USB que incluya la propuesta técnica y económica en sus formatos Excel y Pdf, en un solo sobre y que en su caso sería en el sobre de la propuesta Económica.?</p> <p>Respuesta: Se acepta su Propuesta</p>

NACIONAL CURAFARMA, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>De carácter jurídico ¿En el acto de presentación y apertura de Propuesta, nuestra propuesta puede ser entregada por medio de persona con carta poder?</p> <p>(Mi representada no acepta respuesta como: favor de apegarse a las bases)</p> <p>Respuesta: Es correcta su apreciación</p>
2	<p>El origen de los Bienes ¿Puede ser de procedencia internacional, es decir, no estrictamente de origen nacional?</p> <p>(Mi representada no acepta respuesta como: favor de apegarse a las bases)</p> <p>Respuesta: Se acepta su propuesta</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tels: 3628 0929 y 3628 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farsh No. 550.
Col. Villa de los Balenes
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3909 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3585
C.P. 45030, Col. Las Águilas.
Tels: 3621 9474 y 3134 4300.


CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quiñero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3542 4745 y 3542 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1326

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 798
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 3323 y
3624 3324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.esmz.gob.mx




**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".**

3	<p>Presentación de los bienes. Los bienes están cotizados por piezas ¿se podrá hacer entrega el equivalente, es decir, como viene empaquetado de fábrica? (Mi representada no acepta respuesta como: favor de apegarse a las bases) Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
----------	--

PROGRAMACIÓN COMERCIAL APLICADA, S.A. DE C.V.

	Pregunta:
1	<p>ANEXO 7.- En relación con este Anexo solicitamos a la Convocante nos permita cotizar Bienes de Importación. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
2	<p>ANEXO 7. - Partida 73 En relación con esta partida, CAMPOS DESECHABLE 90cm X 90cm solicitamos a la Convocante nos aclare si el campo solicitado es para esterilizar, y de ser el caso nos permita cotizar nuestro producto CAMPO PARA ESTERILIZAR KIMGUARD, KC200, 40IN. X 40IN. (100cm X 100cm). Presentación con 250 piezas. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
3	<p>ANEXO 7.- Partida 128 En relación con esta partida, CINTA MICROPOROSA 1 PULGADA solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: MICROPORE 15301 1" 9.14 Mts de largo. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
4	<p>ANEXO 7.- Partida 129 En relación con esta partida, CINTA MICROPOROSA 1/2 PULGADA solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: MICROPORE 15300 1/2" 9.14 Mts de largo. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
5	<p>ANEXO 7.- Partida 130 En relación con esta partida, CINTA MICROPOROSA 2 PULGADAS solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: MICROPORE 15302 2" 9.14 Mts de largo. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 3623 0929 y 3623 0552
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farán No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3124 4800,


CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45190
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1326

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Prensa No. 798
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.esmz.gob.mx



CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITE
 CON NÚMERO LPCC 021/2021
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
 "MATERIAL DE CURACIÓN".

6	<p>ANEXO 7.- Partida 131 En relación con esta partida, CINTA MICROPOROSA 3 PULGADAS solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: MICROPORE 15303 3" 9.14 Mts de Largo. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
7	<p>ANEXO 7.- Partida 169 En relación con esta partida, EQUIPO PARA ANESTESIA EPIDURAL 3 solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: PERIFIX® 401 AGUJA TIPO TUOHY 18G (1.7 X 80 MM), CATÉTER PERIFIX® 20G CON 3 ORIFICIOS LATERALES (1000 MM), JERINGA LOR, FILTRO PERIFIX® 0,2 µM Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
8	<p>ANEXO 7 - Partida 182 En relación con esta partida, ESTOQUINETE 10 CMS solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: MS04 C/1 ROLLO 10 CM X 22.8 Mts. De largo Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
9	<p>ANEXO 7.- Partida 183 En relación con esta partida, ESTOQUINETE 15 CM. solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: MS06 C/1 ROLLO 15 CM X 22.8 Mts. De largo Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
10	<p>ANEXO 7.- Partida 184 En relación con esta partida, ESTOQUINETE 5 CM. solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: MS02 C/1 ROLLO 5 CM X 22.8 Mts. De largo. Respuesta: Se acepta su Propuesta</p>
11	<p>ANEXO 7.- Partida 210 En relación con esta partida, GUANTE NO ESTERIL MEDIANO DE NITRILO (AZUL) CON 100 PIEZAS solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto AQUASOFT* 2.7G GUANTE DE EXPLORACIÓN NO ESTERIL KC100,NITRILE,TEXGLV,BU,MED en presentación caja con 300 piezas, así mismo solicitamos nos confirmen si podemos cotizar por pieza Respuesta: No se acepta su propuesta</p>
12	<p>ANEXO 7. - Partida 312 En relación con esta partida, PLACA PARA ELECTROCAUTERIO solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: PLACA UNIVERSAL CON CABLE Respuesta: Se acepta su propuesta</p>



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
 Ramón Corona No. 500.
 Col. Centro, C.P. 48100
 Tels: 3633 0929 y 3633 0952
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Parah No. 550.
 Col. Villa de los Esienes
 C.P. 48197
 Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz del Sur No. 8556
 C.P. 48090, Col. Las Águilas.
 Tels: 3631 9471 y 3134 4800,


CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintero No. 750
 Col. Quinta Federalismo
 C.P. 48160
 Tels: 3342 4745 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
 Carretera a Seixillo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
 Tels: 3525 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
 Av. de la Prasa No. 788
 Col. Santa María de los Chorritos
 C.P. 48200. Tels: 3624 8323 y 3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
 Carretera a Colotlán No. 515.
 Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
 C.P. 48200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
 Página web:
www.ssmz.gob.mx



CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
 CON CONCURRENCIA DEL COMITE
 CON NÚMERO LPCC 021/2021
 REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
 "MATERIAL DE CURACIÓN".

13	<p>ANEXO 7.- Partida 90 En relación con esta partida, CATETER INTRAVENOSO # 24 solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: BD INSYTE 24GA X 0.56 IN (0.7MM X 14mm) CATÉTER PERIFÉRICO NEONATAL. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
14	<p>ANEXO 7.- Partida 94 En relación con esta partida, CATETER INTRAVENOSO #24 (AMARILLO) solicitamos a la Convocante nos permita participar con nuestro producto: BD INSYTE 24GA X 0.75 IN (0.7MM X 19MM ((3/4")) CATÉTER PERIFÉRICO DE POLIURETANO. Respuesta: Se acepta su propuesta</p>
15	<p>ANEXO 7. Partida 126 En relación con esta partida, CEPILLO QUIRURGICO DESECHABLE C/30 CON JABON ANTISEPTICO solicitamos a la convocante nos aclare si se cotizará la caja c/30 ó por pieza Respuesta: Se acepta su propuesta</p>

SALUD RL, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>III.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACIÓN Y ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN: Solicitamos amablemente a la convocante se pueda ampliar la fecha de entrega de muestras, esto para promover la libre participación, debido a que el tiempo otorgado es muy corto. ¿Se acepta? Respuesta: No se acepta su propuesta</p>
2	<p>RENLÓN 263 Y 445 – ANEXO 1 Solicitamos amablemente a la convocante que los renglones 263 y 445 sean ofertados en uno solo, esto para brindar ventajas en un mejor servicio y precio. ¿Se acepta? Respuesta: No se acepta su propuesta</p>
3	<p>RENLÓN 445 – ANEXO 1 Solicitamos amablemente a la convocante aclare la cantidad de glucómetros a comodato se requieren. Respuesta: Serian aproximadamente 160 equipos</p>

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 11:00 horas del mismo día que se suscribe.

Los servidores Públicos en este acto son:



HOSPITAL GENERAL
 DE ZAPOPAN
 Ramón Corona No. 500.
 Col. Centro, C.P. 45100
 Tels: 3633 0929 y 3633 0552
 Cabecera Municipal
 Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
 Dr. Luis Farsh No. 550.
 Col. Villa de los Belenes
 C.P. 45157
 Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
 Cruz del Sur No. 3535
 C.P. 45080, Col. Las Águilas.
 Tels: 3631 9471 y 3134 4300.


CRUZ VERDE FEDERALISMO
 Luis Quintero No. 750
 Col. Quinta Federalismo
 C.P. 45180
 Tels: 3342 4745 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
 DE GUADALUPE
 Carretera a Saltillo No. 100
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
 Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
 Av. de la Presa No. 795
 Col. Santa María de los Chorrillos
 C.P. 45200. Tels: 3624 3323 y
 3624 3324


CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
 Carretera a Colotlán No. 515.
 Av. Juan Gil Praciado y calle 1.
 C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
 transparencia.salud@zapopan.gob.mx
 Página web:
 www.ssmz.gob.mx



**CONVOCATORIA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC 021/2021
REFERENTE A LA ADQUISICIÓN DE
"MATERIAL DE CURACIÓN".**

Servidor Público	Firma
C. Iván Enrique Linares Juárez Jefe de Recursos Materiales	
C. Carlos Felipe Ortiz González Encargado del Almacén General	



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0332
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Parah No. 530.
Col. Villa de los Belanes
C.P. 45157
Tels: 3615 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No. 3535
C.P. 45060, Col. Las Águilas.
Tels: 3634 9471 y 3434 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4749 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1228

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.esma.gob.mx

