



Salud
Construcción
de comunidad

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON CONCURRENCIA DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-002/2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AUTOCLAVE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 08:00 horas del día 22 de Marzo del año 2022, en las instalaciones del Jefatura de Recursos Materiales del O.P. D "Servicios de Salud del Municipio de Zapopan", ubicado en la calle Ramón Corona número 500, colonia Zapopan Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jalisco, estando presentes:

C. IVÁN ENRIQUE LINARES JUÁREZ.

MTRA. VIRGINIA ORTIZ ARRONA

De conformidad con el artículo 63 de la Ley De Compras Gubernamentales, Enajenaciones Y Contratación De Servicios Del Estado De Jalisco Y Sus Municipios.

El punto correspondiente a formular cuestionamientos y aclaraciones por parte de los licitantes interesados establecido en las bases de la Licitación Con concurrencia LPCC-002/2022

Se procede a dar contestación al correo remitido de manera electrónica del siguiente participante:

1.- Absten Diagnostic, S.A. de C.V.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de las Belenas
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3906 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

Número:	Pregunta:
1	<p>Del Anexo 5, apartado periodicidad.</p> <p>Este anexo menciona lo siguiente:</p> <p><i>El servicio deberá cotizarse por el periodo del 01 de marzo de 2022 al 31 de diciembre del 2022.</i></p> <p>Derivado de que la presentación de propuesta es el día 28 de marzo y el fallo es el día 05 de abril, se solicita amablemente a la convocante nos mencione el periodo correcto para brindar el servicio solicitado.</p> <p>Favor de aclarar.</p> <p>RESPUESTA: La periodicidad corresponderá a partir de la fecha de publicación del fallo al 31 de diciembre del 2022</p>
2	<p>Del Anexo 5, renglón 9.</p> <p>Entendemos que la cantidad de esterilizadores que se deberá ofertar es uno durante toda la vigencia del contrato.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: Es correcta su apreciación.</p>





PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AUTOCLAVE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO.

Salud
Construcción



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Parah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3618 2200, ext. 3908 y 5909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3621 9471 y 3134 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

3	<p>Del Anexo 5, renglón 9.</p> <p>Entendemos que se deberá ofertar un Esterilizador de Peróxido de Hidrogeno con una cámara de máximo 52 Litros.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: Es correcta su apreciación.</p>
4	<p>Del Anexo 5, renglón 9.</p> <p>Entendemos que se deberá ofertar un esterilizador con indicador luminoso situado en el panel frontal independiente de la pantalla del equipo.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: Es correcta su apreciación.</p>
5	<p>Del Anexo 5, renglón 9.</p> <p>Entendemos que se deberá ofertar consumibles de peróxido con una duración de al menos 30 ciclos.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: Es correcta su apreciación.</p>
6	<p>Del Anexo 5, renglón 9.</p> <p>Entendemos que se deberá ofertar un compartimiento refrigerado para la botella de peróxido de hidrogeno dentro del equipo para evitar la evaporación de este líquido.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: Es correcta su apreciación.</p>
7	<p>Del Anexo 5, renglón 9.</p> <p>Entendemos que se deberá ofertar un esterilizador con impresora térmica integrada.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: Es correcta su apreciación.</p>
8	<p>Del Anexo 5, renglón 9.</p> <p>Entendemos que se deberá ofertar un esterilizador con pantalla táctil para mayor visualización de los datos.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>RESPUESTA: Es correcta su apreciación.</p>
9	<p>Del Anexo 7, renglón 9.</p> <p>Se solicita amablemente a la convocante nos aclare si el renglón 9 Esterilizador para peróxido de hidrogeno, se deberá</p>





SEGUNDA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
CON CONCURRENCIA DEL COMITE
CON NÚMERO LPCC-002/2022

PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA AUTOCLAVE DE PERÓXIDO DE HIDROGENO.

	<p>de cotizar en nuestra propuesta económica por la cantidad de 10 meses como se menciona en dicho anexo.</p> <p>Favor de aclarar.</p> <p>RESPUESTA: Favor de referirse al Anexo 5 en el renglón 9 donde se solicita el Esterilizador para Peróxido de Hidrogeno en Comodato a cambio de la compra del material, para un periodo aproximado de 10 meses</p>
--	--

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 09:00 horas del 22 de Marzo del 2022.

Los servidores Públicos en este acto son:

Servidor Público	Firma
C. Iván Enrique Linares Juárez Jefe de Recursos Materiales	
Mtra. Virginia Ortiz Arrona Jefa de Enfermería	



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929 y 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3616 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743 y 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323 y
3624 8324

CRUZ VERDE "LA NIÑA EVA"
Carretera a Colotlán No. 515.
Av. Juan Gil Preciado y calle 1.
C.P. 45200. Zapopan, Jalisco.

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx

