



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
 CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
 NÚMERO DE LICITACIÓN LPCC-034/2023 PARA LA "ADQUISICIÓN  
 DE CARROS CAMILLA PARA AMBULANCIA"**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 14 de diciembre del año 2023, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
José Manuel Vargas Salinas	Representante de la Dirección Médica

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

- **KORALL MEDICS, S.A. DE C.V.**
- **SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED, S.A. DE C.V.**

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

- **SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED, S.A. DE C.V.**

Número	Pregunta:
1	Anexo 5 Descripción de los artículos. Entendemos que el licitante podrá enumerar las especificaciones técnicas con el fin de facilitar la evaluación técnica y el marcaje de las partidas ofertadas. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN QUE SEA OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b>
2	Anexo 5 Descripción de los artículos. Entendemos que para comprobar las especificaciones técnicas ofertadas se podrá referenciar en texto, imágenes, tablas o demás información emitida por el fabricante en idioma español o se deberá presentar su traducción simple en caso de leerse en otro idioma. ¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN QUE SEA OBLIGATORIA PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</b>



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
 Ramón Corona No. 500  
 Col. Centro, C.P. 45100  
 Tel: 33 3633 0929  
 Cabecera Municipal  
 Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
 Dr. Luis Farah No. 550  
 Col. Villa de los Batanes  
 C.P. 45157  
 Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
 Cruz de Sur No. 3535  
 C.P. 45080, Col. Las Águilas  
 Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
 Luis Quintero No. 750  
 Col. Quinta Federalismo  
 C.P. 45180  
 Tel: 33 2410 7569


**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
 Carretera Saillio No. 100  
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
 Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
 Av. de la Presa No. 795  
 Col. Santa María de los Chorritos  
 C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
 33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
 Carretera Coktilán No. 515  
 Av. Juan Gil Preciado y C.I  
 C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
 Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
 transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
 Página web:  
 www.saluz.gob.mx





Salud  
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-034/2023 PARA LA  
"ADQUISICIÓN DE CARROS CAMILLA PARA  
AMBULANCIA

3	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • La principal necesidad es una camilla resistente, con estructura en X completamente de aluminio. Color amarillo, Versátil y estable, que tenga una capacidad de peso de 318 kg y un peso de 40kg, una sección retráctil de la cabeza que permita 360° de movilidad a cualquier altura y que cumpla con las características que se mencionan a continuación</p> <p>Pregunta: El color amarillo es una característica específica de la marca Stryker, lo que en este procedimiento limita la participación de los participantes que no cuenten con la distribución de esta marca en específico, situación que se contrapone a lo estipulado en la ley de adquisiciones y su reglamento, mismo que rige este procedimiento por lo que se solicita amablemente a la convocante que esta característica de color específico no sea limitante y se pueda ofertar el color de acuerdo a la tecnología y diseño de cada fabricante. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
4	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • La principal necesidad es una camilla resistente, con estructura en X completamente de aluminio. Color amarillo, Versátil y estable, que tenga una capacidad de peso de 318 kg y un peso de 40kg</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipos con un margen de +/-5%. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
5	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Longitud total de 203 cm</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipos con un margen de +/-5%. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
6	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Anchura total 58cm</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipos con un margen de +/-5%. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
7	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: •Articulación del respaldo de 0° – 73°</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipos con un margen de +/-10%. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
8	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Altura de carga recomendada hasta 86cm</p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Beltranes  
C.P. 45157  
Tel: 33 3633 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589


CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Prensa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx.  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-034/2023 PARA LA  
"ADQUISICIÓN DE CARROS CAMILLA PARA  
AMBULANCIA



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal, México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Beténes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Canelera Satillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324


CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Coloblán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.sstmz.gob.mx



	<p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipos con un margen de +/-5%.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
9	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Con sistema de sujeción torácica, pélvica y para extremidades inferiores (correas de color amarillo brillante, con tejido de poliuretano para una fácil limpieza)</p> <p>Pregunta: El color amarillo es una característica específica de la marca Stryker, lo que en este procedimiento limita la participación de los participantes que no cuenten con la distribución de esta marca en específico, situación que se contrapone a lo estipulado en la ley de adquisiciones y su reglamento, mismo que rige este procedimiento por lo que se solicita amablemente a la convocante que esta característica de color específico no sea limitante y se pueda ofertar el color de acuerdo a la tecnología y diseño de cada fabricante.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
10	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Altura de carga recomendada hasta 86cm</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipos con un margen de +/-5%.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p><b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
11	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Que cuente con porta suero extensible opcional de 2 a 3 tramos</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipos porta sueros de manera opcional</p> <p>¿Se acepta?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
12	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Plataforma para desfibrilador</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipo con plataforma de desfibrilador de manera opcional.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
13	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Soporte extraíble para tanque de oxígeno</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que con el fin de no limitar la libre participación en el presente proceso de licitación se permita ofertar equipo con soporte extraíble para tanque de oxígeno de manera opcional.</p> <p>¿Se acepta?</p> <p><b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
14	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos.</p>

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*



Salud  
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-034/2023 PARA LA  
"ADQUISICIÓN DE CARROS CAMILLA PARA  
AMBULANCIA



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0924  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal, México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.saluci@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx



	<p>Dice: • Red de almacenamiento en la base</p> <p>Pregunta: La red de almacenamiento es una característica específica de la marca Stryker, lo que en este procedimiento limita la participación de los participantes que no cuenten con la distribución de esta marca en específico, situación que se contrapone a lo estipulado en la ley de adquisiciones y su reglamento, mismo que rige este procedimiento por lo que se solicita amablemente a la convocante que esta característica de accesorio no sea limitante y se pueda ofertar de manera opcional de acuerdo a la tecnología de cada fabricante</p> <p>¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
15	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Dice: • Bolsas de almacenamiento en el respaldo</p> <p>Pregunta: La red de almacenamiento es una característica específica de la marca Stryker, lo que en este procedimiento limita la participación de los participantes que no cuenten con la distribución de esta marca en específico, situación que se contrapone a lo estipulado en la ley de adquisiciones y su reglamento, mismo que rige este procedimiento por lo que se solicita amablemente a la convocante que esta característica de accesorio no sea limitante y se pueda ofertar de manera opcional de acuerdo a la tecnología de cada fabricante</p> <p>¿Se acepta? <b>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>
16	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos.</p> <p>Entendemos que, al igual que todos los procedimientos de adquisición realizados por los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, y para garantizar que los equipos ofertados cuentan con el respaldo necesario para que el licitante pueda responder por las garantías, refacciones y demás situaciones que se deben contemplar en los procesos de adquisiciones, se deberá presentar CARTA ORIGINAL DE RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O IMPORTADOR PRIMARIO AUTORIZADO EN FAVOR DEL LICITANTE en hoja membretada con firmas originales del representante legal del fabricante o distribuidor primario en México, donde se mencione para que bien tiene el apoyo para ventas al OPD Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, así como el número de equipos disponibles de entrega inmediata, documento donde se deberán incluir los datos de contacto del representante legal para posible verificación.</p> <p>¿Es correcta nuestra apreciación? <b>RESPUESTA: FAVOR DE APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES.</b></p>
17	<p>Anexo 5 Condiciones de entrega. Dice: La entrega deberá realizarse dentro de los 30 días naturales contados a partir de la notificación del fallo y será en las instalaciones del Hospital General de Zapopan, ubicado en Ramón Corona #500 Col. Zapopan</p> <p>Pregunta: Con base en las especificaciones técnicas solicitadas y la especificidad de las mismas que aplazan los tiempos de fabricación e importación de los bienes, se solicita amablemente a la convocante amplíe el tiempo de entrega a 60 días naturales contados a partir de la notificación del fallo. ¿Se acepta? <b>RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA.</b></p>

*Handwritten signatures and notes on the right margin.*




CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON  
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES  
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-034/2023 PARA LA  
"ADQUISICIÓN DE CARROS CAMILLA PARA  
AMBULANCIA

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 12:20 horas del 14 de diciembre del 2023.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Representante de la Dirección Médica <b>El requirente</b>	



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Beñenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintan No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Caneteyra Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTALUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chonitos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



*M. J. J.*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*