

Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-035/2023 PARA LA
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE
LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN LPCC-035/2023 PARA LA "ADQUISICIÓN,
INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 14 de diciembre del año 2023, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
Claudia Berenice Millán Silva	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Adrián Perfecto Ramos	Representante de la Dirección Médica

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

- SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED, S.A. DE C.V.

En este momento se procede a dar contestación a los cuestionamientos remitidos vía correo electrónico por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo los siguientes:

- SOLUCIONES BIOMÉDICAS AMMED, S.A. DE C.V.

Número	Pregunta:
1	<p>Evaluación de propuestas Inciso j) Dice: j) La asignación del servicio objeto de la presente licitación será a <u>un solo licitante.</u></p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante que la asignación del servicio objeto de la presente licitación será a uno o varios licitantes, lo anterior derivado a que en las bases no se menciona la agrupación de partidas y permitir la libre participación de empresas en el presente procedimiento de licitación. ¿Se acepta? RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>
2	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos Entendemos que para comprobar las especificaciones técnicas ofertadas se podrá referenciar en texto, imágenes, tablas o demás información emitida por el fabricante en idioma español o se deberá presentar su traducción simple en caso de leerse en otro idioma. ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38618 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorrillos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓN
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-035/2023 PARA LA
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE
LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"

3	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Entendemos que el licitante podrá numerar las especificaciones técnicas con el fin de facilitar la evaluación técnica y el marcaje de las partidas ofertadas. ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
4	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Entendemos que el licitante podrá presentar de manera impresa únicamente las páginas donde figuren y se comprueben las especificaciones técnicas solicitadas a fin de facilitar la futura evaluación técnica y disminuir el consumo de papel ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN</p>
5	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 1 2 Lámparas quirúrgicas led doble brazo con cámara y monitor. Dice: Sistema de alimentación ininterrumpida UPS Pregunta: Entendemos que el equipo puede tener capacidad de colocarle a futuro un módulo de baterías, ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: NO ES CORRECTO, DEBE SER INCLUIDO.</p>
6	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo Dice: de 3,500 a 5,100 kelvin lo que permite distinguir las diferencias entre tipos de tejido y la percepción de los colores reales del tejido. Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita un límite superior de hasta 5,000°K con lo que implicaría una mínima diferencia de menos el 2% de lo solicitado, con lo cual no delimita las funciones de la misma. ¿Se acepta? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
7	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo Dice: índice de rendimiento de color (ra) de 99% Pregunta: Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con rendimiento de color (ra) del 96%, con lo cual no delimita las funciones de la misma. ¿Se acepta? RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
8	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo Dice: tamaño del campo de trabajo con un diámetro de iluminación ajustable de 140 a 300 mm</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3509

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Cantera Sañillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chonitos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Cantera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIÓN
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-035/2023 PARA LA
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE
LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"

	<p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita un tamaño del campo de trabajo de 180mm a 280mm, con lo cual cubre ampliamente el rango adecuado para procedimientos quirúrgicos. ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
9	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo</p> <p>Dice: y profundidad de iluminación 1,400 a 1 m de distancia de la fuente y sin reenfoque</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con una profundidad de 1,200mm los cuales cubre ampliamente los requerimientos en un quirófano. ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
10	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo</p> <p>Dice: con capacidad a futuro de poder tener un mango multifunción para control de diámetros del campo, intensidad, temperatura de color y modo de campo</p> <p>Pregunta: Debido a que el mango multifunción puede ser tecnología propia de alguna marca, solicitamos amablemente a la convocante nos permita dicha función en el mando de control con lo cual no delimita su funcionalidad y puede ser práctico en su uso. ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
11	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo</p> <p>Dice: desde 3,500 a 5,100 kelvin en 5 niveles: 3,500K, 3,700K, 4,000K, 4,350K, 5,100K</p> <p>Pregunta: Las diferentes tecnologías entre fabricantes ofrecen sistemas diferentes en los niveles de temperatura de color, para no limitar la participación, solicitamos a la convocante nos permita ofertar un equipo con los siguientes 5 niveles: 3000k, 3500k, 4000k, 4,350k y 5000k. Los cuales se acercan a los solicitados y dependerá del usuario su utilización durante el procedimiento quirúrgico. ¿Se acepta?</p> <p>RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
12	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo</p> <p>Dice: nivel de protección IP 55, para protección de agua y partículas</p> <p>Pregunta: Debemos de entender que el nivel de protección debe de cumplir con los requisitos clínicos de higiene, así como referenciar este punto que los cabezales se puede limpiar y esterilizar con productos desinfectantes y agua caliente, siendo que la protección IP55 no viene</p>



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Boleños
C.P. 45157
Tel: 33 38816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 8953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.I
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx



[Handwritten signature]



Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-035/2023 PARA LA
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE
LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"

	<p>descrita en la literatura de los manuales ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
13	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Renglón 2 4 Lámparas quirúrgicas led doble brazo</p> <p>Dice: Sistema de alimentación ininterrumpida UPS</p> <p>Pregunta: Solicitamos a la convocante nos pueda aclarar si debemos de entender que el equipo puede tener capacidad de colocarle a futuro un módulo de baterías, ¿Es correcta nuestra apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.</p>
14	<p>Anexo 5 Descripción de los artículos. Consideraciones.</p> <p>Dice: con garantía mínima de 12 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante aclarar la vigencia de garantía solicitada, toda vez que en el apartado de Garantía menciona 24 meses, en vez de 12. Favor de aclarar. RESPUESTA: LA GARANTÍA REFERENTE A "CONSIDERACIONES" CORRESPONDE A LA GARANTIA DE FABRICACIÓN, SIENDO LA GARANTÍA DE 24 MESES DEL PROVEEDOR.</p>
15	<p>Anexo 5 Tiempo de entrega</p> <p>Dice: Las entregas deberán realizarse en máximo 30 días naturales posteriores a la notificación del fallo</p> <p>Pregunta: Derivado de la elevada demanda aduanal en periodos de fin e inicio de año, así como el propio tiempo de fabricación que se requiere a fin de estar en posibilidad de entregar equipo nuevo y de reciente fabricación solicitado en el presente procedimiento, se solicita amablemente a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 120 días. ¿Se acepta? RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA</p>

BIOMÉDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>Con respecto al ANEXO 5 RENGLON 1, "índice de rendimiento de color (ra) de 99%" solicito a la convocante que aumente el rango +5% esto para no limitar la participación. RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
2	<p>Con respecto al ANEXO 5 RENGLON 1 "temperatura de color regulable: de 3,500 a 5,100 kelvin" Solicito a la convocante que el límite máximo pueda ser menor a 5,000 kelvin esto para no limitar la participación. RESPUESTA: SE ACEPTA SU PROPUESTA SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS PARTICIPANTES.</p>
3	<p>Con respecto al punto TIEMPO DE ENTREGA "deberán realizarse en máximo 30 días naturales posteriores a la notificación del fallo" Se solicita a la convocante que se extienda el tiempo de entrega a 120 días hábiles, esto debido a que por la misma naturaleza de las dimensiones</p>



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3693 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jalisco, México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Betenes
C.P. 45157
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485


Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud
Zapopan

CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON
CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES
NÚMERO DE LICITACIÓN: LPCC-035/2023 PARA LA
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE
LÁMPARAS QUIRÚRGICAS"

	y especialidad del equipo se requiere mayor logística para garantizar la seguridad del equipo. RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
4	Con respecto al ANEXO 5 RENGLON 1 " tiempo de vida útil garantizadas de 60,000 horas" Se solicita a la convocante que pueda ser menor a estas horas la vida útil esto para no limitar la participación. RESPUESTA: NO SE ACEPTA SU PROPUESTA
5	Con respecto al ANEXO 5 RENGLON 1 "DEBERA INCLUIR ACCESORIOS Cámara HD de fácil intercambio entre las salas de operación y brazo que se pueda remover o añadir después de la instalación con monitor quirúrgico HD 27" como mínimo" Se entiende que este intercambio de cámaras solo se podrá realizar con lámparas de la misma marca, ¿es correcta esta apreciación? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500
Col. Centro, C.P. 45100
Tel: 33 3633 0929
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tel: 33 35816 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz de Sur No. 3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3134

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No. 750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Candelera Saitillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA
Carretera Colotlán No. 515
Av. Juan Gil Preciado y C.1
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.gob.mx



JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.

Numero	Pregunta
PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS	
1.	Pagina. 35 Tiempo De Entrega ¿Pregunta debido al ejercicio fiscal que está por concluir y con el propósito de que no se vaya a ir los documentos a pasivos y con la intención de terminar el ejercicio fiscal 2023 en tiempo y forma, Debemos entender que las lámparas solicitadas deberán ser entregadas de forma inmediata es esto correcto? RESPUESTA: ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.
2.	Pagina. 35 Tiempo De Entrega ¿Pregunta se podrá considerar como un valor agregado a la propuesta técnica y económica el ofertar las lampara con tiempo de entrega inmediata es esto correcto? RESPUESTA: NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 12:40 horas del 14 de diciembre del 2023.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Representante de la Dirección Médica El requirente	