



**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.**

**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA DEL  
COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO  
PARA EL HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA**

Estando debidamente constituidos en el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 10:38 horas del día 19 de julio del año 2024, en las instalaciones del Hospital General de Zapopan ubicado en Ramón Corona #500 Zapopan Centro., C.P. 45100, Zapopan, Jalisco.

De conformidad con el artículo 70 fracción I y VI del Reglamento De Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado, Servicios de Salud del Municipio de Zapopan. Los servidores públicos presentes en este acto son:

Servidor Público	Área
David Rodríguez González	Representante de la Jefatura de Adquisiciones. La convocante
Juan Alfonso Cárdenas Ramos	Representante de la Dirección Médica. El Requirente

Acto seguido, se hace mención de los licitantes que se encuentran presentes:

EMPRESA	NOMBRE DE QUIEN ASISTE
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	JOSE REGINO LOPEZ GARCIA
QUALITY MED, S.A. DE C.V.	IVANIA CAROLINA DIAZ GONZALEZ
SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.	JORGE ALBERTO PULIDO ZAVALA

De conformidad a lo establecido en el ANEXO 5 de las bases de licitación Se recibieron en tiempo y forma las "Cartas de Intención" de los siguientes licitantes:

- QUALITY MED, S.A. DE C.V.
- MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT ANS SUPPLIES, S.A. DE C.V.
- SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.
- IMPLEMENTOS MÉDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
- INFARIND S.A. DE C.V.
- MEDINGENIUM, S.A. DE C.V.
- ANTONIO NAVARRO HERNANDEZ.
- CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
- BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.
- SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.
- KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.
- JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3955

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**  
Carretera Saitillo No.100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.

Se hace mención que se recibió un correo fuera de tiempo por parte del licitante QUALITY MED, S.A. DE C.V.

En este momento se procede a dar contestación a los correos remitidos recibidos en tiempo y forma por los licitantes interesados y se hace entrega de las mismas a los licitantes presentes, siendo las siguientes:

• SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p>Anexo 5. Registro sanitario vigente.</p> <p>Dice: En su caso, FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN del Registro Sanitario completo, siempre y cuando haya sido presentada con cuando menos 90 días naturales de anticipación al vencimiento, indicando número de entrada del trámite, nombre del producto y número(s) de catálogo para los renglones contenidas en el presente Anexo para la adquisición de bienes. Así como acuse de recibido del trámite sometido ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (COFEPRIS).</p> <p>Pregunta: Considerando que los trámites antes COFPERIS actualmente son de manera electrónica, entendemos que para dar cumplimiento al requerimiento solicitado se deberá adjuntar a la propuesta copia simple de la Constancia de prórroga del registro sanitario donde se indique el número de solicitud, número de registro sanitario y los datos del titular, mismo que debe corresponder con el firmante de la carta de apoyo ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>R.- Es correcta su apreciación.</b></p>
2	<p>Anexo 5. Descripción de los artículos Renglón 15. Cuna térmica de calor radiante</p> <p>Dice: CALEFACTOR CERÁMICO DE 500W</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar el elemento calentador de mineral cuarzo, siendo la principal fuente de sílice para la cerámica, permitiendo ofertar una tecnología superior a la solicitada y la libre participación de empresas en el presente procedimiento ¿Se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
3	<p>Anexo 5. Descripción de los artículos</p>



HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob

Página web:  
www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signatures]*



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.

	<p>Renglón 15. Cuna térmica de calor radiante</p> <p>Dice: PANTALLA TOUCH DE LCD O SUPERIOR A COLOR DE 7 PULGADAS O SUPERIOR</p> <p>Pregunta: Se solicita amablemente a la convocante nos permita ofertar panel de control físico con pantalla indicativa a base de led's. Esto para permitir la libre participación de empresas en el presente procedimiento sin limitar la participación ¿Se acepta?</p> <p><b>R.-No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
4	<p>Anexo 5. Descripción de los artículos Renglón 15. Cuna térmica de calor radiante</p> <p>Dice: POSICIONES TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG DE +/- 15°</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con posición de trendelemburg y antitrendelemburg de +/-10°, toda vez que es un nivel de inclinación que cumple con los requerimientos en la aplicación clínica del paciente neonato. ¿Se acepta?</p> <p><b>R.-No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
5	<p>Anexo 5. Descripción de los artículos Renglón 21. Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos</p> <p>Dice: SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA HASTA 270J</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con descarga de hasta 360 joules, ya que se ha demostrado que es probable que sea requerida más energía para el restablecimiento del corazón en casos de paros cardíacos. Con lo que se incrementa considerablemente las posibilidades de salvar una vida y se superan los requerimientos mínimos solicitados. ¿Se acepta?</p> <p><b>R.- Se acepta su propuesta sin ser obligatorio para los demás licitantes.</b></p>
6	<p>Anexo 5. Descripción de los artículos Renglón 21. Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos</p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ranrón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Sañillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob

Página web:

www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.

	<p>Dice: TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA DE 270J.</p> <p>Pregunta: Debemos de entender que si ofertamos un equipo con mayor descarga de Joules, podemos referenciar como la máxima descarga de 360 joules en menos de 7 segundos, se puede hacer una comparativa de descarga de 270 joules dentro de los 5 segundos, superando los requerimientos mínimos solicitados ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>R.- Es correcta su apreciación.</b></p>
7	<p>Anexo 5. Descripción de los artículos Renglón 21. Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos</p> <p>Dice: FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 180 PULSOS POR MINUTO O MAYOR</p> <p>Pregunta: Para no limitar la libre participación, solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con una variación +/- 10 pulsos por minuto. ¿Se acepta?</p> <p><b>R.-No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
8	<p>Anexo 5. Descripción de los artículos Renglón 21. Carro rojo con equipo completo para reanimación con desfibrilador-monitor-marcapasos</p> <p>Dice: 8 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, 2 PRECORDIALES V)</p> <p>Pregunta: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar con 7 derivaciones ya que las precordial adicional solicitada es característico de una casa comercial, lo que limita la libre participación de empresas en el presente procedimiento de adquisición ¿Se acepta?</p> <p><b>R.-No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>

• IMA MEDICA, S.A. DE C.V.

PREGUNTAS ADMINISTRATIVAS

NÚMERO:	PREGUNTA:
---------	-----------



HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Betenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera Satlillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.R. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.**

1	<p>PÁG. 4 PUNTO forma en que se deberán de presentar las proposiciones dice: idioma en que se deberán de los documentos en español, haciendo referencia a catálogos y manuales con traducción simple al español. pregunta solicitamos a la convocante nos permita hacer la traducción al español solo en el punto al que se hará referencia se acepta?</p> <p><b>R.- Se deberá presentar traducción al español de toda la información referente al equipo propuesto.</b></p>
2	<p>PÁG. 24-25 PUNTO LICENCIAS LIBERADAS DE SOFTWARE pregunta para los equipos que vamos a ofertar en el caso de que no tengamos esta necesidad de los software podemos cubrir el punto anexando una carta que menciona que no aplica para las partidas es esto correcto? y por lo tanto no será motivo de descalificación?</p> <p><b>R.- Para los equipos que no requieran funcionamiento por medio de software o licencia este punto quedara sin efecto.</b></p>
3	<p>PÁG. 25 DICE GUÍA MECÁNICA, pregunta para los equipos que vamos a ofertar en el caso de que no tengamos esta necesidad de la guía mecánica, podemos cubrir el punto anexando una carta que menciona que no aplica para las partidas es esto correcto? ¿y por lo tanto esto no será motivo de descalificación?</p> <p><b>R.- Para los equipos que no requieran funcionamiento por medio de guía mecánica este punto quedara sin efecto.</b></p>

**PREGUNTAS TÉCNICAS**



**NÚMERO:**

**PREGUNTA:**

1

RENGLÓN 1 favor de anexar una imagen del electrodo PLASMALOOOP y si presentamos uno igual con este se cumpliría es esto correcto ? ¿Por favor aclarar el término PLASMABUTTON debemos entender que es el activa el equipo? ¿Es esto correcto? Debemos de entender que el término ESG TURIS se refiere a que el equipo cuenta con un modo para RTU ¿es esto correcto?

**R.-**



**Se añade la imagen del electrodo de Botón, y se aclara que NO se hace referencia a un pedal de activación, se refiere a que es un electrodo enfocado a realizar técnicas de enucleación y vaporización con tecnología "plasma" para procedimiento urológicos compatible con camisa interna de resección de 24 Fr y lentes u ópticas de 12 y 30 grados.**

**Turis (Transurethral Resection In Saline) por sus siglas en español se refiere a Resección Transuretral en Solución Salina que genera la tecnología de Plasma la cual contiene partículas con carga: iones, electrones, radicales activos, moléculas excitadas que destruyen las células del adenoma prostático.**

*[Handwritten signatures and initials]*



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera, Sañilillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTALUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.

2	<p>RENGLÓN 2, con la única finalidad de no encarecer el equipo y que este sea 100% funcional, en donde se refiere al término de los brazaletes se sugiere que se oferte lo siguiente; 10 BRAZALETE DE BRAZO ADULTO DOBLE (460 MM X 140 MM), 10 BRAZALETE DE PIERNA PEQUEÑA (610 MM X 100 MM) y con esto garantizamos el uso adecuado de la función isquémica en todo el espectro en las tallas y necesidades al paciente se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
---	---

• MEDINGENIUM, S.A. DE C.V.

Número:	Pregunta:
1	<p><b>REFERENCIA: ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO</b></p> <p>Se solicita amablemente a la convocante confirme que para atender las etapas del proceso de licitación en cuestión no es obligatorio la presencia del representante legal si no que, puede asistir personal administrativo con carta poder simple, ¿es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>R.- Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su Representante Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 58 fracción VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.</b></p>
2	<p><b>Partida 8 Incubadora de Traslado Extrahospitalario</b></p> <p><b>PUNTO: LÁMPARA DE LUZ DE EXPLORACIÓN O EXAMINACIÓN FIJA NO CHICOTE Y CONTROLADA DESDE EL PANEL DE CONTROL DEL EQUIPO.</b></p> <p><b>PREGUNTA:</b> Dado que en el mercado actual de incubadoras de traslado se cuentan con tecnologías diferentes a las solicitadas y para permitir la libre participación a todos los licitantes, se entiende que el ofertar una lámpara de luz de exploración o examinación de LED de luz blanca, fija en el capacet del equipo y con botón de apagado y encendido en la misma lámpara, no será motivo de desechamiento, esto sin ser limitante para los demás participantes. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera. Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorrillos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx





**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.**

	<p><b>R.- No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo solicitado a las bases de la presente licitación.</b></p>
3	<p><b>Partida 8 Incubadora de Traslado Extrahospitalario</b></p> <p><b>PUNTO: BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS DE 4 HORAS</b></p> <p>PREGUNTA: Dado que en el mercado actual de incubadoras de traslado se cuentan con tecnologías diferentes a las solicitadas y para permitir la libre participación a todos los licitantes, se solicita la convocante permita ofertar una batería recargable con duración de 3 horas, sin ser limitante para los demás participantes. ¿Se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
4	<p><b>Partida 8 Incubadora de Traslado Extrahospitalario</b></p> <p><b>PUNTO: SUJETADOR DE PACIENTE DE 5 PUNTOS QUE PERMITA SUJETARLO FIRMEMENTE DURANTE TRASLADOS</b></p> <p>PREGUNTA: Dado que en el mercado actual de incubadoras de traslado se cuentan con tecnologías diferentes a las solicitadas y para permitir la libre participación a todos los licitantes, se solicita a la convocante permita ofertar un sujetador de paciente de acuerdo con la tecnología de cada fabricante, siempre y cuando se pueda demostrar el punto solicitado. ¿Se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
5	<p><b>PARTIDA 9.- MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTC</b></p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar este punto como opcional, mientras sea posible monitorizar y analizar el segmento ST en todas las derivaciones, función suficiente para detectar isquemia o infarto de miocardio, ¿Se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
6	<p><b>PARTIDA 9.- MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTC</b></p>



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**  
Carretera Sañilillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chontos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.

	<p><b>DETECCIÓN DE 24 ARRITMIAS: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, PAUSA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, BIGEMINISMO Y TRIGEMINISMO.</b></p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar 16 arritmias que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular, que son suficientes de acuerdo con la ficha técnica de monitor de signos vitales de CENETEC, ¿se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
7	<p><b>PARTIDA 9.- MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTC CON ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN PARA CADA CANAL DE PRESIÓN INVASIVA: PRESIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, AO PRESIÓN AÓRTICA PRAI PRESIÓN DE LA AURÍCULA IZQUIERDA, UAP PRESIÓN ARTERIAL UMBILICAL PAD PRESIÓN DE LA AURÍCULA DERECHA, BAP PRESIÓN DE LA ARTERIA BRAQUIAL PIC PRESIÓN INTRACRANEAL, FAP PRESIÓN DE LA ARTERIA FEMORAL UVP PRESIÓN VENOSA UMBILICAL, ART PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL LV PRESIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO, 2 ETIQUETAS DE PRESIÓN NO ESPECÍFICA</b></p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar etiquetado del sitio de medición de por lo menos de las siguientes: presión arterial, presión venosa central, presión genérica, arterio pulmonar, que son suficientes de acuerdo con la ficha de CENETEC de monitor de signos vitales. ¿Se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</b></p>
8	<p><b>PARTIDA 9.- MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTC 1000 EVENTOS INCLUIDO PARÁMETROS DE ALARMA, DE ARRITMIAS, EVENTOS TÉCNICOS</b></p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar 200 eventos, mientras se oferten 150 horas de tendencias gráficas y numéricas, 30 horas más de lo solicitado en la ficha, ¿Se acepta?</p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jalisco, México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**  
Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx







Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.

	<p>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</p>
9	<p><b>PARTIDA 9.- MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTC</b></p> <p><b>CON GUÍA INTEGRADA DE PUNTUACIONES DE ADVERTENCIA TEMPRANA (EWS), PROTOCOLO NEWS Y MEWS, PUNTUACIÓN TOTAL Y PUNTUACIÓN DE PARÁMETROS INDIVIDUALES, PUNTUACIÓN TOTAL, REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN COLOR DONDE INDIQUE EL NIVEL DE RIESGO, DESPLIEGUE DE RESPUESTA CLÍNICA RECOMENDADA</b></p> <p>PREGUNTA: Se solicita a la convocante nos permita ofertar este punto como opcional, con tal de permitir la libre participación sin ser limitante, ¿Se acepta?</p> <p>R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación</p>
10	<p><b>Partida 15 Cuna Térmica de Calor Radiante</b></p> <p><b>PUNTO: SISTEMA DE CALEFACCIÓN A TRAVÉS DE CALEFACTOR CERÁMICO DE 500W CON REJILLA PROTECTORA Y REFLECTOR PARABÓLICO.</b></p> <p>PREGUNTA: Dado que en el mercado actual de cunas de calor radiante se cuentan con tecnologías diferentes a lo solicitado, se entiende que el ofertar tecnología superior no será causa de desechamiento, por lo que se entiende que se podrá ofertar un sistema de calefacción de tipo infrarrojo con rejilla protectora que cuente con una regulación de las resistencias incluso si el equipo se encuentra inclinado, con un reflector dual compuesto por 2 superficies de espejo en espiral que conducen la radiación térmica hacia la superficie del paciente. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>
11	<p><b>Partida 15 Cuna Térmica de Calor Radiante</b></p> <p><b>PUNTO: TEMPERATURA DEL AIRE ALTA/BAJA.</b></p> <p>PREGUNTA: Se entiende que este punto hace referencia a una incubadora y no a una cuna de calor radiante, por lo que el NO ofertar este punto no será causa de desechamiento. ¿Es correcta nuestra apreciación?</p> <p>R.- No es correcta su apreciación, favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</p>

• CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext.

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Sañtillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chonitos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:  
www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Salud  
Zapopan

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.

Número:	Pregunta:
1	<p>Acreditación Legal, Inciso b), Numeral 2: Indica:</p> <p>Persona moral deberá presentar copia del Acta Constitutiva, copia del Poder Notarial, copia de Identificación oficial y su Constancia de Situación Fiscal actual, comprobante de domicilio y Licencia Municipal, Dado que mi representada se encuentra ubicada en la Ciudad de México y no cuenta con establecimiento con domicilio en Zapopan, solicitamos de la manera más atenta nos indique si será suficiente con presentar el Aviso de Funcionamiento y Responsable Sanitario, así como Alta de Unidad de Tecnovigilancia ¿Se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, al ser una licitación pública local con concurrencia del Comité de Adquisiciones se requiere la documentación solicitada en las presentes bases de licitación, lo anterior de conformidad con el Artículo 55 numeral 1 fracción II de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios que a su letra dice:</b></p> <p><b>Artículo 55.</b></p> <p>1. Las licitaciones públicas podrán ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Municipales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Municipio de que se trate. Este procedimiento de licitación solamente podrá ser utilizado por la Administración Pública Municipal y Paramunicipal;</li> <li>II. Locales, cuando únicamente puedan participar proveedores domiciliados en el Estado, entendiéndose por ellos, a los proveedores establecidos o que en su defecto provean de insumos de origen local o que cuenten con el mayor porcentaje de contenido de integración local;</li> <li>III. Nacionales, cuando puedan participar proveedores de cualquier parte de la República Mexicana, entendiéndose por ellos a los proveedores constituidos o establecidos en el interior de la república que provean de insumos de origen nacional que cuenten por lo menos con el cincuenta por ciento de integración local; e</li> </ul>
2	<p>Acreditación Legal, Inciso b), Numeral 2: Indica:</p> <p>Es correcto entender que el no presentar Licencia Municipal, No será causal de desechamiento, ¿es correcta nuestra apreciación?</p> <p><b>R.- No es correcta su apreciación, el no presentar la documentación solicitada en las bases de la presente licitación será causa de desechamiento.</b></p>
3	<p>Tiempo de entrega</p> <p>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante ampliar el tiempo de entrega a 60 días a partir del fallo, ¿se acepta?</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta.</b></p>



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ex

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chonitos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signatures]*



**Salud**  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.**

4	<p>Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Propositiones</p> <p>Solicitamos de la manera mas atenta a la convocante nos indique si la persona que se presente al Acto de Presentación de Propuestas, será suficiente lo realice con Carta Poder, firmada por Representante Legal, ¿se acepta?</p> <p><b>R.- Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, bastará que los licitantes presenten un escrito en el que su Representante Legal manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica, de conformidad con lo establecido en los artículos 59 numeral 1 fracción VI de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios y el artículo 58 fracción VI del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.</b></p>
5	<p>Garantía de los bienes</p> <p>Es correcto entender que la garantía de los bienes es de 24 meses, es solo para Defectos de fabricación y/o vicios ocultos derivados de cualquier falla por defectos de fabricación y/o vicios ocultos, ¿es correcto?</p> <p><b>R:- La garantía requerida para los bienes es como mínimo de 24 meses para equipo médico contados a partir de la puesta en marcha indicando los términos de esta (partes o refacciones que cubre, mano de obra, sistemas que garantizan y periodos de respuesta), a entera satisfacción del responsable autorizado del punto de entrega</b></p>



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Beñenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 4515  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.g

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

**• BIOMÉDICA TINAJERO S DE RL DE CV**

Número:	Pregunta:
1	<p>Haciendo referencia al anexo 5, sección "Tiempo de entrega", punto "las entregas deberán realizarse en máximo 15 días naturales posteriores a la notificación del fallo". Se le solicita a la convocante que aumente el tiempo de entrega de 30 días naturales, esto por motivos de logística y calidad.</p> <p><b>R.- No se acepta su propuesta, favor de apegarse a lo establecido en las bases de la presente licitación.</b></p>
2	<p>Haciendo referencia al anexo 5, sección "Descripción de los artículos", renglón 10 "Videolaringoscopio", punto "Pantalla de 3.5" Touch tipo LCD o superior de 3" con resolución de 640 x 480". Se le solicita a la convocante que aclare si la pantalla debe ser de 3 pulgadas, ¿es correcta mi apreciación?</p>





Salud  
Zapopan

**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA  
DEL COMITÉ CON NÚMERO LPCC-025/2024  
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL  
HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN  
MÉDICA.**

**R.- No se acepta su propuesta, deberá ofertarse de acuerdo a lo solicitado en la convocatoria de la presente licitación**

Al no haber más cuestionamientos se da por concluida la presente acta de junta de aclaraciones, siendo las 10:52 horas del 19 de julio del 2024.

Firmando los presentes:

Servidor Público	Firma
Representante de la Jefatura de Adquisiciones.	
Representante del área Requirente	



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preclado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

