

Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**

En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:30 Horas del día 09 de agosto del año 2024, en la XXII Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, estando debidamente constituidos en las instalaciones del Auditorio del Hospital General de Zapopan, con domicilio en Ramón Corona No. 500 Col. Centro, Zapopan, Jalisco, previa convocatoria realizada el pasado 07 de agosto de la anualidad en curso; y en presencia de los integrantes asistentes del Comité de Adquisiciones, se procede a emitir el fallo de la Licitación Pública Local con número de expediente LPCC-025/2024 denominada "Adquisición de Equipo Médico para el Hospital General y las Unidades de Atención Médica"

Visto y analizado el expediente en referencia se procede a emitir el fallo de licitación con fundamento en el artículo 82 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, así como también conforme a los siguientes:

**ANTECEDENTES:**

I. En la XX Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, de fecha 15 de julio del 2024, se aprobó la Convocatoria de las Bases, con la finalidad de que fueran publicadas en el portal oficial del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

II. Las bases fueron publicadas la misma fecha de su aprobación, bajo el expediente LPCC-025/2024, denominada "Adquisición de Equipo Médico para el Hospital General y las Unidades de Atención Médica" en el portal oficial del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (<https://www.ssmz.gob.mx/index.html>).

III. El 19 de julio del 2024, se desahogó la junta de aclaraciones, en donde se presentaron 05 (cinco) cuestionamientos a través del correo electrónico, [equipomedico@ssmz.gob.mx](mailto:equipomedico@ssmz.gob.mx), que fue señalado en las bases de la licitación, con 03 (tres) participantes presentes además del Representante de la Jefatura de Adquisiciones y el Representante de la Dirección Médica, tal y como consta en el acta respectiva, la cual forma parte integral del expediente en referencia.

IV. Con fecha 25 de julio del 2024, se llevó a cabo el acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, en el que participaron 09 (nueve) licitantes presentando sus correspondientes propuestas técnicas y económica mismas que fueron selladas y foliadas por personal adscrito al Órgano Interno de Control de este Organismo.



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3906 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Crúz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTALUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 516  
Av. Juan Gil Preciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

[transparencia.salud@zapopan.gob.mx](mailto:transparencia.salud@zapopan.gob.mx)

**Página web:**

[www.ssmz.gob.mx](http://www.ssmz.gob.mx)



Fijados los antecedentes de la licitación, se emite el presente fallo conforme a las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

**PRIMERA.** - Este Comité resulta competente para emitir el presente fallo de adjudicación, con fundamento en los artículos 18, 20, 24 fracciones VI y VII, 34 y 82 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

**SEGUNDA.** - Tal y como quedo establecido en el acta de presentación y apertura de propuestas, en la XXI Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones 2024 del Organismo celebrada el pasado 25 de julio del año 2024, se recibieron las propuestas de los participantes siguientes:

- 1.- QUALITY MED, S.A. DE C.V.
- 2.- IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
- 3.- JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO
- 4.- SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.
- 5.- MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES, S.A. DE C.V
- 6.- INFARIND, S.A. DE C.V.
- 7.- BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.
- 8.- KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.
- 9.- SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.

En dicho acto se procedió a su apertura y revisión en términos de los artículos 73 primer párrafo y 77 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.



**HOSPITAL GENERAL**  
**DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA**  
**DE GUADALUPE**  
Carretera Satillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.T.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx

ANEXOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS	QUALITY MED, S.A. DE C.V.	IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.	MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES, S.A. DE CV.
ANEXO 2	ACREDITACIÓN LEGAL	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 3	CARTA DE PROPOSICIÓN	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 4	FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	32 D "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO POSITIVA SAT"	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	2% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	IMSS (OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN OPINIÓN POSITIVA, CON VIGENCIA DE 30 DÍAS)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL (SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA



Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL (INFONAVIT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 5	DESCRIPCIÓN DETALLADA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 6	PROPUESTA TÉCNICA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 8	ESCRITO DE GARANTIA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 9	CARTA DE APORTACIÓN 5 AL MILLAR	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 10	FORMATO DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 10	FORMATO DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 11	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 12	CARTA GARANTIA REFERENTE A REFACCIONE, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 13	CARTA ORIGINAL DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 14	FORMATO DE PROTECCION CONTRA DERECHOS DE AUTOR Y PATENTE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 7	PROPUESTA ECONOMICA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA



Gobierno de  
**Zapopan**

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Betanés  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589


**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx

ANEXOS	DOCUMENTOS REQUERIDOS	INFARIND, S.A. DE C.V.	BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.	KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.
ANEXO 2	ACREDITACIÓN LEGAL	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 3	CARTA DE PROPOSICIÓN	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 4	FORMATO PARA LA DECLARACIÓN ESCRITA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	32 D "OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO POSITIVA SAT"	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	2% IMPUESTO SOBRE NÓMINA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	IMSS (OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO EN OPINIÓN POSITIVA, CON VIGENCIA DE 30 DÍAS)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL (SAT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
	CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL (INFONAVIT)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 5	DESCRIPCIÓN DETALLADA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 6	PROPUESTA TÉCNICA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
ANEXO 8	ESCRITO DE GARANTIA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA



**Salud**  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

<b>ANEXO 9</b>	CARTA DE APORTACIÓN 5 AL MILLAR	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>ANEXO 10</b>	FORMATO DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>ANEXO 10</b>	FORMATO DE ENTREGA DE FICHAS TÉCNICAS	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>ANEXO 11</b>	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>ANEXO 12</b>	CARTA GARANTIA REFERENTE A REFACCIONE, CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>ANEXO 13</b>	CARTA ORIGINAL DE APOYO DEL FABRICANTE O DISTRIBUIDOR AUTORIZADO	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>ANEXO 14</b>	FORMATO DE PROTECCION CONTRA DERECHOS DE AUTOR Y PATENTE	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
<b>ANEXO 7</b>	PROPUESTA ECONOMICA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38816 2200, ext. 3906 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 5194 4800, ext 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx

Cabe señalar que en las bases de la presente licitación se menciona que la recepción de los documentos no implica la evaluación de su contenido ni el desechamiento de las propuestas presentadas, motivo por el cual se procedió a realizar el análisis y revisión de la documentación presentada por los participantes, por la Convocante y el Área Requirente, resultando lo que a continuación se indica:

**TERCERO.** - De conformidad con el artículo 82 inciso a del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan., se hace constar que:

- **NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS.**

**CUARTO.** - De acuerdo al artículo 82 inciso b del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, después de haber realizado el análisis técnico, las proposiciones que resultan solventes son:

LICITANTE	REGLONES	MONTO MÁS IVA
QUALITY MED, S.A. DE C.V.	1	\$2,330,000.00
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	13	\$31,391,517.48
JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	10	\$18,389,446.00
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.	10	\$22,558,390.00

MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES, S.A. DE C.V.	1	\$1,807,500.00
INFARIND, S.A. DE C.V.	2	\$6,575,000.00
BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.	5	\$5,307,225.40
KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.	2	\$2,693,000.00
SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.	3	\$8,382,500.00

QUINTO. - Con fundamento en el artículo 82 inciso C del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, las proposiciones que resultan con precio no aceptable o no conveniente son:



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Bolones  
C.P. 45157  
Tel: 33 38018 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3753

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Sotillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463


**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 798  
Col. Santa María de los Chontillos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 518  
Av. Juan Gil Preciado y C1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	REGLON	FUNDAMENTO	MOTIVO
Implementos Médicos de Occidente, S.A. de C.V.	7	De conformidad con el Artículo 84 numeral 1. Del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.	Por encontrarse por arriba del 10% del Estudio de Mercado
Juan Pablo Orozco Escobedo	8, 16 y 17	De conformidad con el Artículo 84 numeral 1. Del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.	<b>REGLON 8:</b> Por encontrarse por debajo del 40% del Estudio de Mercado <b>REGLON 16:</b> Por encontrarse por debajo del 40% del Estudio de Mercado <b>REGLON 17:</b> Por encontrarse por debajo del 40% del Estudio de Mercado
Sanabria, Corporativo Medico, S.A. de C.V.	7	De conformidad con el Artículo 84 numeral 1. Del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.	Por encontrarse por arriba del 10% del Estudio de Mercado

Posteriormente se procedió a realizar el análisis individual de las propuestas técnicas y económicas de conformidad con lo establecido en las bases.



Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

SEXTO. - Derivado del dictamen técnico realizado por el área requirente, bajo el oficio DM OPD 1136/08/2024 emitido por la Dirección Médica del OPD SSMZ hace constar la comparativa de los licitantes en donde se manifiesta lo siguiente:

*Después de una evaluación técnica realizada a los participantes antes mencionados, se detectan las siguientes observaciones:*

**REGLON 1:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.**

*Se dictamina que ambas propuestas cumplen técnicamente por lo que se sugiere sea adjudicada por precio cotizado.*

**REGLON 2:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**JUAN PABLO ORZCO ESCOBEDO.**

*Se dictamina que la propuesta de Juan Pablo Orozco cumple técnicamente con lo solicitado en las bases de licitación.*

**REGLON 3:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.**

*Se dictamina que ambas propuestas cumplen técnicamente por lo que se sugiere sea adjudicada por precio cotizado.*

**REGLON 4:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**

*Se dictamina que la propuesta del licitante cumple técnicamente con lo solicitado en las presentes bases.*

**REGLON 5:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**QUALITY MED, S.A. DE C.V.**

*De la propuesta ofertada por el licitante se detecta lo siguiente:*

- No presenta certificados solicitados en las bases de licitación.
- No presenta Aviso de Funcionamiento.
- No presenta Carta de Garantía Contra Vicios Ocultos
- No presenta Manifiesto de Equipos Nuevo.



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorrillos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Proclado y CI  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485


**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

Por lo que el único licitante que oferta este renglón no es posible adjudicar por los motivos antes mencionados.

**REGLON 6:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.**

De la propuesta ofertada por el licitante Implementos Médicos de Occidente, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: RANGOS DE QUERATOMETRIA DE 30.68D A 67.5D 5.00MM A11.00MM, sin embargo, el equipo ofertado tiene un rango de 33.7D a 67.5D
- Se solicita lo siguiente: , RANGO DEL CILINDRO DE -10D A +10D, CON PASOS DE 0.01D, 0.12D Y 0.25D, el propuesto por el licitante es de 0.12D y 0.25D, omitiendo el 0.01D.

La propuesta del licitante Juan Pablo Orozco Escobedo, cumple técnicamente con lo solicitado en las presentes bases de licitación.

**REGLON 7:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.**

Se dictamina que la propuesta del licitante cumple técnicamente con lo solicitado en las presentes bases.

**REGLON 8:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.**  
**SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.**

De la propuesta ofertada por el licitante Soluciones Biomédica AMMED, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE TEMPERATURA ALTA DEL AIRE CON CORTE DE LA ENERGÍA DEL CALEFACTOR CUANDO LA TEMPERATURA SOBREPASE LOS 39°C, el equipo ofertado se activa al pasar los 40°C.
- Se solicita lo siguiente: PARCHES REFLEJANTES PARA SOSTENER EL SENSOR Y FILTRO DE AIRE, el equipo ofertado no cuenta con parches reflejantes.

La propuesta del licitante Sanabria Corporativo Medico, S.A. de C.V., cumple técnicamente con lo solicitado en las presentes bases de licitación.

**REGLON 9:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.**



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No.500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cahecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Parah No.550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No.3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3104 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Camerera Sattillo No.100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chomitos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 2323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Camerera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx







Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

**SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.**

De la propuesta ofertada por el licitante Juan Pablo Orozco Escobedo, se determina lo siguiente:

- Certificado presentado, se encuentra vencido.

La propuesta del licitante Soluciones Biomédicas AMMED., cumple técnicamente con lo solicitado en las presentes bases de licitación.

**REGLON 10:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.  
JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.  
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.  
BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.

De la propuesta ofertada por el licitante Sanabria Corporativo Médico, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: PANTALLA DE 3.5" TOUCHTIPO LCD O SUPERIOR DE 3", el equipo ofertado no es TOUCHTIPO.

La propuesta técnica presentada por los 3 licitantes restantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 11:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.  
MEDEQ MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLIES, S.A. DE C.V

De la propuesta ofertada por el licitante Medeq Medical Equipment and Supplies, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: MEDIDAS COMO MINIMO LONGITUD 165 CM +- 5%, ANCHO 85 CM +- 5%, el equipo ofertado contiene las medidas de Longitud 220 cm +-1% y de ancho 99 cm +- 1 cm.

La propuesta del licitante Juan Pablo Orozco Escobedo., cumple técnicamente con lo solicitado en las presentes bases de licitación.

**REGLON 12:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.  
JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.  
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.  
INFARIND, S.A. DE C.V.

De la propuesta ofertada por el licitante Juan Pablo Orozco Escobedo, se determina lo siguiente:



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3525  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Canetara Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Canetara Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx







Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

- Se solicita lo siguiente: **ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 37 CM. A 72 CM, el equipo ofertado tiene una altura y descenso ajustable de 39 cm.**

La propuesta técnica presentada por los 3 licitantes restantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 13:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.**

La propuesta técnica presentada por los 2 licitantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 14:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.**

La propuesta técnica presentada por los 2 licitantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 15:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.**

La propuesta técnica presentada por los 2 licitantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 16:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.**

La propuesta técnica presentada por los 2 licitantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 17:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.**  
**BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.**



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38918 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4805, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589


**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Sañililo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.sanz.gob.mx





Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

La propuesta técnica presentada por los 2 licitantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 18:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.

La propuesta técnica presentada por el licitante cumple técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 19:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.  
KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.

La propuesta técnica presentada por los 2 licitantes, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 20:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.  
JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO.  
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.  
INFARIND, S.A. DE C.V.

De la propuesta ofertada por el licitante Infarind, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: **TRENDELENBURG Y TRENDELENBURG INVERSO DE 16° (+/-3°) COMO MINIMO, el equipo ofertado es 12°**
- Se solicita lo siguiente: **ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 610 +15 MM A 910 + 10MM, el equipo ofertado es de un rango 584mm.**
- Se solicita lo siguiente: **COLCHÓN DE POLIURETANO DE 8 CM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD, el ofertado por el licitante es de 7.6 cm.**

De la propuesta ofertada por el licitante Implementos Médicos de Occidente, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: **QUE SOPORTE UN PESO DE 250 KG DE CARGA SEGURA COMO MINIMO, el ofertado por el licitante tiene una capacidad de carga de 240 Kg.**
- Se solicita lo siguiente: **SUPERFICIE DEL PACIENTE: 193 CM (+- 0.5 CM) DE LARGO POR 62 (+- 0.5 CM) CM DE ANCHO, CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): 215 CM DE LARGO X 80 CM DE ANCHO (+/- 3 CM) COMO MINIMO, el ofertado por el licitante es de 191 cm de largo, los barandales ofertados son de 210 x 80 cm.**



Gobierno de  
**Zapopan**

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4900, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo,  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589


CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Cartera Seltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chonitos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Cartera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.J  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

- Se solicita lo siguiente: **ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 610 +15 MM A 910 + 10MM, el equipo ofertado por el licitante es de una altura de 595 cm.**

De la propuesta ofertada por el licitante Juan Pablo Orozco Escobedo, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: **QUE SOPORTE UN PESO DE 250 KG DE CARGA SEGURA COMO MINIMO, el ofertado por el licitante tiene una capacidad de carga de 185 Kg.**

La propuesta técnica presentada por el licitante restante, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

**REGLON 21:**

**LICITANTES PARTICIPANTES:**

**SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.**  
**SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.**

De la propuesta ofertada por el licitante Soluciones Biomédicas AMME, se determina lo siguiente:

- Se solicita lo siguiente: **PROGRAMACIÓN DE AUTO-DESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS 30, 40, 50 Y HASTA 60 SEGUNDOS, el equipo ofertado tiene una programación de AutoDescarga de 30, 60, 90 y 120 segundos.**
- Se solicita lo siguiente: **DESPLIEGUE DE TRAZO DE ECG A SELECCIONAR DE ENTRE 8 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, 2 PRECORDIALES V), la ofertada por el licitante solo es de 1 Precordial.**

La propuesta técnica presentada por el licitante restante, se dictamina que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de la presente licitación.

De lo anteriormente mencionado, se dictamina que no es posible adjudicar los renglones con algún tipo de observaciones, no obstante, esta Dirección dictamina que no existe inconveniente alguno en adjudicar las propuestas que cumplen técnicamente con lo solicitado en las bases de licitación.

**SEXTO.** - Con fundamento en el artículo 82 inciso d del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, DETERMINA ADJUDICAR a los siguientes proveedores:

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REGLON			IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		

Gobierno de  
**Zapopan**

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Señores  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4803, ext. 5955

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589


CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE  
Carretera Sañillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chontillos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx





Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

4	MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO INTERMEDIO CON VISIÓN ESTEREOSCÓPICA, BINOCULAR O TRIDIMENSIONAL. ESTATIVO RODABLE, TUBO BINOCULAR DE AL MENOS 5 AUMENTOS CON ÓPTICA APOCROMÁTICA DE GRAN CAMPO, TUBO BINOCULAR CON AL MENOS 5 AUMENTOS, TUBO BINOCULAR PARA ASISTENTE, PEDAL DE CONTROL PARA MOVIMIENTOS X-Y Y ENFOQUE FINO, FILTRO PROTECTOR DE FOTOTOXICIDAD PARA LA RETINA, PANTALLA Ó PANEL DE CONTROL TÁCTIL INTEGRADA EN EL ESTATIVO, SISTEMA DE VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON PANTALLA DE 21" O MAYOR CON SALIDA DE VIDEO DIGITAL HDMI, BNC, HD-SDI O DVI. PARA CONECTAR UNO O MÁS MONITORES EXTERNOS, SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA INGRESAR DATOS DEL PACIENTE CON CAPACIDAD PARA REALIZAR LA CAPTURA DE IMÁGENES FIJAS Y/O SECUENCIAS DE VIDEO Y QUE PERMITA EXTRAER LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA A ALGÚN MEDIO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO, SISTEMA MODULAR QUE PERMITA ADAPTAR ACCESORIOS NECESARIOS O DESEADOS.	PIEZA	1	ZEISS MOD. LUMERA 700	\$6,667,142.86	\$6,667,142.86
---	--	-------	---	-----------------------	----------------	----------------

SUBTOTAL	\$6,667,142.86
IVA	\$1,066,742.86
TOTAL	\$7,733,885.72



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No.500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabeceza Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Parah No.550  
Col. Villa de los Belones  
C.P. 45157  
Tel: 33 38218 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3635  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 2134 4600, ext. 3753

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quiñero No. 750  
Col. Quinto Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Carretera Satriño No.100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chonillos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8923 y  
33 3624 8334

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 315  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485


**Correo electrónico**

tramoparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	5 REGLONES CANTIDAD	JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	TORNQUETE ELECTRÓNICO DE DOBLE CANAL CON COMPRESOR INTEGRADO QUE NO REQUIERA AIRE COMPRIMIDO EXTERNO, CON BATERÍA RECARGABLE INTEGRAL DE 12V 6.5AH CON DURACIÓN DE 18 HORAS ENTRE CARGAS COMPLETAS, DOS CANALES DE AIRE INDEPENDIENTES QUE OPEREN DE MANERA INDEPENDIENTE O SIMULTÁNEAMENTE CON COLORES DIFERENTES PARA IDENTIFICAR CADA CANAL DESDE LOS BOTONES DE CONTROL HASTA LOS BRAZALETES, MÍNIMO DOS REGULADORES DE PRESIÓN (1 POR CANAL), CON SISTEMA DE AUTODIAGNÓSTICO QUE CALIBRE EL SISTEMA DURANTE SU ARRANQUE INICIAL, SISTEMA DE DETECCIÓN Y COMPENSACIÓN DE FUGAS QUE MANTENGA LA PRESIÓN SELECCIONADA EN EL TORNQUETE, PRESIÓN PROGRAMABLE POR CANAL, DOS VELOCIDADES DE INFLAR Y DESINFLAR CON ESCALA DE PRESIÓN DESDE 0 -600 MMHG, ALARMAS VISUALES Y AUDIBLES QUE INDICAN EL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA, PRESENCIA DE FUGAS Y ESTADO DE CALIBRACIÓN, PANTALLAS POR CANAL OLED QUE PERMITAN VISUALIZAR LAS PRESIONES REALES Y LAS PRESIONES SELECCIONADAS DE UNA DISTANCIA O UN ÁNGULO, INDICADOR TIPO LED DEL NIVEL DE BATERÍA, INDICADOR TIPO LED PARA AVISO DE MANTENIMIENTO, SISTEMA DE TEMPORIZADOR CON ALARMA PROGRAMABLE VISUAL Y AUDIBLE DEL TIEMPO TRANSCURRIDO CON EL TORNQUETE INFLADO, MODO DE ANESTESIA INTRAVENOSA REGIONAL PARA ASEGURAR QUE LOS BRAZALETES NO SE DESINFLAN DE UNA MANERA INCORRECTA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE "BIER'S BLOCK", MANGUERAS DE ACOUPLE Y DESACOUPLE RÁPIDO, CARRITO DE TRANSPORTE INTEGRAL INTEGRADO, RECEPTÁCULO DE ALMACENAJE CON CUATRO GANCHOS PARA COLGAR BRAZALETES, EL EQUIPO DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: BRAZALETE PEDIÁTRICA (305 MM X 60 MM), BRAZALETE PEDIÁTRICA DOBLE (305 MM X 120 MM), BRAZALETE DE BRAZO ADULTO (460 MM X 100 MM), BRAZALETE DE BRAZO ADULTO DELGADO (460 MM X 75 MM), BRAZALETE DE BRAZO ADULTO DOBLE (460 MM X 140 MM), BRAZALETE DE PIERNA PEQUEÑA (610 MM X 100 MM), BRAZALETE DE PIERNA DELGADA (610 MM X 75 MM), BRAZALETE DE PIERNA PEQUEÑA DOBLE (610MM X 150MM), BRAZALETE PIERNA ADULTA (860 MM X 100 MM), BRAZALETE DE PIERNA ADULTA EXTRA GRANDE (1070 MM X 100 MM), BRAZALETE DE PIERNA ADULTA EN FORMA CÓNICO, BRAZALETE DE PIERNA ADULTA EXTRA GRANDE CÓNICO (1070MM X 100 MM), BRAZALETE ADULTO DOBLE (460 MM X 150 MM), BRAZALETE ADULTO GRANDE DOBLE	PIEZA	4	MARCA: ANETIC AID	\$381,414.00	\$1,525,656.00



Salud  
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL  
GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"

	(610 MM X 150 MM), TORNQUETE DIGITAL PEQUEÑO (PAQUETE DE 10 UNIDADES), TORNQUETE DIGITAL MEDIANO (PAQUETE DE 10 UNIDADES), TORNQUETE DIGITAL GRANDE (PAQUETE DE 10 UNIDADES), TORNQUETE DIGITAL EXTRA GRANDE (PAQUETE DE 10 UNIDADES)					
6	AUTOREFRACOMETRO COMPUTARIZADO, EQUIPO AUTORREFRACTOR Y QUERATOMETRO CON PANTALLA SENSIBLE AL TACTO A COLOR, ALINEAMIENTO AUTOMATICO CON BARBIQUEJO DE AJUSTE DE CONTROL MOTORIZADO, MODO SEMI-AUTOMATICO Y AUTOMATICO CON RANGOS DE ESFERA DE -25D A +22D EN PASOS DE 0.01D, 0.12D Y 0.25D, RANGO DEL CILINDRO DE -10D A +10D, CON PASOS DE 0.01D, 0.12D Y 0.25D, RANGO DE EJE DE 0 A 180° EN PASOS DE 1 GRADO, DIANSTANCIA INTERPUPILAR DE 50 A 86MM, DISTANCIA DEL VERTICE DE 0.0A 16 MM., RANGOS DE QUERATOMETRIA DE 30.68D A 67.5D 5.00MM A 11.00MM, MEDICION DE DIAMETRO CORNEAL DE 3MM, MEDICION DE DIAMETRO DE PUPILA DE 2MM, EJE DE 1 A 180° EN PASOS DE 1 GRADO, PANTALLA DE AL MENOS 5.7", INTERFASE RS-232C Y VIDEO, MESA DE ELEVACION ELECTRICA, IMPRESORA TERMICA INTEGRADA CON SISTEMA DE IMPRESION DE REFRACCION OBJETIVA, SUBJETIVA, VISION CERCANA, AGUDEZA VISUAL, BAJO CONTRASTE, QUERATO-METRIA, DISTANCIA AL VERTICE Y DISTANCIA INTERPUPILAR.	PIEZA	1	MARCA: TOMEY	\$494,000.00	\$494,000.00
10	VIDEO LARINGOSCOPIO CON ILUMINACIÓN A TRAVÉS DE LUZ LED, PANTALLA DE 3.5" TOUCHTIPO LCD O SUPERIOR DE 3" CON RESOLUCIÓN DE 640X480 O MAYOR CON POSIBILIDAD DE ROTAR LA PANTALLA DE IZQUIERDA A DERECHA Y DE ATRÁS HACIA EL FRENTE CON UN ANGULO DE VISIÓN MAYOR A 70° COMO MINIMO, BATERIA FABRICADA DE LITIO, RECARGABLE Y CON UNA DURACIÓN DE 2 HORAS COMO MINIMO, CÁMARA CON RESOLUCIÓN DE 1280 X 720 O SUPERIOR, MEMORIA DE 8GB O SUPERIOR, HOJAS DE LARINGOSCOPIO TAMAÑO MILLER 0, MAC 1, MAC 2, MAC 3, MAC 4 E HIPERCURVA FABRICADOS EN ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE GRADO MÉDICO, REUTILIZABLES, RESISTENTES AL AGUA, SISTEMA ANTI EMPAÑAMIENTO.	PIEZA	10	MARCA: ONFOCUS MODELO: LUX-6	\$84,218.00	\$842,180.00
11	CAMA PEDIATRICA HOSPITALARIA ELECTRICACAMA CON CAPACIDAD DE MOVIMIENTOS EN FORMA AUTOMÁTICA PARA PACIENTES DE ALTO RIESGO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS COMO MINIMO LONGITUD 165 CM + 5%, ANCHO 85 CM + 5%, ALTURA VARIABLE DE 40.5 CMS A 76.5 CMS, NIVEL DE RUIDO MENOR A 65 DB, BARANDALES QUE PERMITEN SUBIR Y BAJAR SEGÚN SEA LA NECESIDAD, SISTEMA DE SEGURIDAD QUE BLOQUEA AUTOMÁTICO PARA LA POSICIÓN CUANDO BAJA LA CAMA QUE CUENTE CON SECCIÓN DE CAMA (TUMBADA) PARTE DE ESPALDA ,PARTE DE LA CABEZA, PARTE DEL SOPORTE DE PIE, PARTE DE LA BARRERA DE LA CABEZA, 4 RUEDAS DE 125 MM.COMO MINIMO, PROTECCIÓN CON ABS DEBAJO DEL CHASIS, CONTROL REMOTO DEL PACIENTE, PEDAL DE BLOQUEO TRANSVERSAL DE LAS RUEDAS, PARACHOQUES DE PLÁSTICO, MOTOR PARA MOVIMIENTOS DE 24 V, AJUSTES DE CABEZAL PARA ALTURA.TRENDELEMBURG EN 16°, TRENDELEMBURG INVERSO 16°, ANGULO LATERAL POSTERIOR DE 0-75°, POSICIÓN DE RCP ELECTRÓNICO, PANELES DE CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES FABRICADOS EN ABS, DEBERÁ CONTAR CON SUPERFICIE DE ABS EN DOS SECCIONES.	PIEZA	15	MARCA: MEDIKAL 2000	\$129,150.00	\$1,937,250.00



HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Parque Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0939  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR  
Cruz de Sur No. 3535  
C. P. 45090, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45120  
Tel: 33 2410 7589


CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE  
Carmen Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA  
Carmen Cololón No. 515  
Av. Juan Gil Pieciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4 305 4465

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssnz.gob.mx





Salud  
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPCC-025/2024.  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL  
GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"

15	CUNA TÉRMICA DE CALOR RADIANTE CONTROLADA POR MICROPROCESADOR, SISTEMA DE CALEFACCIÓN A TRAVÉS DE CALEFACTOR CERÁMICO DE 500W CON REJILLA PROTECTORA Y REFLECTOR PARABÓLICO, MODOS DE FUNCIONAMIENTO MANUAL DE 0 A 100%, SERVOCONTROLADO DE 34°C A 38°C Y MODO DE PRECALENTAMIENTO AUTOMÁTICO AL ENCENDER, PANTALLA TOUCH DE LCD O SUPERIOR A COLOR DE 7 PULGADAS O SUPERIOR, MONITOREO DE TEMPERATURA DE INFANTE A TRAVÉS DE SONDA, TEMPERATURA PROGRAMADA Y POTENCIA DEL CALEFACTOR, ALARMAS SONORAS Y VISUALES POR FALLA DE SISTEMA, DE ALIMENTACIÓN, TEMPERATURA DE PIEL ALTA/BAJA, TEMPERATURA DEL AIRE ALTA/BAJA, FALLA EN LA SONDA O SENSOR DE TEMPERATURA, SISTEMA APGAR, SISTEMA DE BLOQUEO PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS, BACINETE CON AJUSTE MANUAL PARA POSICIONES TRENDELEMBURG Y ANTITRENDELEMBURG DE +/- 15°, 4 BARRANDALES ABATIBLES DE ACRÍLICO TRANSPARENTE CON POR LO MENOS 2 PASACABLES, REPISA PARA MONITOR DE 8 PULGADAS O MAYOR, PORTAVENOCULISIS, MÓDULO DE FOTOTERAPIA, MÓDULO DE BASCULA INTERCONSTRUIDA QUE MIDA HASTA 10 KG CON UNA PRECISIÓN DE 1G, LÁMPARA MULTIFUNCIONAL MOVIBLE PARA FACILITAR EL USO DE RAYOS X O PROCEDIMIENTOS EN EL PACIENTE.	PIEZA	8	MARCA: ATMOSCARE MODELO:ADVENTUM	\$216,000.00	\$1,728,000.00
----	---	-------	---	-------------------------------------	--------------	----------------

SUBTOTAL	\$6,527,086.00
IVA	\$1,044,333.76
TOTAL	\$7,571,419.76



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jalisco, México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 1200, ext. 3903 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3131 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTALUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chonchos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 6322 y  
33 3624 6324

CRUZ VERDE NIÑA EVA


Carretera Colón No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4480

Correo electrónico

transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.salud.gob.mx



REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	PAQUETE DE RESECTOSCOPIO PROSTATICO BIPOLAR TELESCOPICO DE ALTA DEFINICION CON LENTES PARA OPTIMIZAR LA TRANSMISION DE LUZ. ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON ANGULO DE VISION DE 30°, DIÁMETRO DE 4MM, LONGITUD DE 282.2 MM, CABLE CONDUCTOR DE FIBRA ÓPTICA CON ADAPTADOR PARA FUENTE Y ENDOSCOPIO, JUEGO DE CAMISAS GIRATORIAS EXTERNA ROTATORIA DE FLUJO CONTINUO DE 26 FR, DOS PUERTOS CON LLAVE DE PASO PARA FLUJO CONTINUO, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CAMISA INTERNA DE 24 FR PARA RESECCIÓN CON AISLAMIENTO CERÁMICO (COMPATIBLE CON CAMISA EXTERNA), OBTURADOR DE PUNTA MÓVIL, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, ELEMENTO DE TRABAJO PASIVO PARA RESECCIÓN, ENUCLEACIÓN Y VAPORIZACIÓN CON PLASMA, COMPATIBLE CON TELESCOPIOS CON ANGULOS DE VISION DE 12° Y 30°, ACCESORIOS EXTRAS GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA EQUIPO CON PANTALLA TÁCTIL, EQUIPO PARA REALIZAR CORTE Y COAGULACIÓN, 2 ENTRADAS MONOPOLARES, 1 ENTRADA BIPOLAR Y ENTRADA UNIVERSAL, POTENCIA MÁXIMA DE CORTE Y COAGULACIÓN EN EL RANGO DE 300 A 400W, AL MENOS 9 MODOS DE CORTE MONOPOLAR, AL MENOS 3 MODOS DE CORTE BIPOLAR, CARRO PORTA EQUIPO RODABLE CON SISTEMA DE FRENOS EN LAS RUEDAS, UN PEDAL PARA CORTE Y COAGULACIÓN, CODIFICADOS POR COLOR (CORTE Y COAGULACIÓN), CONTENEDOR ADECUADO PARA ESTERILIZACIÓN DEL EQUIPO, EVACUADOR TIPO ELLIK REUSABLE, ADAPTADOR VAINA EXTERNA A JERINGA DE EVACUACIÓN ELLIK, CAJA DE 5 PZ CON CABLE DE HF ELECTRODO DE RESECCIÓN DE HF PLASMA LOOP, LAZO, MEDIANO, 24 FR., 12° A 30°, ESG TURIS, CAJA DE 5 PZ CON CABLE DE HF ELECTRODO DE RESECCIÓN DE HF PLASMA BUTTON, BOTÓN, 24 FR., 12° A 30°, ESG TURIS	PIEZA	1	OLYMPUS/RESECTOSCOPIO PLASMA	\$989,560.00	\$989,560.00
3	UNIDAD DE SELLADO DE VASOS, EQUIPO DE ELECTROCIRUGÍA DE ALTA FRECUENCIA CON SALIDA DE ENERGÍA MONOPOLAR, BIPOLAR Y SELLADO DE VASOS CON FUNCIONES DE REGULACIÓN AUTOMÁTICA CONTROLADAS AL MENOS POR 15 PROCESADORES DIGITALES Y QUE REALICE 25 MILLONES DE MEDICIONES POR SEGUNDO, TRES CONECTORES INTERCAMBIABLES Y CONFIGURABLES	PIEZA	1	OLYMPUS/ESG 400+TC 400	\$1,095,410.00	\$1,095,410.00



Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

INDIVIDUALMENTE PARA CONECTAR TRES INSTRUMENTOS, CON AL MENOS SIETE MODOS DE CORTE Y DOCE MODOS DE COAGULACIÓN, CON MODOS DE CORTE Y COAGULACIÓN MONOPOLAR Y BIPOLAR CON POTENCIA DE SALIDA DE AL MENOS 400 VATIOS O WATTS, CON CORTE MONOPOLAR LISO REPRODUCIBLE PARA TEJIDOS POCO CONDUCTIVOS Y CAMBIANTES, POR EJEMPLO, PARA RTU BIPOLAR E HISTEROSCOPIAS. CON POTENCIA MÍNIMA DE SALIDA DE 400 VATIOS O WATTS, CON MODO DE CORTE QUE CONSTA DE FASES ALTERNANTES DE CORTE Y COAGULACIÓN CON TENSIÓN DE PICO MÁX. DE AF DE HASTA 800 V. APLICABLE PARA ASAS DE POLIPECTOMÍA, MODO DE COAGULACIÓN MONOPOLAR CON AJUSTE DINÁMICO DE MODULACIÓN DE HASTA 145 VATIOS. COAGULACIÓN CON ACTIVACIÓN DE DOS INSTRUMENTOS MONOPOLARES SIMULTÁNEAMENTE DE AL MENOS 240 VATIOS, MODO EN CORTE BIPOLAR CORTES EN ESTRUCTURAS QUE CONTIENEN GRASA O CORTES BAJO EL AGUA CON TENSIÓN DE PICO MÁX. DE AF 1100 V Y POTENCIA MÁX. DE SALIDA EN LA RESISTENCIA DE CARGA DE CÁLCULO 400 VATIOS, COAGULACIÓN BIPOLAR ESPECIAL PARA EL SELLADO DE VASOS CON HASTA 7 MM, CON CAPACIDAD DE ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA TRAS UN INTERVALO DE TIEMPO DEFINIDO DE AL MENOS 360 VATIOS. CONECTOR MULTIFUNCIONAL (MF-U) PARA CONECTAR INSTRUMENTOS MONOPOLARES Y BIPOLARES. PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE AL MENOS 10.4 PULGADAS QUE CAMBIE EN FUNCIÓN DE LA TAREA QUE SE ESTÁ REALIZANDO, VIGILANCIA NEONATAL QUE EL MARCO DEL CONECTOR ACTIVADO SE ILUMINE EN EL CASO DE UNA ACTIVACIÓN CON SONIDO, INDICACIÓN DEL PROGRESO DE SELLADO, PROGRAMAS PRE PROGRAMADOS CON HASTA SEIS SUBPROGRAMAS SELECCIONABLES REMOTAMENTE POR PEDAL, SISTEMA DE ALARMA VISUAL QUE SE ACTIVE SI NO EXISTE CONTACTO ADECUADO DEL ELECTRODO CON EL PACIENTE, INTERFAZ DE COMUNICACIÓN WIFI CON PC O TABLET PARA MODIFICAR Y GUARDAR PROGRAMAS, PINZA BIPOLAR REUSABLE MARYLAND PARA SELLADO DE VASOS PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS CON RELIEVE ESTRIADO PRONUNCIADO VÁSTAGO Ø 5 MM, REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE, LONGITUD 340 M, COMPUESTA POR UNA PIEZA PARA PINZA, UN VÁSTAGO Y UN MANGO CON CABLE DE CONEXIÓN 4 M Y CLAVIJA MF-2, PINZA BIPOLAR REUSABLE FENESTRADA PARA SELLADO DE VASOS PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS CON RELIEVE ESTRIADO PRONUNCIADO VÁSTAGO Ø 5 MM, REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE, LONGITUD 340 M, COMPUESTA POR UNA PIEZA PARA PINZA, UN VÁSTAGO Y UN MANGO CON CABLE DE CONEXIÓN 4 M Y CLAVIJA MF-2, PINZA BIPOLAR REUSABLE KELLY PARA SELLADO DE VASOS PARA PROCEDIMIENTOS LAPAROSCÓPICOS CON RELIEVE ESTRIADO PRONUNCIADO VÁSTAGO Ø 5 MM, REVESTIMIENTO ANTIADHERENTE, LONGITUD 340 M, COMPUESTA POR UNA PIEZA PARA PINZA, UN VÁSTAGO Y UN MANGO CON CABLE DE CONEXIÓN 4 M Y CLAVIJA MF-2, PINZA BIPOLAR, REUSABLE, PARA LA SUJECCIÓN, COAGULACIÓN BIPOLAR Y CORTE DE TEJIDOS BIOLÓGICOS EN INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS MÍNIMAMENTE INVASIVAS. INSERTO DE ELECTRODO, VÁSTAGO 5 MM, LONGITUD 350 MM, TUBO AISLADO, MANGO ROTABLE 360° Y CON CABLE DE CONEXIÓN BIPOLAR CONEXIÓN INTERNACIONAL 4 M, ELECTRODO DE GANCHO, REDONDO, Ø 5 MM, VÁSTAGO AISLADO, LONGITUD 320 MM, MANGO CON 2 TECLAS INCLUIDO Y CABLE MONOPOLAR CONEXIÓN INTERNACIONAL 4 M, CARRO DE DIMENSIONES: 615 X 955 X 615 MM (ANCHURA X ALTURA X PROFUNDIDAD); PESO: 26 KG; 3 COMPARTIMENTOS DE ALMACENAMIENTO INTERNO; 4 RUEDAS CONDUCTORAS CON FRENO DE INMOVILIZACIÓN, INTERRUPTOR DE DOS PEDALES CON FUNCIÓN REMODE, AP & IP X8 EQUIPMENT CON CABLE DE CONEXIÓN 5 M, INTERRUPTOR DE PEDAL REMODE, AP & IP X8 EQUIPMENT CON CABLE DE CONEXIÓN 5 M.



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
Rancho Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Callesera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Selenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 2953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Cuarta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Sañillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4306 4465

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324


**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colección No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature that appears to be 'J. G.' and another that looks like 'H. J.'.





Salud  
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPCC-025/2024.  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL  
GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"

8	<p>INCUBADORA DE TRASLADO EXTRAHOSPITALARIO CON MODOS DE OPERACIÓN CON CORRIENTE ALTERNA, CORRIENTE DIRECTA Y BATERÍA, MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, CONTROL DE TEMPERATURA DEL AIRE DE 20°C O MENOR A 37.5° C O MAYOR, RESOLUCIÓN DE 0.1 °C., SISTEMA DE BLOQUEO EN EL PANEL DE CONTROL PARA EVITAR MODIFICACIONES ACCIDENTALES DE LOS PARÁMETROS PREDETERMINADOS, ACTIVADO CON TECLA, BOTÓN O SECUENCIA DE TECLAS, MONITOREO DE PARÁMETROS CON DESPLIEGUE DIGITAL E INDEPENDIENTE DE PARÁMETROS DE TEMPERATURA DEL PACIENTE, TEMPERATURA DEL AIRE, INDICADOR DE LA POTENCIA O ENCENDIDO DEL CALEFACTOR O ENCENDIDO DEL EQUIPO, INDICADORES DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (BATERÍA, CORRIENTE DIRECTA Y CORRIENTE ALTERNA), INDICADOR DE NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA SEGÚN TECNOLOGÍA, ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES DE TEMPERATURA ALTA DEL AIRE CON CORTE DE LA ENERGÍA DEL CALEFACTOR CUANDO LA TEMPERATURA SOBREPASE LOS 39°C, FALLA EN EL FLUJO DE AIRE, FALLA EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA, TEMPERATURA ALTA DEL AIRE, FALLA DEL SENSOR DE TEMPERATURA DEL PACIENTE Y BATERÍA BAJA, GABINETE O CAPACETE CON DOBLE PARED, PUERTA FRONTAL CON AL MENOS DOS PORTILLOS Y PUERTA DE ACCESO CEFÁLICO, COLCHÓN DESLIZABLE O QUE EL CAPACETE PERMITA MANIOBRAS DE REANIMACIÓN E INTUBACIÓN, CUATRO O MÁS ACCESOS PARA TUBOS AL INTERIOR DEL CAPACETE, COLCHÓN CON CUBIERTA LAVABLE E IMPERMEABLE, CARRO RODABLE CON FRENO EN AL MENOS DOS RUEDAS, SOPORTE PARA DOS TANQUES DE OXÍGENO TIPO E O D, POSTE O SOPORTE PARA SOLUCIONES, CORTINA DE AIRE O SISTEMA PARA CIRCULACIÓN DE AIRE QUE DISMINUYA LA PÉRDIDA DE CALOR, DEL ACCESO PRINCIPIO, LÁMPARA DE LUZ DE EXPLORACIÓN O EXAMINACIÓN FIJA NO CHICOTE Y CONTROLADA DESDE EL PANEL DE CONTROL DEL EQUIPO, BATERÍA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS DE 4 HORAS, CONECTOR PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE 12 VCD, UN SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL REUSABLE, SUJETADOR DE PACIENTE DE 5 PUNTOS QUE PERMITA SUJETARLO FIRMEMENTE DURANTE TRASLADOS, TANQUE DE OXÍGENO TIPO E O D, SENSOR DE TEMPERATURA DE PIEL, PARCHES REFLEJANTES PARA SOSTENER EL SENSOR Y FILTRO DE AIRE.</p>	PIEZA	5	DRAGUER /ISOLETTE T1500	\$609,300.00	\$3,046,500.00
---	--	-------	---	-------------------------	--------------	----------------



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ranón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0729  
Cabeecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dt. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3900 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Sañullo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chonitos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Coliollón No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



**Salud  
Zapopan**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL  
GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA DE PROPÓSITO GENERAL PARA HOSPITALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN TEMPRANA DE MÚLTIPLES POSICIONES QUE AYUDE CON LA PRONTA MOVILIZACIÓN DEL PACIENTE QUE SOPORTE UN PESO DE 230 KG COMO MÍNIMO COMO CARGA SEGURA DE TRABAJO. SUPERFICIE DE LA CAMA RÍGIDA DE MATERIAL ACERO DIVIDIDA EN 4 SECCIONES CON HUECOS DE VENTILACIÓN, CONTROLES ELÉCTRICOS INTERCONSTRUIDOS EN AMBOS LADOS DE BARANDALES SECCIÓN CABEZA. LOS DE CONTROL DE ENFERMERA CON SEGURO DE BLOQUEO PARA PACIENTE Y LOS DE CONTROL DE PACIENTE SÓLO CON MOVIMIENTO DE RESPALDO Y RODILLA. BARANDALES DE POLIETILENO CON AMORTIGUADOR ANTI MANIPULACIÓN PARA SEGURIDAD DEL PACIENTE, QUE PERMITA POSICIONES DE FORMA ELÉCTRICA DE TRENDELEBURG DE 12° COMO MÍNIMO TRENDELEBURG INVERSO DE 12° COMO MÍNIMO SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER CON AUTOCONTORNO, QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 70° COMO MÍNIMO, SECCIÓN DE RODILLA QUE CUBRA EL RANGO DE 0 - 25° COMO MÍNIMO, ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 37 CM. A 72 CM. (MEDIDO DE LA PLATAFORMA DE LA CAMA AL PISO, SIN COLCHÓN), COMO MÍNIMO, POSICIÓN DE REANIMACIÓN CARDIO PULMONAR (RCP) (TAMBIÉN DEBE CONTAR CON PALANCA PARA RCP MANUAL), SISTEMA DE BLOQUEO DE LOS MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS A EXCEPCIÓN DEL RCP, INDICADOR LED DE MÍNIMA ALTURA EN AMBOS LADOS DE LA CAMA, INDICADOR DE TRENDELEBURG DE POR LO MENOS -12° A 12° EN AMBOS LADOS DE LA CAMA, INDICADOR DEL ÁNGULO DEL RESPALDO EN AMBOS LADOS DE LA CAMA CON MARCA Y NÚMERO RESULTADO DEL ÁNGULO DE 30° PARA FÁCIL IDENTIFICACIÓN EN CASOS DE NAVM, DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA SUPERFICIE DEL PACIENTE 200CM. DE LARGO X 86 CM. DE ANCHO, DIMENSIONES MÍNIMAS DE LA CAMA +/- 3%: LONGITUD TOTAL 220 CM, ANCHO TOTAL 99 CM, CON POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DEL LARGO DE LA CAMA DE MÍNIMO 10CM, CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES CON SEGUROS, DE MATERIAL PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA A GOLPES Y SOLVENTES, BARANDALES LATERALES CON SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO PARA UNA CAÍDA SUAVE, Y MECANISMO DE BLOQUEO ANTI-MANIPULACIÓN, DOS BARANDALES EN SECCIÓN DE CABEZA Y DOS EN SECCIÓN DE PIES, PROTECTORES O PARACHOQUES GIRATORIOS EN LAS CUATRO ESQUINAS, COLCHÓN DE POLIURETANO DE 15 CM DE ESPESOR, DE LA MISMA MARCA QUE LA CAMA, CON DISEÑO PARA REDUCCIÓN DE PRESIÓN, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, Y RETARDANTE AL FUEGO, CAPACIDAD DE COLOCAR EL POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS 4 ESQUINAS, BARRA DE ASISTENCIA DESMONTABLE QUE SE PUEDA COLOCAR EN AMBOS LADOS DE LA CAMA, GANCHOS PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMA, PEDAL DE OPERACIÓN DE LAS RUEDAS EN LAS 2 ESQUINAS AL PIE DE LA CAMA CON SISTEMA DE FRENO CENTRALIZADO, RUEDAS LIBRES Y DIRECCIONAMIENTO, RUEDAS DE 15 CM DE DIAMETRO 2 ANTIESTÁTICAS O CONDUCTIVAS COMO MÍNIMO, BATERÍA DE SEGURIDAD EN CASO DE FALLA ELÉCTRICA PARA TODOS LOS MOVIMIENTOS, POSTE DE AYUDA PARA MOVILIDAD DEL PACIENTE Y POSTE PORTA SUEROS.

12


PIEZA

40

PARAMOUNT BED/A5

\$78,480.00

\$3,139,200.00



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 46180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Canstern Satélite No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4465

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 6323 y  
33 3624 6324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4465

**Correo electrónico**


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and marks on the right side of the page, including a large signature and several initials.



Salud  
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL  
GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"

CISTOSCOPIO DE ALTA DEFINICIÓN CON LENTES PARA OPTIMIZAR LA TRANSMISIÓN DE LUZ CON ÁNGULO DE VISIÓN DE 30°. DIÁMETRO DE 4MM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE. GUÍA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA Y ADAPTADOR MULTIMARCA, LONGITUD DE TRABAJO DE 282.2 MM, CAMISA DE PROTECCIÓN DE CISTOSCOPIO, CON PICO, CON DIÁMETRO EXTERNO DE 17 FR. CON OBTURADOR ESTÁNDAR, 2 CONECTORES DE IRRIGACIÓN Y LLAVES DE PASO, CAMISA DE CISTOSCOPIA TERAPÉUTICA, 21FR. INCLUYE OBTURADOR ESTÁNDAR, CON 2 CONECTORES DE IRRIGACIÓN Y LLAVES DE PASO, PUENTE DE DOBLE CANAL PARA URETEROCISTOSCOPIO, COMPATIBLE CON EL DIÁMETRO DE LAS CAMISAS OFERTADAS, CANALES DE TRABAJO DE 5 Y 6 FR CON LA CAMISA PARA CISTOSCOPIA DIAGNÓSTICA DE 17 FR, CANALES DE TRABAJO DE 6 Y 7 FR CON LA CAMISA PARA CISTOSCOPIA TERAPÉUTICA DE 21 FR, CANALES DE TRABAJO DE 8 Y 8 FR CON LA CAMISA PARA CISTOSCOPIA TERAPÉUTICA DE 22.5 FR. PINZA DE AGARRE PARA CISTOSCOPIOS RÍGIDOS 7 FR Y LONGITUD MÍNIMA DE 330MM. MANDÍBULA DE COCODRILO, PINZA FLEXIBLE PARA TOMA DE BIOPSIA DE 7 FR Y LONGITUD MÍNIMA DE 330 MM. ELECTRODO DE BOTÓN DE 5 FR FLEXIBLE DE 400 MM, CABLE DE ELECTRODO, TELESCOPIO DE ALTA DEFINICIÓN CON LENTES QUE OPTIMICEN LA TRANSMISIÓN DE LUZ, ÁNGULO DE VISIÓN DE 70° CON GRAN ANGULAR, DIÁMETRO DE 4MM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, GUÍA DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA Y ADAPTADOR MULTIMARCA, LONGITUD DE TRABAJO DE 282.2 MM, CON CAMISA DE PROTECCIÓN, INSERIADOR DE TRABAJO, ALBARRAN, CON DOBLE CANAL DE TRABAJO, TORRE DE VISIÓN, CABEZAL DE CÁMARA, ADQUISICIÓN DIGITAL DE IMAGEN CON 3 CHIPS DE ALTA DEFINICIÓN ESTERILIZABLE EN VAPOR (AUTOCLAVABLE) Y SUMERGIBLE EN SOLUCIONES, MÍNIMO TRES BOTONES PROGRAMABLES PARA FUNCIONES DE BALANCE DE BLANCOS, TOMA DE IMÁGENES FIJAS, INICIO Y DETENCIÓN DE VIDEO, CONTROL DE BRILLO O GANANCIA, ZOOM ÓPTICO Y AJUSTE DE ENFOQUE CON BOTÓN EN EL CABEZAL DE CÁMARA, PROCESADOR DE VIDEO CON FUENTE DE LUZ INTEGRADA, PANTALLA TÁCTIL CON MÍNIMO 2 SALIDAS DIGITALES EN ALTA DEFINICIÓN EN FORMATO DVI Y SDI, FUENTE DE LUZ BLANCA DE TECNOLOGÍA LED DISEÑADA PARA LAPAROSCOPIA VIDA MEDIA DE 10,000 HORAS MÍNIMO, CONTROL DE INTENSIDAD DE LUZ DE FORMA MANUAL Y AUTOMÁTICA ENTRADA UNIVERSAL O ADAPTADOR DE REVOLVER, SISTEMA DE VIDEOGRABACIÓN EN ALTA DEFINICIÓN, GRABACIÓN SIMULTÁNEA DE VIDEO HD EN SOPORTE DE GRABACIÓN INTERNO Y EXTERNO, QUE INCLUYA INTERFACES PARA HDMI, DVI, UNIDAD DE DISCO DURO INTERNO DE 500 GB, RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN 1280 x 720/59.94P, 1280 x 720/50P, 720 x 480/59.94P, 720 x 576/50I, MONITOR DE GRADO MÉDICO CON PANTALLA LCD DE MAYOR O IGUAL A 31", RESOLUCIÓN 4K DE ULTRA ALTA DEFINICIÓN, CARRO PORTA EQUIPO CON CUATRO RUEDAS GIRATORIAS Y SISTEMA DE FRENADO EN AL MENOS DOS RUEDAS, 3 ENTREPANOS COMO MÍNIMO, REGULADOR O TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO INCORPORADO DE AL MENOS 6 SALIDAS, BASE GIRATORIA O BRAZO SOPORTE PARA MONITOR DE VIDEO, ESTUCHE O BANDEJA PARA GUARDA Y ESTERILIZACIÓN, PINZAS DE TRABAJO FLEXIBLES, GUÍA DE LUZ.

13

PIEZA

1

OLYMPUS/VISERA ELITE II

\$2,315,470.00

\$2,315,470.00



Gobierno de  
Zapopan

HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38318 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7569

CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8334

CRUZ VERDE NIÑA EVA

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.gob.mx



Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature and several smaller initials.



Salud  
Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL  
GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"



Gobierno de  
**Zapopan**  
HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN  
Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Betanes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589


**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
Página web:  
www.ssmz.gob.mx

20	<p>CÁMILLA DE RECUPERACIÓN Y TRASLADO CON TRENDELEBURG Y TRENDELEBURG INVERSO DE 16° (+/- 3°) COMO MÍNIMO, COLCHÓN DE POLIURETANO DE 8 CM DE ESPESOR DE ALTA DENSIDAD, ANHÉSTICO, RECUBRIMIENTO DE MATERIAL LAVABLE, REPELENTE A LÍQUIDOS, RETARDANTE AL FUEGO, QUE SOPORTE UN PESO DE 250 KG DE CARGA SEGURA COMO MÍNIMO, SECCIÓN DE ESPALDA O FOWLER QUE CUBRA EL RANGO DE 0 A 90° (+ 5°) COMO MÍNIMO, DIMENSIONES (+/- 5%), SUPERFICIE DEL PACIENTE: 193 CM (+/- 0.5 CM) DE LARGO POR 62 (+/- 0.5 CM) CM DE ANCHO, CAMILLA (CON BARANDALES ARRIBA): 215 CM DE LARGO X 80 CM DE ANCHO (+/- 3 CM) COMO MÍNIMO, ALTURA Y DESCENSO AJUSTABLE QUE CUBRA EL RANGO DE 610 +15 MM A 910 + 10MM (+/- 5 CM) COMO MÍNIMO MEDIDO SIN COLCHON DE LA SUPERFICIE DE LA CAMILLA AL PISO, SUPERFICIE DE LA CAMILLA RÍGIDA TOTALMENTE RADIO TRANSPARENTE CON CAPACIDAD DE COLOCAR EL CASSETT DE FORMA RÁPIDA Y FÁCIL PARA CUALQUIER PARTE DEL CUERPO, BARANDALES LATERALES PLEGABLES O ABATIBLES, PARACHOQUES PERIMETRAL DE LA CAMILLA Y/O EN CADA ESQUINA, BASE O COMPARTIMIENTO INTEGRADO EN LA PARTE INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE TANQUES DE OXÍGENO Y PERTENENCIAS DEL PACIENTE, RUEDAS ANTIESTÁTICAS DE 20 CM. DE DIAMETRO COMO MÍNIMO, CAPACIDAD DE COLOCAR POSTE PORTA SOLUCIONES EN LAS CUATRO ESQUINAS, CUATRO RUEDAS CON FRENO CENTRALIZADO EN PIECERA Y CABECERA, CON SISTEMA DE DIRECCIONAMIENTO PARA FACILITAR LA CONDUCCIÓN DE LA CAMILLA A TRAVÉS DE QUINTA RUEDA, DOS CINTURONES DE SUJECCIÓN PARA EL PACIENTE COMO MÍNIMO, GANCHOS O SOPORTES PARA BOLSAS DE SOLUCIONES EN AMBOS LADOS DE LA CAMILLA, POSTE DE ALTURA VARIABLE O TELESCÓPICO.</p>	PIEZA	25	STRYKER/ST1-X	\$128,850.00	\$3,221,250.00
21	<p>CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS DE PLÁSTICO O POLÍMERO DE ALTO IMPACTO EQUIPADO PARA REANIMACIÓN CON UNIDAD RODABLE DE SOPORTE DE VIDA, CONCENTRADO DE EQUIPO, MATERIAL Y MEDICAMENTOS PARA MANIOBRAS DE REANIMACIÓN CARDIOVASCULAR CON DESFIBRILADOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO, LONGITUD MÍNIMA ENTRE 75 CM. Y 90 CM. ANCHO ENTRE 55 CM. Y 65 CM. ALTURA ENTRE 80 CM. COMO MÍNIMO, MANUBRIO PARA SU CONDUCCIÓN, CUATRO RUEDAS ANHÉSTICAS, GIRATORIAS, DE CALIDAD HOSPITALARIA, CON SISTEMA DE FRENADO, SUPERFICIE PARA LA PREPARACIÓN DE SOLUCIONES, SUPERFICIE PARA COLOCAR EL DESHBRILADOR-MONITOR CON CAPACIDAD DE GIRO, 4 COMPARTIMENTOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE MATERIAL COMO MÍNIMO, MECANISMO PARA FIJAR LA POSICIÓN, DISPOSITIVO PARA SUJECCIÓN DEL DESFIBRILADOR, CERRADURA GENERAL PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS, POSTE PORTAVENOCCLISIS DE ALTURA AJUSTABLE E INTEGRADO, REANIMADOR PULMONAR REUSABLE CON BOLSA DE SILICÓN, VÁLVULA DE NO REINHALACIÓN, BOLSAS TAMAÑO ADULTO, PEDIÁTRICO Y NEONATAL, EQUIPO DE INTUBACIÓN OROTRAQUEAL, MANGO DE LARINGOSCOPIO CON BATERÍA RECARGABLE, CARGADOR PARA MANGO DE LARINGOSCOPIO, HOJAS DE LARINGOSCOPIO ESTERILIZABLES, HOJAS RECTAS O MILLER DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO NÚMERO 00, 0, 1, 2, 3 Y 4, HOJAS CURVAS DE LA MISMA MARCA QUE EL MANGO NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4, ESTUCHE PARA GUARDA DE MANGOS Y HOJAS, SISTEMA DE SUJECCIÓN AL CARRO PARA TANQUE DE OXÍGENO TIPO E, DESFIBRILADOR MONITOR DE ONDA BIFÁSICA CON MARCAPASOS Y MONITOREO MULTIPARAMÉTRICO, DESFIBRILADOR: CON COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE IMPEDANCIA, PARA DESFIBRILACIÓN MANUAL Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CARDIOVERSIÓN Y MONITOREO CONTINUO INTEGRADO, SELECTOR DE NIVEL DE ENERGÍA PARA DESCARGA BIFÁSICA HASTA 270J, CAPACIDAD DE AUTO-DESCARGA CUANDO NO SE UTILICE EN UN PLAZO</p>		5	NIHON KODHEN	\$310,420.00	\$1,552,100.00



**Salud  
Zapopan**

**FALLO DE ADJUDICACIÓN  
LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.  
"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL  
GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

MÁXIMO DE 40 SEGUNDOS, PROGRAMACIÓN DE AUTO-DESCARGA A DIFERENTES TIEMPOS 30, 40, 50 Y HASTA 60 SEGUNDOS, SISTEMA PARA PROBAR ENERGÍA DE DESCARGA DESDE 2J HASTA 270J, TIEMPO DE CARGA DE 4 SEGUNDOS O MENOR PARA CARGA ESTÁNDAR DE 200J, TIEMPO DE CARGA DE 5 SEGUNDOS O MENOR PARA MÁXIMA ENERGÍA DE 270J, SELECTOR DE MODO: CARDIOVERSIÓN, DESFIBRILACIÓN, MARCAPASOS Y MODO SEMIAUTOMÁTICO (MODO DEA), CAPACIDAD DE DESFIBRILACIÓN INTERNA (CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO) DE 2J HASTA 50J Y EXTERNA DE 2J HASTA 270J, DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN, CABLE PARA USO DE PARCHES DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS, INDICADOR DE IMPEDANCIA EN PALAS, PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA ENTRE EL EQUIPO Y LA SUPERFICIE DE CONTACTO, REGISTRO DE AL MENOS 22 SEGUNDOS DE LAS ONDAS DE ECG CON ALMACENAMIENTO DE TENDENCIAS DE HASTA 24 HORAS Y MEMORIA INTERNA DE HASTA 2000 SEGUNDOS DE TODOS LOS INFORMES DE ONDA, CAPACIDAD DE CAMBIAR A PANTALLA DE ALTO CONTRASTE (PANTALLA MONOCROMÁTICA), CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE DATOS POR 24 HORAS DE TENDENCIAS Y HASTA 1000 REGISTROS DE EVENTOS, MARCAPASOS TRANSCUTÁNEO POR MEDIO DE CABLE PARA PARCHES DE DESFIBRILACIÓN, INTERCONSTRUIDO CON ELECTRODOS DE ESTIMULACIÓN AUTOADHERIBLES, AMPLITUD DE PULSO SELECCIONABLE EN RANGO DE 0 MA O MENOR A 200 MA O MAYOR, DURACIÓN DE PULSO DE 40 MILESEGUNDOS O MENOR, FRECUENCIA DE MARCAPASOS AJUSTABLE EN EL RANGO DE 30 PULSOS POR MINUTO O MENOR A 180 PULSOS POR MINUTO O MAYOR, ACTIVACIÓN POR MODOS FLUO (O ASINCRÓNICO) Y A DEMANDA (O SINCRÓNICO), DESPLIEGUE DE PARÁMETROS EN PANTALLA, MODO DEA, NIVEL DE ENERGÍA PARA PACIENTES ADULTOS DESDE 50 A 270, NIVEL DE ENERGÍA PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS DESDE 50 A 100J, CANTIDAD DE DESCARGAS DESDE 1, 2, 3 Y CONFIGURABLE, FUNCIÓN DE METRÓNOMO EN CPR, CAPACIDAD DE GRABACIÓN DE SONIDO DE 24 HORAS EN ALMACENAMIENTO DE GRABACIÓN, MONITOR PANTALLA LCD A COLOR O TECNOLOGÍA SUPERIOR DE 6,5 PULGADAS COMO MÍNIMO, DESPLIEGUES EN PANTALLA Y PANEL DE CONTROL EN IDIOMA ESPAÑOL, DESPLIEGUE DE 3 ONDAS DE MANERA SIMULTÁNEA EN PANTALLA, ECG, DESPLIEGUE NUMÉRICO Y DE ONDA DE FRECUENCIA CARDIACA, DESPLIEGUE DE TRAZO DE ECG A SELECCIONAR DE ENTRE 8 DERIVACIONES: (DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, 2 PRECORDIALES V), DETECCIÓN DEL TRAZO DE ECG POR MEDIO DE LAS PALAS DE DESFIBRILACIÓN, RESPIRACIÓN POR MEDIO DE IMPEDANCIA TORÁCICA, FRECUENCIA RESPIRATORIA CON RANGO DE 3 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO, ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, PALAS PARA EXCITACIÓN EXTERNA, CONVERTIBLES ADULTO/PEDIÁTRICAS QUE DETECIEN ACTIVIDAD ELECTROCARDIOGRÁFICA CON DESCARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL BOTÓN DE CARGA DESDE LAS PALAS Y DESDE EL PANEL DE CONTROL CON POSIBILIDAD DE USO DE ELECTRODOS O ALMOHADILLAS PARA DESFIBRILACIÓN, ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES CATEGORÍAS TÉCNICAS Y FISIOLÓGICAS SELECCIONABLES POR EL USUARIO, PARA ALTERACIONES DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS FRECUENCIA CARDIACA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, DESCONEXIÓN DEL PACIENTE, NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA, TIEMPO DE ALARMA DE APNEA 5 S, 10 S, 15 S, 20 S, 25 S, 30 S, 40 S, SISTEMA DE REGISTRO IMPRESIÓN INTEGRADA CON CAPACIDAD DE IMPRIMIR TRAZO DE ECG E INFORMACIÓN RELATIVA AL EVENTO REGISTRADO, MODO DE OPERACIÓN MANUAL Y/O AUTOMÁTICO SELECCIONABLE POR EL USUARIO, IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE EVENTOS DE CARGA, CHOQUE, INFORME DE PRUEBAS Y ALARMAS DE PARÁMETROS; DOS CANALES COMO MÍNIMO, BATERÍA RECARGABLE E INTEGRADA, CARGA DE LA BATERÍA MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUENTRA CONECTADO A LA CORRIENTE ALTERNA



**Gobierno de  
Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL  
DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 36818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3635  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA  
DE GUADALUPE**

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**


transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx



*[Handwritten signatures and marks in the right margin]*



Salud  
Zapopan.

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

QUE PERMITA DAR AL MENOS 100 DESFIBRILACIONES A CARGA MÁXIMA Ó 3 HORAS DE MONITOREO CONTINUO COMO MÍNIMO, TIEMPO DE CARGA MÁXIMO DE 3 HORAS O MENOR, CAPACIDAD A FUTURO DE CONEXIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO PARA LA MEDICIÓN DE LA PROFUNDIDAD EN COMPRESIONES DEL RCP, CAPACIDAD A FUTURO DEL DESPLIEGUE EN PANTALLA DE VALORES DE COMPRESIÓN DE RCP, CAPACIDAD A FUTURO DE ALGÚN PROGRAMA PARA GESTIÓN DE DATOS QUE PERMITA A LOS MÉDICOS REVISAR LOS DATOS DEL PACIENTE, ASA SUPERIOR PARA TRANSPORTE DEL EQUIPO CABLE PARA USO DE ELECTRODOS DE DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS COMPATIBLE CON EL EQUIPO, COMPATIBLE CON EL EQUIPO, CABLE PARA PACIENTE DE 5 PUNTAS COMO MÍNIMO, ELECTRODOS PARA MONITOREO DE ECG (100 PIEZAS) ELECTRODOS AUTO ADHERIBLES TRANSCUTÁNEOS PARA DESFIBRILACIÓN Y/O MARCAPASOS ADULTO - PEDIÁTRICO, AL MENOS 1 PIEZA (REFERIR MARCA Y MODELO), PASTA CONDUCTORA AL MENOS DOS TUBOS PARA ELECTROCARD, PAPEL PARA IMPRESIÓN AL MENOS DOS ROLLOS PARA ELECTROCARDIOGRAMA					
--	--	--	--	--	--

SUBTOTAL	\$15,359,490.00
IVA	\$2,457,518.40
TOTAL	\$17,817,008.40



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dt. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belones  
C.P. 45167  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Carretera Satélite No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chontitos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485


**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

RENGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	4 RENGLONES CANTIDAD	BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V. MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	HUMIDIFICADOR RESPIRATORIO SERVO CONTROLADO CON SELECCIÓN DE MODO INVASIVO Y NO INVASIVO, CON RANGO DE TEMPERATURA CONTROLADO DE: 35.5 A 42°C EN MODO INVASIVO, 31 A 36°C EN MODO INVASIVO, ALARMAS SONORAS Y VISUALES POR ALTA Y BAJA TEMPERATURA O HUMEDAD, BOTÓN DE SILENCIADOR, INDICADOR DE PROBLEMA, CONECTORES CODIFICADOR POR COLOR PARA CABLE CALEFACTOR Y PARA SENSOR DE TEMPERATURA, PANTALLA LED QUE MUESTRE LA TEMPERATURA MEDIDA, RANGO DE FLUJO DE 0 A 60 L/MIN EN MODO INVASIVO, 0 A 120 L/MIN EN MODO NO INVASIVO, DIMENSIONES 140MM X 173MM X 135MM COMO MÍNIMO, CON PESO MÁXIMO DE 2.8KG.	PIEZA	20	FISHER AND PAYKEL MR850	\$57,765.15	\$1,155,303.00
16	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL CON PIERNERAS, CUBIERTA TAPIZADA SIN COSTURAS, DESMONTABLE, UNA SOLA PIEZA, TRES CAJONES LATERALES DE UNA SOLA PIEZA, PELDAÑO PARA PACIENTE QUE SOPORTE UN PESO DE 225 KG COMO MÍNIMO, MEDIDAS COMO MÍNIMO DE 75 CM X 140 CM X 80 CM +/- 5 CM, CON REPOSAPIES PARA EXTERNER LA LONGITUD HASTA 190 CM, SECCIÓN DE PIE AGRANDADA PARA UN ACCESO MÁS SEGURO, PORTARROLLOS DE PAPEL Y RECEPTÁCULO ELÉCTRICO DUPLEX.	PIEZA	15	RITTER MIDMARK 204	\$80,516.20	\$1,207,743.00
17	MESA DE EXPLORACION UNIVERSAL SIN PIERNERAS, CUBIERTA TAPIZADA SIN COSTURAS, DESMONTABLE, UNA SOLA PIEZA, TRES CAJONES LATERALES DE UNA SOLA PIEZA, PELDAÑO PARA PACIENTE QUE SOPORTE UN PESO DE 225 KG COMO MÍNIMO, MEDIDAS COMO MÍNIMO DE 75 CM X 140 CM X 80 CM +/- 5 CM, CON REPOSAPIES PARA EXTERNER LA LONGITUD HASTA 190 CM, SECCIÓN DE PIE AGRANDADA PARA UN ACCESO MÁS SEGURO, PORTARROLLOS DE PAPEL Y RECEPTÁCULO ELÉCTRICO DUPLEX.	PIEZA	31	RITTER MIDMARK 204	\$60,224.80	\$1,866,968.80
18	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA ELECTRICA PARA USO ESPECIALIZADO EN GINECOLOGÍA Y UROLOGÍA, LIBRE DE COSTURAS Y DE LATEX, RESISTENTE AL FUEGO Y CON BASE CUBIERTA CON ABS, 5 PATAS DEBAJO DE LA BASE, GRADO DE PROTECCIÓN IP54 O SUPERIOR, QUE SOPORTE UN PESO DE 200 KG O SUPERIOR MOVIMIENTOS REALIZADOS A TRAVÉS DE 3 MOTORES INDEPENDIENTES, ALTURA, RESPALDO Y TRENDELEMBURG, ALTURA QUE CUBRA COMO MÍNIMO EL RANGO DE 50 A 100 CM +/- 2 CM, TRENDELEMBURG DE 0° A 36° COMO MÍNIMO, RESPALDO DE 0 A 75° COMO MÍNIMO, ROTACIÓN DE 90° EN AMBOS SENTIDOS COMO MÍNIMO, COLCHÓN, MEDIDAS SIN REPOSAPIÉS: 130 CM X 60 CM X 10 CM +/- 2 CM, CHAROLA	PIEZA	1	LEMI GYNO PLUS	\$209,952.00	\$209,952.00



Salud Zapopan

FALLO DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024. "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"

DE ACERO INOXIDABLE, PORTARROLLOS, PAR DE APOYO PARA LAS PIERNAS, GUÍAS SOBRE LOS ASIENTOS Y MANIJAS.						
					SUBTOTAL	\$4,439,966.80
					IVA	\$710,394.69
					TOTAL	\$5,150,361.49

  
**Gobierno de Zapopan**  
**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
 Ramón Corona No. 500  
 Col. Centro, C.P. 45100  
 Tel: 33 3633 0929  
 Cabecera Municipal Zapopan, Jal. México

RENGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	2 RENGLONES CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE BAJA POTENCIA CON PLATAFORMA DE ENERGÍA PARA APLICACIONES QUIRÚRGICAS MONOPOLARES, BIPOLARES Y PARA SELLADO VASCULAR CON PANTALLA LCD TOUCH DE 7 A 10 PULGADAS PARA AJUSTES DE PARÁMETROS COMO MÍNIMO, DIMENSIONES: 35 CM X 45 CM X 15 CM. TOLERANCIA DE +/- 2 CM COMO MÍNIMO, PESO DE 10 KG +/- 1 KG, LECTURA DE LA IMPEDANCIA DEL TEJIDO EN TIEMPO REAL DE 420KHZ +/- 10 KHZ, RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE TIPO DE INSTRUMENTO UTILIZADO A LA HORA DE CONECTARSE AL EQUIPO, SELLADO DE VASOS EN MÁXIMO 4 SEGUNDOS, COMPENSACIÓN DE CABLE BIPOLAR, ALARMAS Y/O ALERTAS POR PROBLEMAS TÉCNICOS Y DE USUARIO, SONIDO DE ACTIVACIÓN PARA CORTE, COAGULACIÓN, BIPOLAR Y SELLADO VASCULAR, AJUSTE DE VOLUMEN DE SONIDOS DE ACTIVACIÓN, SISTEMA DE ENFRÍAMIENTO A TRAVÉS DE VENTILADOR, MEMORIA INTERNA DE 4 GB O SUPERIOR.	PIEZA	4	OBS	\$389,500.00	\$1,558,000.00
19	DETECTOR DE VENAS INFRARROJO PORTÁTIL CON ALTA ABSORCIÓN A LA LUZ INFRARROJA A TRAVÉS DE DETECTOR CCD, POTENCIA 8VA COMO MÍNIMO, RADIACIÓN INFRARROJO -0.06MW/M2 COMO MÍNIMO, PRECISIÓN 0.5MM COMO MÍNIMO, BRILLO 4 NIVELES AJUSTABLES COMO MÍNIMO, PROFUNDIDAD DE DETECCIÓN 0-2MM, 2-4MM, -4MM COMO MÍNIMO, TIEMPO DE ESPERA DE BATERÍA 2.5H COMO MÍNIMO, TIEMPO DE CARGA DE BATERÍA 4.0H MÁXIMO	PIEZA	10	SI	\$113,500.00	\$1,135,000.00
					SUBTOTAL	\$2,693,000.00
					IVA	\$430,880.00
					TOTAL	\$3,123,880.00

**CRUZ VERDE NORTE**  
 Dr. Luis Farah No. 550  
 Col. Villa de los Belenes  
 C.P. 45157  
 Tel: 33 38818 2200, ext. 3906 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
 Cruz de Sur No. 3535  
 C.P. 45080, Col. Las Águilas  
 Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
 Luis Quintero No. 750  
 Col. Quinta Federalismo  
 C.P. 45180  
 Tel: 33 2410 7589


**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
 Carretera Saltillo No. 100  
 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
 Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
 Av. de la Presa No. 795  
 Col. Santa María de los Chorritos  
 C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y 33 3624 8324


**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
 Carretera Colotlán No. 515  
 Av. Juan Gil Preciado y C.1  
 C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
 Tel: 33 4305 4485

Correo electrónico: [transparencia.salud@zapopan.gob.mx](mailto:transparencia.salud@zapopan.gob.mx)  
 Página web: [www.ssmz.gob.mx](http://www.ssmz.gob.mx)

RENGLON	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	1 RENGLO CANTIDAD	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	MONITOR DE SIGNOS VITALES PRECONFIGURADO CON PANTALLA MÍNIMO DE 12 PULGADAS CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO, SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. PANTALLA SENSIBLE AL TACTO, A COLOR TECNOLOGÍA LCD-TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR, DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA DE 10 DE MANERA SIMULTÁNEA, MONITOREO DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS ECG, DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 5 DERIVACIONES O MÁS, FUNCIÓN DE DESPLIEGUE DE 7 CURVAS DE ECG DE MANERA SIMULTÁNEA, ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST EN TODAS LAS DERIVACIONES MONITORIZADAS, MONITORIZACIÓN DEL INTERVALO QT/QTc, DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA CARDÍACA, DETECCIÓN DE 24 ARRITMIAS: TAQUICARDIA VENTRICULAR, ASISTOLIA, FIBRILACIÓN VENTRICULAR, FIBRILACIÓN AURICULAR, PAUSA, TAQUICARDIA VENTRICULAR NO SOSTENIDA, BIGEMINISMO Y TRIGEMINISMO, PROYECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR, DETECCIÓN DE MARCAPASOS, CURVA DE PLEISMOGRAFÍA, DESPLIEGUE NUMÉRICO DE SATURACIÓN DE OXÍGENO, FRECUENCIA DE PULSO, ÍNDICE DE PERFUSIÓN, INDICADOR GRÁFICO DE LA CALIDAD DE SEÑAL, CURVA DE RESPIRACIÓN, DESPLIEGUE NUMÉRICO DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA, TEMPERATURA EN DOS CANALES, DESPLIEGUE NUMÉRICO DE DOS TEMPERATURAS, MEDICIÓN Y DESPLIEGUE DE LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA, PRESIÓN NO INVASIVA, DESPLIEGUE NUMÉRICO DE	PIEZA	35	MINDRAY EPM 12C	\$99,500.00	\$3,482,500.00







Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

LA PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA), TOMAS DE PRESIÓN NO INVASIVA: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO, MODO VENOPUNCIÓN, PRESIÓN INVASIVA EN DOS CANALES, CON ETIQUETADO DEL SITIO DE MEDICIÓN PARA CADA CANAL DE PRESIÓN INVASIVA: PRESIÓN DE LA ARTERIA PULMONAR, PRESIÓN VENOSA CENTRAL, O PRESIÓN AÓRTICA PRAI PRESIÓN DE LA AURÍCULA IZQUIERDA, UAP PRESIÓN ARTERIAL UMBILICAL PAD PRESIÓN DE LA AURÍCULA DERECHA, BAP PRESIÓN DE LA ARTERIA BRAQUIAL PIC PRESIÓN INTRACRANEAL, FAP PRESIÓN DE LA ARTERIA FEMORAL UVP PRESIÓN VENOSA UMBILICAL, ART PRESIÓN SANGUÍNEA ARTERIAL LV PRESIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO, 2 ETIQUETAS DE PRESIÓN NO ESPECÍFICA, CAPNÓGRAFÍA POR MEDIO DE SIDESTREAM, DESPLIEGUE DE CURVA Y VALOR NUMÉRICO DE CO2 EXHALADO, DESPLIEGUE NUMÉRICO DE FRECUENCIA RESPIRATORIA, ALMACENAMIENTO DE DATOS, TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 120 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO, 1000 EVENTOS INCLUIDO PARÁMETROS DE ALARMA, DE ARRITMIAS, EVENTOS TÉCNICOS, 48 HORAS DE FULL DISCLOSURE O DIVULGACIÓN COMPLETA, QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO, BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS 2 HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO, INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA, ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE PARÁMETROS SATURACIÓN DE OXÍGENO; FRECUENCIA CARDÍACA, PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA), TEMPERATURA, FRECUENCIA RESPIRATORIA, PRESIÓN INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA) Y CO2, ALARMA DE APNEA, ALARMA DE ARRITMIAS, ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDICUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR, CON SILENCIADOR DE ALARMAS, INTERFAZ, MENÚ Y MENSAJES EN ESPAÑOL, DISEÑO QUE PERMITA AL EQUIPO SER USADO COMO MONITOR DE TRANSPORTE Y MONITOR DE CABECERA, FUNCIÓN O PERFIL DE CÁLCULOS DE VENTILACIÓN, DE OXIGENACIÓN, RENALES, HEMODINÁMICOS Y FÁRMACOS, CON GUÍA INTEGRADA DE PUNTUACIONES DE ADVERTENCIA TEMPRANA (EWS), PROTOCOLO NEWS Y MEWS, PUNTUACIÓN TOTAL Y PUNTUACIÓN DE PARÁMETROS INDIVIDUALES, PUNTUACIÓN TOTAL, REPRESENTACIÓN GRÁFICA EN COLOR DONDE INDIQUE EL NIVEL DE RIESGO, DESPLIEGUE DE RESPUESTA CLÍNICA RECOMENDADA, TENDENCIAS TABULARES Y TENDENCIAS GRÁFICAS, CON CAPACIDAD DE CONECTARSE A RED DE MONITOREO CON OPCIÓN A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO Y FUERA DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO, CON OPCIÓN A FUTURO DE INTERFAZ CON EL SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE PROTOCOLO HL7, 1 CABLE TRONCAL Y SENSOR TIPO DEDAL REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO, 1 SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE), 1 BRAZALETE ADULTO REUSABLE PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA Y UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA EL BRAZALETE, 1 CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS.



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belanes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Carretera Saltillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Choncos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.1  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485


**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

SUBTOTAL	\$3,482,500.00
IVA	\$557,200.00
TOTAL	\$4,039,700.00



Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

De lo anterior se hace mención a lo siguiente:

REGLON	MOTIVO	CRITERIO DE DESEMPATE	FUNDAMENTO
17	Existe empate técnico en la propuesta del licitante <b>IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE CV (empresa MEDIANA)</b> y <b>BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V. (empresa PEQUEÑA)</b>	Al existir una diferencia menor al 2% entre las dos propuestas se adjudica al proveedor del Sector como empresa <b>PEQUEÑA</b>	De conformidad con el Artículo 81 numeral 2 fracción II del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del OPD SSMZ



Gobierno de  
**Zapopan**

**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**

Ramón Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0929  
Cabecera Municipal  
Zapopan, Jal. México

**CRUZ VERDE NORTE**

Dr. Luis Farah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**

Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**

Luis Quintero No. 750  
Col. Quinta Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**

Carretera Saitillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**

Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Chorritos  
C.P. 45200. Tel: 33 3624 8323 y  
33 3624 8324

**CRUZ VERDE NIÑA EVA**

Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4485

**Correo electrónico**

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

**Página web:**

www.ssmz.gob.mx

Lo anterior, en virtud de que cumple con, lo solicitado en las bases, con a la revisión realizada por el área requirente mediante dictamen emitido con número de oficio DM OPD 1136/08/2024.


**SEPTIMO. - Del contrato y presentación de garantía**

a) **Del contrato.** - Los proveedores adjudicados deberán acudir a la suscripción el contrato respectivo a las oficinas de la Dirección Jurídica con domicilio en Ramón Corona No. 500 Col. Centro, Zapopan; Jalisco, a partir de los 10 días hábiles de la publicación del presente fallo, lo anterior de conformidad a los artículos 106 y 107 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

b) **Garantías.** - El proveedor adjudicado deberá comprometerse a garantizar la seriedad de sus propuestas –en caso de des aplicable- constituyendo una garantía para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en Moneda Nacional, por el 10% (Diez por ciento) del monto total del contrato, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo anterior de conformidad a los artículos 61, 63 y 66 fracción I del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

En virtud de lo anterior mente fundado y motivado, este Comité de Adquisiciones emite el presente fallo de adjudicación, conforme a los siguientes





Salud  
Zapopan

**FALLO DE ADJUDICACIÓN**  
**LICITACIÓN PUBLICA LOCAL LPCC-025/2024.**  
**"ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL HOSPITAL**  
**GENERAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA"**

**RESOLUTIVOS:**

**UNICO. - SE ADJUDICA EL CONTRATO A:**

LICITANTE	REGLONES	MONTO MÁS IVA
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	1	\$6,667,142.86
JUAN PABLO OROZCO ESCOBEDO	5	\$6,527,086.00
SANABRIA CORPORATIVO MEDICO, S.A. DE C.V.	7	\$15,359,490.00
BIOMEDICA TINAJERO, S. DE R.L. DE C.V.	4	\$4,439,966.80
KORALLMEDICS, S.A. DE C.V.	2	\$2,693,000.00
SOLUCIONES BIOMEDICAS AMMED, S.A. DE C.V.	1	\$3,482,500.00



**HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN**  
Ramon Corona No. 500  
Col. Centro, C.P. 45100  
Tel: 33 3633 0939  
Carretera Municipal  
Zapopan, Jalisco México

**CRUZ VERDE NORTE**  
Dr. Luis Parah No. 550  
Col. Villa de los Belenes  
C.P. 45157  
Tel: 33 38818 2200, ext. 3908 y 3909

**CRUZ VERDE SUR**  
Cruz de Sur No. 3535  
C.P. 45080, Col. Las Águilas  
Tel: 33 3631 9471 y 33 3134 4800, ext. 3953

**CRUZ VERDE FEDERALISMO**  
Luis Quintero No. 750  
Col. Quitita Federalismo  
C.P. 45180  
Tel: 33 2410 7589

**CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE**  
Carretera Sotillo No. 100  
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150  
Tel: 33 4305 4463

**CRUZ VERDE SANTA LUCÍA**  
Av. de la Presa No. 795  
Col. Santa María de los Charritos  
C.P. 45200, Tel: 33 3624 3323 y  
33 3624 2324


**CRUZ VERDE NIÑA EVA**  
Carretera Colotlán No. 515  
Av. Juan Gil Preciado y C.I.  
C.P. 45200, Zapopan, Jalisco  
Tel: 33 4305 4185


**Correo electrónico**  
transparencia.salud@zapopan.gob.mx  
**Página web:**  
www.ssmz.gob.mx


De todo lo anterior, se declara desierto el renglón 5, por lo que se estaría realizando una segunda convocatoria.

Siendo las 12:40 horas del día 09 de agosto del 2024, se cierra la presente a efecto de que surta todos los efectos administrativos y legales que le son inherentes, firmando al margen y al calce por los integrantes asistentes a la presente XXII Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

  
**MIGUEL RICARDO ORTEGA PLASCENCIA**  
DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

  
**LIC. GABRIELA GUTIÉRREZ ROBLÉS.**  
DIRECTORA JURÍDICA Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SSMZ.

  
**DR. JUAN ALFONSO CARDENAS RAMOS**  
DIRECTOR MÉDICO Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SSMZ.

  
**LIC. ANDREA NIÑO RODRÍGUEZ**  
JEFA ADMINISTRATIVA Y VOCAL DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL OPD SSMZ

