



JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA LPCC-001/2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, estando reunidos en el Auditorio dentro de las Oficinas Administrativas del O.P.D. "SSMZ" (primer piso edificio administrativo), mismas que se encuentran ubicadas en la Calle Ramón Corona No. 500, Col. Centro en Zapopan, Jalisco y siendo las doce horas del día 15 de Enero del 2019 dos mil diez y nueve, se celebró la junta aclaratoria de la licitación pública local con concurrencia LPCC-001/2019, respuestas a las preguntas hacia éste Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Ante la presencia por parte del Organismo:

Lic. Roberto Cárabes Quintero.

Jefe de Recursos Materiales del O.P.D.

Lic. María Fernanda Fuentes Flores.

Director jurídico del O.P.D. en representación Lic. Luis Carlos Camarena Bravo.

L.C.P. Gerardo De Anda Arrieta

Contralor General del O.P.D. en representación L.C.P. José Refugio Arriaga Hernández

L.C.P. Margarita Zepeda Tapia.

Subdirector Administrativa del O.P.D.

Q.F.B. Ma Goretti Medina Macías

Responsable Sanitario y Coordinadora de Laboratorio de Análisis Clínicos HGZ.

Q.F.B. Esperanza Guillermina Moreno García

Responsable Sanitario y Coordinadora de Laboratorio de Análisis Clínicos CV Norte y CV Santa Lucía.

PARTICIPANTES

1- Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de C.V. Representante. Belén Toscano

2- Biodist S.A. de C.V.

Representante. Martín Silva

Col. Quinta Federalismo Tels: 3342 4743, 3342 4751

Zapopan

No. 500.

9, 3633 0352

3818 2200, ext. 3908 y 3909

P. 45100

icipal México.

RUZ VERDE NORTE

Luis Farah No. 550. ol. Villa de los Belenes

HOSPITAL GENERAL

DE ZAPOPAN Coro

ntro, C

3633 093

ecera Mu

P. 45157

CRUZ VERDE SUR Cruz del Sur No.3535 C.P. 45080, Col. Las Águilas.

CRUZ VERDE VILLA

Tels: 3625 1328

3624 8324

Tels: 3631 9471 y 3134 4800, CRUZ VERDE FEDERALISMO

DE GUADALUPE Carretera a Saltillo No. 100 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA Av. de la Presa No. 795 Col. Santa María de los Chorritos C.P. 45200. Tels: 3624 8323

Correo Electrónico: Página web:

www.ssmz.com.mx



Se dio inicio por parte de:

Lic. Roberto Cárabes Quintero

transparencia.salud@zapopan.gob.rServicios de Salud del Municipio de Zapopan, que contiene las bases para llevar a cabo la licitación pública local con concurrencia N° 001/2019, de éste organismo referente a la contratación de servicios integrales de análisis y laboratorio del Hospital General de Zapopan y Unidades de Emergencia. Damos la bienvenida a Laboratorios GAP Y Laboratorios Biodist, Iniciamos con las preguntas.



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500. Col. Centro, C.P. 45100 Tel.: 3633 0929, 3633 0352 Cabecera Municipal Zapopan, Jal. México.

Zapopan

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550 Col. Villa de los Belenes C.P. 45157 Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535 C.P. 45080, Col. Las Águilas. Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750 Col. Quinta Federalismo C.P. 45180 Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera a Saltillo No. 100 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150 Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Col. Santa María de los Chorritos C.P. 45200. Tels: 3624 8323 3624 8324

Correo Electrónico:

Página web: w.ssmz.com.mx





Belén Toscano

Buenos días mi nombre es Belén Toscano vengo representando a Distribuidora Química y Hospitalaria GAP. Respecto a nuestro cuestionamiento, tenemos las siguientes preguntas.

Punto III Propuesta Técnica. Página 4. Punto 9. Presentar el formato de compromiso de fianza para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato (FORMATO 3.9), Esto de conformidad con et artículo 84, numeral 1.1, de la Ley de Compras Gubernamentales. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Deberá garantizar con el 20% del total de la propuesta económica (IVA. incluido). Este supuesto se aplicará en los casos que el monto adjudicado rebase los \$225,896.00 pesos.

De acuerdo a datos históricos del presente contrato el monto día fianza se solicitaba del 10% del total de la propuesta económica (IVA incluido). ¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare el motivo del cambio? Favor de aclarar.

L.C.P. Margarita Zepeda Tapia.

Así se acordó.

Belén Toscano

Segunda pregunta.

Acreditación Legal. Punto 2. Página 4 Aquellos licitantes que NO están inscritos en el Padrón de Proveedores del O.P.D. "SSMZ", deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones con la siguiente documentación.

Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que será suficiente presentar comprobante de inscripción de Padrón de Proveedores del O.P.D. ·SSMZ Para cumplir con este punto. ¿Es correcta nuestra apreciación?

L.C.P. Margarita Zepeda Tapia.

Es correcta la apreciación

Belén Toscano

Tercera pregunta.

Punto VII Insumos inciso c). Página 11. Se deberá contemplar todo el universo de insumos y productos para la realización de las pruebas como son reactivos, controles, calibradores, tubos para toma de muestra, agujas, papel para impresión, etiquetas, algodón, alcohol etílico, jeringas para gasometría, recipientes para toma de muestra de orinas etc. El siguiente listado es enunciativo más no limitativo.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita que para cumplir con este punto será suficiente anexar una carta bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos con el listado de insumos. ¿Se acepta?

L.C.P. Margarita Zepeda Tapia.

Si, se acepta la propuesta

Belén Toscano

Pregunta cuatro.

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica. punto 1. Página 49. Propuesta técnica del Licitante, transparencia.salud@zapopan.gob.men el Formato 3.2, debidamente requisitado, por escrito y suscrito por el representante legal. En el anexo 2 A. deberá en éste anotar las especificaciones de los bienes y servicios ofertados de conformidad a más todo aquello derivado de la Junta de aclaraciones. En este documento tendrá que relacionar los equipos que propone, con sus características, requisitos de instalación, modelo y marca. De igual forma, señalará los equipos y/o aditamentos adicionales necesarios que se requieran para su uso, se deberán especificar en dicha propuesta, incluyendo las

características de los mismos.



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Zapopan

Ramón Corona No. 500. Col. Centro, C.P. 45100 Tel.: 3633 0929, 3633 0352 Cabecera Municipal Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550. Col. Villa de los Belenes Tels: 3818 2200, ext. 3908 v 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535 C.P. 45080, Col. Las Águilas. Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750 Col. Quinta Federalismo C.P. 45180 Tels: 3342 4743, 3342 4751

DE GUADALUPE

Carretera a Saltillo No. 100 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795 Col. Santa María de los Chorritos C.P. 45200. Tels: 3624 8323 3624 8324

Correo Electrónico:

Página web: w.ssmz.com.mx



El Licitante deberá ofertar el cien por ciento de los bienes y servicios con las características y condiciones solicitadas en las Bases. El Licitante incluirá una sola opción de cada bien y/o servicio

Solicitamos amablemente al convocante nos proporcione el formato 3.2. que se menciona, ya que el formato correspondiente para la presentación de la propuesta técnica del licitante se refiere al 3.1. y no al 3.2. Favor de aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto, es 3.1

Belén Toscano

Pregunta cinco.

Formato 3.1. Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante Área 9 pruebas manuales, Área 10 estudios especiales y Área 11 microbiología semiautomática.

Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que para cumplir con lo solicitado en estas áreas será suficiente anexar una carta bajo protesta de decir verdad en la q<mark>u</mark>e nos comprometemos a contemplar todo el universo de insumos y productos para la realización de las pruebas según sea el caso. Favor de aclarar.

Es decir haríamos una carta bajo protesta con todo el listado que ustedes están solicitando, donde nos comprometemos a cumplir con lo solicitado de recoger muestras, de todos los insumos que nos solicitan.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto su apreciación.

Belén Toscano

Pregunta seis.

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica. Documentos para la acreditación de su personalidad punto 2. Página 49. Persona Jurídica: la acreditará con una copia certificada del acta constitutiva y sus modificaciones, en su caso; copia certificada ante fedatario público del Poder General Especial para Actos de Administración o de Dominio vigente a favor de quien se señale como representante legal y escrito presentado bajo protesta de decir verdad suscrito por quien lo otorgó indicando que dicho Poder no ha sido revocado; una copia simple de una identificación oficial del representante legal, vigente, que incluya fotografía y rúbrica; así como una copia simple del formato de alta y de su registro ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para acreditar la persona jurídica solo

será necesario anexar una copia certificada del poder y una copia certificada de la identificación oficial del representante legal, vigente. ¿Es correcta nuestra apreciación?


Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto su apreciación.

Belén Toscano

Pregunta siete.

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica punto 8. Página 50. El Licitante deberá presentar transparencia.salud@zapopan.gob.mxcarta de apoyo del fabricante y/o su filial en México y/o importador primario de las marcas ofertadas en original por cada área ofertada. En el caso de los Estudios Especiales, deberá presentar carta de respaldo de un laboratorio Junto con el aviso de funcionamiento del mismo (no aplica para las pruebas manuales ni para microbiología manual), haciendo mención de la presente licitación.





Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que el formato de esta carta será en formato libre. Favor de Aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto su apreciación.

Belén Toscano

Pregunta ocho.

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica punto 8. Página 50. El Licitante deberá presentar carta de apoyo del fabricante y/o su filial en México y/o importador primario de las marcas ofertadas en original por cada área ofertada. En el caso de los Estudios Especiales, deberá presentar carta de respaldo de un laboratorio Junto con el aviso de funcionamiento del mismo (no aplica para las pruebas manuales ni para microbiología manual), haciendo mención de la presente licitación.

Solicitamos amablemente a la convocante que nos aclare si al mencionar microbiología prueba manual se refiere a microbiología semiautomatizada. Favor de aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto su apreciación.

Belén Toscano

Anexo 3 Contenido de la propuesta técnica punto 14. Página 50. Catálogos de los equipos a ofertar, referenciando claramente el modelo a ofertar. Exceptuando el equipo de cómputo y material misceláneo, con el objeto de verificar que cumplen lo solicitado.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita integrar hojas de manual y/o insertos para cumplir con la referencia de los equipos a ofertar. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto su apreciación.

Belén Toscano

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 51 área 01 hematología. Sede Hospital General de Zapopan.

Debido al tipo de Hospital y sus necesidades del mismo se deberá entender que el equipo a ofertar deberá de contar con un diferencial de 6 partes.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto su apreciación.

Pregunta número once.

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 56 área 04. Gasometría. Equipo tipo 6, punto 20 volumen de muestra mínimo.

Solicitamos amablemente a la convocante ya que no viene especificado el volumen de muestra transparencia.salud@zapopan.gob.nos permita ofertar un equipo que ocupe máximo 92 micro litros de muestra. ¿Se acepta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Se acepta su propuesta.



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500. Col. Centro, C.P. 45100 Tel.: 3633 0929, 3633 0352 Cabecera Municipal Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Col. Villa de los Belenes C.P. 45157 Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909 Pregunta número diez

CRUZ VERDE SUR Cruz del Sur No.3535 C.P. 45080, Col. Las Águilas.

Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750 Col. Quinta Federalismo Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera a Saltillo No. 100 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150 Belén Toscano Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA Av. de la Presa No. 795

Col. Santa María de los Chorritos C.P. 45200. Tels: 3624 8323

Correo Electrónico:

Página web: www.ssmz.com.mx





HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500. Col. Centro, C.P. 45100 Tel.: 3633 0929, 3633 0352 Cabecera Municipal Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550. Col. Villa de los Belenes C.P. 45157 Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

C.P. 45080, Col. Las Águilas. Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Col. Quinta Federalismo C.P. 45180 Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera a Saltillo No. 100 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150 Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795 Col. Santa María de los Chorritos C.P. 45200. Tels: 3624 8323 3624 8324

Correo Electrónico:

Página web: w.ssmz.com.mx





Belén Toscano

Pregunta doce.

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 56 área 04 gasometría. Equipo tipo 6 punto 29 memoria de 2000 resultados.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con 70 gb de especio libre en el disco duro logrando así almacenar mayor número de resultados a los solicitados. ¿Se acepta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Se acepta la propuesta.

Belén Toscano

Gracias

Pregunta número trece.

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 57 área 05 electrolitos equipo tipo 7 punto 19 capaz de procesar Na, K, Cl Y Li.

Se deberá entender que podemos ofertar un analizador que procese como mínimo las pruebas solicitadas en el anexo 2-B: cloro, potasio y sodio. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta la apreciación

Belén Toscano

Gracias

Pregunta catorce.

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 61 área 08 hormonas e inmunología punto 27 sistema de refrigeración integrada para conservación de reactivos.

Solicitamos amablemente a la convocante nos acepte un equipo que tenga la temperatura controlada de los reactivos. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Se acepta la propuesta.

Belén Toscano

Muchas gracias, son todas las preguntas de Distribuidora Química y Hospitalaria GAP.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Muchas gracias, pasamos con Laboratorios Biodist, por favor.

Martín Silva

Gracias, buenos días o buenas tardes. Bueno nosotros vamos a ser un poco breves también, nos ha quedado claro todo el proceso e inicio.

Primer pregunta

Solicitamos de la manera más atenta a la convocante, que con la finalidad de permitir mayor nsparencia.salud@zapopan.gob.mparticipación de oferentes, así como poder recibir una mayor cantidad de propuestas se acepte un periodo mayor de cuando menos 45 días.

> Nosotros comentamos que de no hacerlo, los tiempos son muy reducidos para que pudiéramos presentar una propuesta y poner en marcha todo lo que se propone como tal, entonces a fin de poder establecer, dar la respuesta y darle trámite, es por lo que pensamos que esto puede ser importante, de ahí se basa todo.



Creo que en este caso si nos vemos un poquito apretados por los tiempos, porque ya tenemos para el día 1 de febrero que dar inicio al compromiso del nuevo laboratorio, estamos reducidos en tiempos.

Martín Silva

Claro, ¿entonces que opción podríamos tener nosotros?

Es decir, por la magnitud que nosotros estamos leyendo en la licitación, por tiempos nos parece poco viable por llegar a cumplir con todo al mismo tiempo, para cumplir con los requerimientos que ustedes necesiten.

L.C.P. Margarita Zepeda Tapia.

¿Se te complica la propuesta?

Martín Silva

No, la propuesta no es lo complicado, los tiempos que nosotros requerimos como para hacer todo el funcionamiento, para cumplir con todos los requisitos, sobre todo los insumos y poner en marcha los equipos probables que puedan resultar ser favorecidos.

L.C.P. Margarita Zepeda Tapia.

En este caso lo que corresponde es ponerse de acuerdo las dos empresas en cuanto a la presentación de los equipos.

Martín Silva

Ok, eso podría ser como caso particular, tomando en cuenta que haríamos nuestro mayor esfuerzo por supuesto en caso de, ok bien gracias.

Siguiente pregunta, del anexo 2

Solicitamos de la manera más atenta a la convocante que con la finalidad de permitir mayor participación de oferentes, así como poder recibir una cantidad mayor de propuestas, se acepte que el oferente pueda presentar y referenciar equipos con características técnicas equivalentes y/o superiores por tipo de equipos solicitado para las áreas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11 mismos que cumplen con la función y otorgan los resultados requeridos por la institución; En ciertos equivalentes no necesariamente tal cual lo pone y que cumpla con la función.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación.

Martín Silva

Y finalmente, en el anexo 2 también, Equipo mínimo requerido para la presentación de servicios de análisis clínicos y laboratorio en el sistema informático, Solicitamos de la manera más atenta se acepte que el oferente pueda presentar y referenciar un sistema informático acorde a sus especificaciones mismo que sea equivalente y/o superior al solicitado por la convocante y que garantice la funcionalidad y requerimientos de la convocante. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación.

Martín Silva

Seria todo de nuestra parte, gracias.



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500. Col. Centro, C.P. 45100 Tel.: 3633 0929, 3633 0352 Cabecera Municipal Zapopan, Jal. México

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550 Col. Villa de los Belenes Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR Cruz del Sur No.3535

Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750 Col. Quinta Federalismo Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera a Saltillo No. 100 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150 Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Col. Santa María de los Chorritos C.P. 45200. Tels: 3624 8323 3624 8324

Correo Electrónico:

transparencia.salud@zapopan.gob.m>

Página web: www.ssmz.com.mx





Lic. Roberto Cárabes Quintero.

Pues no habiendo más que tratar se cierra a las 12:33 horas. ¿Alguien tiene algo que comentar?, Entonces damos por terminado, esperamos sus propuestas económicas para el día 18 de enero a las 12:00 horas. Bienvenidos y muchas gracias.

*pam



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN

Ramón Corona No. 500. Col. Centro, C.P. 45100 Tel.: 3633 0929, 3633 0352 Cabecera Municipal Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE

Dr. Luis Farah No. 550. Col. Villa de los Belenes C.P. 45157 Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR

Cruz del Sur No.3535 C.P. 45080, Col. Las Águilas. Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO

Luis Quintero No.750 Col. Quinta Federalismo C.P. 45180 Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE

Carretera a Saltillo No. 100 Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150 Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA

Av. de la Presa No. 795 Col. Santa María de los Chorritos C.P. 45200. Tels: 3624 8323 3624 8324

Correo Electrónico:

transparencia.salud@zapopan.gob.mx

Página web:

www.ssmz.com.mx



ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO" ADMINISTRACIÓN 2018-2021

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA ACLARATORIA COMITÉ DE ADQUISICIONES

Fecha: 15 ENERO 2019

12:00horas

No.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA DEL TITULAR VOCAL SUPLENTE	FIRMA DEL SUPLENTE
1	LIC. MARÍA FERNANDA FUENTES FLORES DIRECTOR JURIDICO	P. A. Marcel	
2	LCP. GERARDO DE ANDA ARRIETA CONTRALOR INTERNO	P.P.	
3	LIC. MARGARITA ZEPEDA TAPIA SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO		
4	LIC. ROBERTO CÁRABES QUINTERO JEFE DE RECURSOS MATERIALES	g was	
5	Q.F.B. MA GORETY MEDINA MACÍAS RESPONSABLE SANITARIO Y COORDINADORA DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS HGZ	Lorson M	
6	Q.F.B. ESPERANZA GUILLERMINA MORENO GARCÍA RESPONSABLE SANITARIO Y COORDINADORA DE LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS CV NORTE Y CV SANTA LUCIA	Efactions	

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO "SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO" ADMINISTRACIÓN 2018-2021

LISTA DE ASISTENCIA JUNTA ACLARATORIA COMITÉ DE ADQUISICIONES

Fecha: 15 ENERO 2019

12:00horas

No.	NOMBRE Y CARGO	FIRMA DEL TITULAR	VOCAL SUPLENTE	FIRMA DEL SUPLENTE
7	Belen Toscano ((oudrado: Licrociones) termica y Hapitalorge GAP MARTIN SILVA COMERCIAL BIODIST. = ACV.	Bedenou.		
8	MARTIN SILVA COMERCIAL BIODIST. SACV.			
9				
10				
11				
12				
13				
14				