



Salud
Construcción
de comunidad

JUNTA ACLARATORIA DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL CON CONCURRENCIA LPCC-001/2019 DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO.

En la ciudad de Zapopan, Jalisco, estando reunidos en la Sala de Juntas de Dirección General dentro de las Oficinas Administrativas del O.P.D. "SSMZ" (segundo piso edificio administrativo), mismas que se encuentran ubicadas en la Calle Ramón Corona No. 500, Col. Centro en Zapopan, Jalisco y siendo las doce horas del día 25 de Enero del 2019 dos mil diez y nueve, se celebró la Junta Aclaratoria de la Segunda Convocatoria de la licitación pública local con concurrencia LPCC-001/2019, de éste Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

Ante la presencia por parte del Organismo:

Lic. Roberto Cárabes Quintero.
Jefe de Recursos Materiales del O.P.D.

Lic. María Fernanda Fuentes Flores.
Director jurídico del O.P.D. en representación Lic. Jesús Edgardo Ruvalcaba Romero.

L.C.P. Gerardo De Anda Arrieta
Contralor General del O.P.D. en representación L.C.P. José Refugio Arriaga Hernández

L.C.P. Margarita Zepeda Tapia.
Subdirector Administrativa del O.P.D.

Q.F.B. Ma Goretti Medina Macías
Responsable Sanitario y Coordinadora de Laboratorio de Análisis Clínicos HGZ.

Q.F.B. Esperanza Guillermina Moreno García
Responsable Sanitario y Coordinadora de Laboratorio de Análisis Clínicos CV Norte y CV Santa Lucía.

PARTICIPANTES

- 1- Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de C.V.
Representante. Belén Toscano
- 2- Dadial Médica S.A. de C.V.
Representante. Viridiana Valdez

Se dio inicio por parte de:

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Bueno, aquí ahorita lo que tenemos es preguntas y aclaraciones para los participantes a esta Segunda Convocatoria de la Licitación

Viridiana Valdez

De la manera más atenta solicitamos a la convocante que acepte que los oferentes podamos ofrecer equipos con características técnicas similares y/o superiores a las de los equipos solicitados para las áreas: 1, 2, 4, 5, 7 y 8 que cumplan con las funciones y resultados que la convocante requiere.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Se acepta tu propuesta

(Handwritten signatures in blue ink)



HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE
Carretera a Saltiño No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323
3624 8324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx





Salud
Construcción
de comunidad

Viridiana Valdez

Solicitamos también se acepte un periodo mayor de al menos 30 días para que las propuestas que presentaremos cumplan con las funciones y resultados que la convocante requiere.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Por los términos que tenemos con la empresa que está ahorita, no podemos quedarnos sin servicio, nosotros el día 1° de febrero tendríamos que iniciar.

Viridiana Valdez

Del anexo 3 contenido de la propuesta técnica página 49 y 50 de las presentes bases, punto 12 dice incluir contrato vigente donde demuestra experiencia en la modalidad costo por propuesta efectiva, se solicita a la convocante poder participar ya que el no tener contrato vigente ano imposibilita el que podamos ofertar y dar el servicio requerido.

Ana Arrollo Siordia

Se refiere sobre la experiencia, pedimos dos contratos donde tengan experiencia de, pero ya depende de ustedes si aceptan el que no tengan experiencia en el campo.

LCP Margarita Zepeda Tapia

¿No tienen ningún contrato o experiencia en el campo?

Viridiana Valdez

Por prueba efectiva actualmente no

LCP Margarita Zepeda Tapia

Tienes contrato pero no por prueba efectiva

Viridiana Valdez

Así es

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Se acepta

Viridiana Valdez

Mismo anexo 3 punto 13 solicita copia simple de certificación de ISO 13485:2016 solicitamos a la convocante se nos permita la participación sin este certificado ya que la calidad de nuestra empresa no se demerita ni en atención calidad y eficacia a falta de este certificado.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

No es posible

Viridiana Valdez

Gracias

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Seguimos con GAP

Belén Toscano

Buenas tardes mi nombre es Belén Toscano represento a Distribuidora Química y Hospitalaria GAP S.A. de C.V., tengo los siguientes cuestionamientos:

Punto III Propuesta Técnica Página 4. Punto 9, Presentar el formato de compromiso de fianza para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato (FORMATO 3.9), Esto de conformidad con el artículo 84 numeral 1.1 de la Ley de Compras Gubernamentales. Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Deberá garantizar con el 20% del total de la propuesta económica (IVA. incluido). Este supuesto se aplicará en los casos que el monto adjudicado rebase los \$225,896.00 pesos.

De acuerdo a datos históricos del presente contrato el monto día fianza se solicitaba del 10% del total de la propuesta económica (IVA incluido). ¿Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare el motivo del cambio? Favor de aclarar.



Gobierno de
Zapopan

**HOSPITAL GENERAL
DE ZAPOPAN**
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 390B y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

**CRUZ VERDE VILLA
DE GUADALUPE**
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323
3624 8324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx





LCP. José Refugio Arriaga Hernández

Fue mediante Comité de Adquisiciones en pleno, quienes solicitaron ese monto, la ley y el reglamento dice que hasta el 30%. En este caso hubo esa modificación pero fue aprobado en pleno.

Belén Toscano

Acreditación Legal. Punto 2. Página 4 Aquellos licitantes que NO están inscritos en el Padrón de Proveedores del OPD "SSMZ", deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para efectos de la suscripción de las proposiciones con la siguiente documentación.

Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que será suficiente presentar comprobante de inscripción de Padrón de Proveedores del OPD "SSMZ" para cumplir con este punto. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Si es correcta

Belén Toscano

VII Insumos inciso c). Página 11. Se deberá contemplar todo el universo de insumos y productos para la realización de las pruebas como son Reactivos, controles, calibradores, tubos para toma de muestra, agujas, papel para impresión, etiquetas, algodón, alcohol etílico, jeringas para gasometría, recipientes para toma de muestra de orinas etc. El siguiente listado es enunciativo más no limitativo.

Solicitamos amablemente a la convocante nos permita que para cumplir con este punto será suficiente anexar una carta bajo protesta de decir verdad que nos comprometemos con el listado de insumos. ¿Se acepta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica, punto 1. Página 49. Propuesta técnica del Licitante, en el Formato 3.2, debidamente requisitado, por escrito y suscrito por el representante legal. Solicitamos amablemente al convocante nos proporcione el formato 3.2 que se menciona, ya que el formato correspondiente para la presentación de la propuesta técnica del licitante se refiere al 3.1 y no al 3.2 Favor de aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Formato 3.1. Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante Área 9 pruebas manuales, Área 10 estudios especiales y Área 11 microbiología semiautomática. Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que para cumplir con lo solicitado en estas áreas será suficiente anexar una carta bajo protesta de decir verdad en la que nos comprometemos a contemplar todo el universo de insumos y productos para la realización de las pruebas según sea el caso. Favor de aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica. Documentos para la acreditación de su personalidad punto 2, Página 49, Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para acreditar la persona jurídica solo será necesario anexar una copia certificada del poder y una copia certificada de la identificación oficial del representante legal, vigente. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323
3624 8324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx



Belén Toscano

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica punto 8. Página 50. El Licitante deberá presentar carta de apoyo del fabricante y/o su filial en México y/o importador primario de las marcas ofertadas en original por cada área ofertada en el caso de los Estudios Especiales, deberá presentar carta de respaldo de un laboratorio Junto con el aviso de funcionamiento del mismo (no aplica para las pruebas manuales ni para microbiología manual), haciendo mención de la presente licitación.

Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare que el formato de esta carta será en formato libre. Favor de Aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Anexo 3. Contenido de la propuesta técnica punto 7. Formato 3.6 pág. 50. Carta compromiso de comodato de los equipos y/o aparatos firmando de conformidad y compromiso de que en caso de que sea adjudicado en esta Licitación, pondrá a disposición del Organismo, en su totalidad y conforme a las especificaciones manifestadas, los equipos todo aparato que haya manifestado en su propuesta, para que sean utilizados en la prestación del servicio de laboratorio de análisis clínicos, debiendo pertenecer en tanto persista el contrato. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si para cumplir con este punto podrá ser un escrito libre, ya que el formato 3.6 no corresponde a este punto. Favor de aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Anexo 3 Contenido de la propuesta técnica punto 14. Página 50. Catálogos de los equipos a ofertar referenciando claramente el modelo a ofertar exceptuando el equipo de cómputo y material misceláneo, con el objeto de verificar que cumplen lo solicitado. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita integrar hojas de manual y/o insertos para cumplir con la referencia de los equipos a ofertar. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta la apreciación

Belén Toscano

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 51 área 01 hematología, sede Hospital General de Zapopan, debido al tipo de hospital y sus necesidades del mismo se deberá entender que el equipo a ofertar deberá de contar con un diferencial de 6 partes. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 56 área 04, Gasometría equipo tipo 6. punto 20 volumen de muestra mínimo. Solicitamos amablemente a la convocante ya que no viene especificado el volumen de muestra nos permita ofertar un equipo que ocupe máximo 92 micro litros de muestra. ¿Se acepta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 56 área 04 gasometría equipo tipo 6 punto 29 memoria de 2000 resultados. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar un equipo con 70 gb de espacio libre en el disco duro logrando así almacenar mayor número de resultados a los solicitados. ¿Se acepta?



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800.

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323
3624 8324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx





Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 57 área 05 electrolito equipo tipo 7 punto 19 capaz de procesar Na, K, Cl Y Li.

Se deberá entender que podemos ofertar un analizador que procese como mínimo las pruebas solicitadas en el anexo 2-B: cloro, potasio y sodio. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante pagina 61 área 08 hormonas e inmunología punto 27 sistema de refrigeración integrada para conservación de reactivos. Solicitamos amablemente a la convocante nos acepte un equipo que tenga la temperatura controlada de los reactivos. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Punto 3. Propuesta técnica punto 10. Pág 4. Formato de la declaratoria que no existe conflicto de interés (Formato 3.10) bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare si es correcto entender que al Formato 3.10 se le agregará la leyenda: bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 52 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios. ¿Se acepta nuestra propuesta?

Ana Arrollo Siordia

Tiene que traer los dos, el formato 3.10, más aparte en el supuesto del 52, por separados los dos.

Belén Toscano

Anexo 2. Especificaciones técnicas requeridas para la licitación. pág 8-18. Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que este anexo es informativo o se tendrá que entregar una carta bajo protesta de decir verdad que se cumplirá con lo solicitado en el mismo. Favor de aclarar.

Ana Arrollo Siordia

Es informativo sobre las especificaciones técnicas de la Licitación.

Belén Toscano

Anexo 2-A. Equipo mínimo requerido para la prestación del servicio de análisis clínicos y laboratorio. Págs. 19-43. Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que este anexo es informativo o se tendrá que entregar una carta bajo protesta de decir verdad que se cumplirá con lo solicitado en el mismo. Favor de aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcto

Belén Toscano

La duda es que al momento de entrega de los documentos en el índice viene anexo 2, 2ª, ¿para cumplir cabalmente es necesario no incluir nada o hacemos la carta?



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323
3624 8324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx





LCP. Margarita Zepeda Tapia

El anexo 2 únicamente es informativo, nada más te describían que contenía cada uno de los anexos y dentro de las bases te dice cuáles son los que tienes que llenar.

Belén Toscano

¿Y del anexo 2A también es de carácter informativo?

Ana Arrollo Siordia

Sí, es lo que se requiere y al final cuando viene la propuesta técnica es el equipo que vas a ofertar.

Belén Toscano

El anexo 2B igual, solicitamos amablemente si nos pueden decir si es informativo.

LCP. Margarita Zepeda Tapia

Es también informativo.

Belén Toscano

Punto II. Forma en la que se deberán presentar las propuestas. Pág. 3. Presencial: presentar en un sobre cerrado que contengan un sobre con la propuesta técnica y otro con la propuesta económica respectivamente. Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que para cumplir con este punto se deberán entregar dos sobres como se menciona en bases. Favor de aclarar.

LCP. Margarita Zepeda Tapia

Dos sobres dentro de un sobre.

Belén Toscano

Punto III. Propuesta técnica punto 11. Pág. 4. Presentar un escrito en hoja membretada en la cual manifiesten su clasificación (empresa micro, pequeña o mediana). Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare en qué apartado se deberá integrar este punto. Favor de aclarar. Es el punto 3 de la propuesta técnica.

Ana Arrollo Siordia

Lo puede poner en el manifiesto después del formato 3.8

Belén Toscano

Después del formato 3.8

Belén Toscano

Acreditación Legal. Punto 1. Pág. 4. Aquellos licitantes inscritos en el Padrón de Proveedores del OPD "SSMZ", deberán presentar copia de la identificación oficial del representante legal y copia de su formato de inscripción o actualización al padrón de proveedores, según sea el caso. Solicitamos amablemente a la convocante nos aclare en qué apartado se deberá integrar este punto. Favor de aclarar.

Ana Arrollo Siordia

Lo puede poner después de la acreditación legal del anexo 1

Belén Toscano

Formato 3.1. Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante. Págs. 51-61 Característica técnica de equipos, solicitan No Break, regulador de voltaje y batería de respaldo en algunos de los equipos. Solicitamos amablemente a la convocante si es correcto entender que para cumplir con esta característica será suficiente anexar carta bajo protesta de decir verdad de que se proporcionará el accesorio. Favor de aclarar.

Lic. Roberto Cárabes Quintero

Es correcta su apreciación

Belén Toscano

Formato 3.1 Formato para la presentación de la propuesta técnica del licitante, Área 04, Gasometría, Equipo tipo 6, Equipo de bajo rendimiento determinación de gasometría.

Handwritten signatures and notes in blue ink, including the name 'CORONA'.



Gobierno de
Zapopan

HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323
3624 8324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx





Punto 27. Pág. 55. Que sea aséptico. Se deberá entender que se refiere a un equipo libre de mantenimiento, favor de aclarar.

Q.F.B. Esperanza Guillermina Moreno García
A que se refiere con que es libre de mantenimiento

Belén Toscano
Es que dice libre de mantenimiento aséptico, Podemos entender que es suficiente que diga libre de mantenimiento.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Así es

Belén Toscano
Son todas mis preguntas.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
¿Algún asunto vario que podamos tocar?

Belén Toscano
Sí, tengo una duda para el acomodo de nuestras propuestas tendríamos que basarnos en el índice.

Lic. Roberto Cárabes Quintero
Si.
Entonces se da por terminada siendo las 12:30 horas esta Junta Aclaratoria de la Segunda Convocatoria de la licitación pública local con concurrencia LPCC-001/2019, de éste Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan.

*pam



HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN
Ramón Corona No. 500.
Col. Centro, C.P. 45100
Tel.: 3633 0929, 3633 0352
Cabecera Municipal
Zapopan, Jal. México.

CRUZ VERDE NORTE
Dr. Luis Farah No. 550.
Col. Villa de los Belenes
C.P. 45157
Tels: 3818 2200, ext. 3908 y 3909

CRUZ VERDE SUR
Cruz del Sur No.3535
C.P. 45080, Col. Las Águilas.
Tels: 3631 9471 y 3134 4800,

CRUZ VERDE FEDERALISMO
Luis Quintero No.750
Col. Quinta Federalismo
C.P. 45180
Tels: 3342 4743, 3342 4751

CRUZ VERDE VILLA DE GUADALUPE
Carretera a Saltillo No. 100
Col. Villa de Guadalupe, C.P. 45150
Tels: 3625 1328

CRUZ VERDE SANTA LUCÍA
Av. de la Presa No. 795
Col. Santa María de los Chorritos
C.P. 45200. Tels: 3624 8323
3624 8324

Correo Electrónico:
transparencia.salud@zapopan.gob.mx
Página web:
www.ssmz.com.mx

